



Zadávací dokumentace

pro veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení v souladu s ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění s názvem:

„PřF/UPOL - Fluorescenční laserový konfokální mikroskop pro snímání vzorků v různých módech a při super rozlišení“

Identifikační údaje zadavatele:

Univerzita Palackého v Olomouci
se sídlem: Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc
IČO: 619 89 592
DIČ: CZ 619 89 592
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
účet č.: 19-1096330227/0100
Rektor: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Právní forma zadavatele: veřejná vysoká škola

Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Ing. Lucie Čtvrtlíková
tel.č.: +420 585 631 122, e-mail: lucie.ctvrtlikova@upol.cz

dále jen „Zadavatel“

Způsob zadání: otevřené řízení

Profil Zadavatele: <https://zakazky.upol.cz>

Odkaz na veřejnou zakázku na profilu Zadavatele:

<https://zakazky.upol.cz/vz00005739>

Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu Zadavatele v plném rozsahu.

Tato zadávací dokumentace (dále jen „Dokumentace“) je zpracována v souladu s ust. § 28 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) a je souborem zadávacích podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, vyjma formulářů podle § 212 Zákona. Práva, povinnosti či podmínky Zadavatele a dodavatelů, resp. účastníků zadávacího řízení (dále pro účely této Dokumentace jen „Dodavatel“ či „Dodavatelé“) v rámci zadávacího řízení, která nejsou výslovně uvedena v této Dokumentaci, se řídí zejména tímto Zákonem a jeho prováděcími předpisy.

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí certifikovaného elektronického nástroje podle § 213 Zákona dostupného na <https://zakazky.upol.cz>.

Veškeré úkony včetně předložení požadovaných dokladů jsou prováděny elektronicky a rovněž veškerá komunikace mezi Zadavatelem a Dodavatelem ve smyslu ustanovení § 211 Zákona probíhá elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje.

Zadavatel Dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK je třeba provést **tzv. registraci dodavatele** v tomto elektronickém nástroji. Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými Zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u Dodavatele odpovídá vždy Dodavatel. Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK.

Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK jsou dostupné v uživatelské příručce na: <https://zakazky.upol.cz>. Zadavatel doporučuje její včasné nastudování a prověření softwarového nastavení svého počítače před odesláním nabídky.

Odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání elektronického nástroje E-ZAK poskytne rovněž kontaktní osoba Zadavatele (Ing. Lucie Čtvrtlíková, e-mail: lucie.ctvrtlikova@upol.cz).

1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Klasifikace předmětu veřejné zakázky na dodávky:

Název	kód CPV
Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)	38000000-5
Fluorescentní mikroskopy	38515200-0
Různé součástí mikroskopu	38519000-6

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

2.1 Předmět veřejné zakázky na dodávky

Předmětem zakázky je dodávka fluorescenčního mikroskopu, který pomocí excitace z laserů s definovanou vlnovou délkou dovolí snímání fluorescence různých biologických preparátů, jak fixovaných, tak i živých, s dostatečnou rychlostí, bez nadměrné energetické zátěže excitačním světlem, a při vysokém rozlišení. Toto zařízení musí dovolovat mikroskopickou vizualizaci různě velkých preparátů, jako jsou orgány, pletiva a buňky živých rostlin, až po detekci velmi malých subcelulárních struktur, a to i pod úrovní difrakčního limitu. Dále musí být toto zařízení dostatečně senzitivní na to, aby bylo schopno zachytit a vizualizovat slabé fluorescenční signály při takové rychlosti snímání, která dovolí studium rychlých buněčných procesů. Při snímání metodou optických řezů musí být minimalizována ztráta emitovaného světla, které nese informace o studovaných strukturách ve vzorku, tedy bez nutnosti nadměrného uzavírání clony „pinhole“. Tato forma detekce signálu musí umožňovat kompletní zachycení emitovaného světla k dosažení kombinace super-rozlišení a vysoké rychlosti snímání. Všechny požadované vlastnosti musí být dosaženy hardwarovými a softwarovými funkcemi jednoho nedělitelného mikroskopického systému. Uvedené různé způsoby snímání biologického materiálu, tedy forma unikátní kombinace vysoké senzitivity a super-rozlišení při vysoké rychlosti snímání, bude nutné intenzivně využívat jak k vědeckému výzkumu, tak i k výuce. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena níže viz odst. 2.2 této Dokumentace.

Součástí dodávky musí být veškeré nezbytné zařízení, umožňující úplnou instalaci kompletního požadovaného zařízení, a to bez dalších zásahů a nákladů ze strany Zadavatele k dosažení všech parametrů požadovaných Zadavatelem v této Dokumentaci.

Veškerá zařízení musí splňovat veškeré nároky vycházející z technických a bezpečnostních norem platných v České republice pro tento typ přístroje. Součástí plnění je i předání úplné dokumentace k zařízení.

Zadavatel požaduje zboží nové, nepoužité, nerepasované.

Dodavatel je povinen dodržet technické požadavky stanovené v této Dokumentaci, pokud je nedodrží, bude vyloučen ze zadávacího řízení dle § 48 odst. 2 písm. a) Zákona. Dodavatel je povinen doložit garantované technické parametry pro doložení splnění požadavků Zadavatele specifikovaných v této Dokumentaci; tj. Dodavatel předloží podrobnou technickou specifikaci nabízeného plnění a přesné (konkrétní) označení nabízeného zboží.

Pokud tato Dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožňuje použití i jiných rovnocenných řešení.

2.2 Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Sestava musí obsahovat níže uvedené součásti a musí splňovat následující minimální požadavky Zadavatele:

1) Mikroskop

1a) Konfokální laserový skenovací systém musí být v plné kompatibilitě postaven na kvalitním plně motorizovaném badatelském vzpřímeném mikroskopu.

1b) Mikroskop musí být vybaven plně motorizovaným skenovacím stolem, s přesným pohybem v osách xy s rozsahem pohybu min. 130 x 85 mm, s rozlišením 0,1 μm , s opakovatelností $\pm 0,6 \mu\text{m}$ a absolutní přesností $\pm 3 \mu\text{m}$. Skenovací stůl by měl být ovládán pomocí joysticku s volitelným nastavením dvou rychlostí pohybu (pomalou a rychlou). Motorizovaný pohyb v ose z musí být s krokem max. 10 nm, ovládání mikroskopu musí fungovat přes softwarové rozhraní a manuálně na mikroskopu, hrubé a jemné koaxiální ostření na obou stranách mikroskopu a pomocí ovladače odděleného od antivibračního stolu, externí dotykový TFT display pro dálkové ovládání všech motorizovaných částí mikroskopu včetně koaxiálního hrubého a jemného ostření.

1c) Požadujeme univerzální, motorizovaný, automatický achromatický a aplanatický 0.9 H D Ph DIC kondenzor (s prac. vzdáleností min. 12 mm) pro automatickou změnu kontrastních metod s plně motorizovaným diferenciálním interferenčním kontrastem (DIC) včetně nastavení vzájemné polohy Wollastonových hranolů pomocí software i ručně pro procházející světlo i konfokální mikroskop. Změna kontrastní metody pomocí tlačítka.

1d) Dále požadujeme motorizované ovládání uzávěrky pro procházející i dopadající světlo. Plně motorizované přepínání mezi výstupy mikroskopu, pro okuláry (100%), laserový skenovací mód na jedné straně (100%) a port pro kameru na druhé straně tubusu (100%). Volně programovatelná tlačítka ke změně dráhy osvětlení kolem fokusačních knoflíků (na stativu vlevo i vpravo, i na externím ovládání). Všechny komponenty tubusu mikroskopu včetně portů musí být kompatibilní s instalací a plnou funkcí komponentů pro konfokální snímání.

1e) Univerzální držák vzorků s inserty pro dvě sklička 76 x 26 mm s velikostí rámečku 160 x 116 mm pro stůl ke skenování v rozsahu min. 130 x 85 mm s piezoelektrickým pohonem. Při rozsahu pojezdu min. 130 x 85 mm nastavitelný rozsah s absolutní přesností $\pm 3 \mu\text{m}$, rozlišením 0,1 μm a reprodukovatelností $\pm 0,6 \mu\text{m}$.

1f) Zdroj procházejícího světla, požadován je zdroj pro halogenovou 12V 100W žárovku.

1g) LED světelný zdroj pro odražené světlo k efektivnímu a šetrnému epi-fluorescenčnímu snímání min. v sedmi vlnových délkách excitace (385, 420, 470, 510, 555, 590 a 630 nm, hodnoty excitačních vlnových délek s tolerancí $\pm 5 \text{ nm}$) s možností velmi rychlého zapínání a vypínání, včetně vypínání mezi intervaly snímání, s možností kontroly excitační intenzity v krocích po 1 % v rozmezí od 1 do 100 %. Možnost kontroly vlnové délky a intenzity osvětlení prostřednictvím kontrolního panelu samotného zdroje, nebo kontrolního panelu externího dotykového TFT display pro dálkové ovládání všech motorizovaných částí mikroskopu, nebo ovládacího software počítače.

1h) Zabudované excitační fluorescenční filtry, dichroické zrcátka a emisní fluorescenční filtry pro epi-fluorescenci v zásuvném otočném karuselu v mikroskopu s motorizovaným posuvem, s místem minimálně pro 10 fluorescenčních filtrů. Požadujeme samostatnou sadu fluorescenčních filtrů pro DAPI, dále pro GFP, mRFP (Cy3), a kombinovanou sadu filtrů pro modrou, zelenou, červenou a hlubokou červenou oblast (DAPI, GFP, TRITC a Cy5).

1i) Dva okuláry 10x se zorným polem 25 mm (minimálně 23 mm), oba okuláry s korekcí dioptrií a krytkou.

1j) Motorizovaný objektivový revolver s pozicemi min. pro 6 objektivů.

1k) Objektivy optimalizované pro práci v laserovém skenovacím módu, fluorescenci i procházejícím světle: Plan-neofluar 2,5x suchý objektiv (NA min. 0,085), Plan-apochromat 10x suchý objektiv (NA min. 0,45), Plan-apochromat 20x suchý objektiv (NA min. 0,80) včetně DIC s pracovní vzdáleností min. 0,55 mm při použití krycího skla 0,17 mm tlustého, C-Apochromat 40x imerzní objektiv (NA min. 1,2) operující v rozmezí UV-VIS-IR vlnových délek, s korekcí na tloušťku krycího skla v rozmezí 0,13-0,20 mm včetně DIC a s pracovní vzdáleností min. 0,28 mm při použití krycího skla 0,17 mm tlustého, Plan-apochromat 63x imerzní objektiv (NA min. 1,40) pro olejovou imersi včetně DIC s pracovní vzdáleností min. 0,19 mm, včetně doporučeného imerzního oleje.

1l) Plně motorizovaný, automatizovaný diferenciální interferenční kontrast (DIC) pro vybrané objektivy.

1m) Mikroskopická barevná kamera vhodná pro snímání procházejícího světla i fluorescence, včetně příslušného adaptéru, s rozlišením min. 5 MPix, s rychlým USB 3.0 připojením, s přenosovou rychlostí minimálně 35 obrázků za vteřinu při plném rozlišení.

2. Zařízení pro konfokální laserové skenování

2a) Lineární skener s rychlostí bodového snímání alespoň 13 snímků/sec při rozlišení alespoň 512 x 512 pixelů, a s možností snímat s rozlišením od 32 x 1 do 8192 x 8192 pixelů a s použitím zoom faktoru v rozsahu 0,6 až 40x s krokem 0,1 a dále s volně nastavitelnou rotací skenovaného pole kolem optické osy v rozsahu 360 stupňů.

2b) Laserové zdroje pevnolátkového a/nebo LED typu s excitačními vlnovými délkami 405, 445, 490, 515, 560 a 640 nm (tolerance +/- 3 nm).

2c) Nejméně 2 standardní konfokální detektory typu MA-PMT (multi-alkali fotonásobič), jeden citlivý spektrální 32-kanálový detektor typu GaAsP (gallium arsenide phosphide) s kvantovým výtěžkem vyšším než 45% při vlnové délce 488 nm a jeden citlivý 32-kanálový gallium arsenide phosphide (GaAsP) detektor rozložený na plochu (velikost jedné detekční plochy min. 0,2 Airy jednotky a celková plocha detektoru min. 1,25 Airy jednotky) pro snímání Airy disků umožňující snímání v módu super-rozlišení, tedy v minimálně 2 x větším rozlišení jak v laterálním, tak i v axiálním směru, a zároveň s min. 4 x vyšším poměrem mezi signálem a šumem, a to v porovnání s klasickým konfokálním GaAsP detektorem. Tyto parametry požadujeme dosahovat bez nutnosti rizika vypalování fluorescence a poškozování vzorku vysokou intenzitou excitačního světla.

2d) Sady sekundárních rozdělovacích dichroických zrcátek (beam splitters) a emisních filtrů pro laserový skenovací modul k detekci specifických emisních vlnových délek na konfokálním detektoru, pokrývajících jednotlivě nebo v kombinaci nejběžnější aplikace (420-

480 nm + 495-550 nm, 420-480 nm + 570-630 nm, 495-550 nm + 570-630 nm, 495-560 nm + 660 nm, 570-620 nm + 655 nm, 465-505 nm + 525-585 nm, 420-500 nm + 605 nm).

2e) Detektor procházejícího světla typu T-PMT s motorizovanou funkcí ovládání umožňující snímat a zobrazovat v režimu DIC paralelně se snímáním konfokálního fluorescenčního signálu.

3. Výpočetní technika a programové vybavení

3a) Počítačová pracovní stanice s nejnovějším 64-bit operačním systémem pro obsluhu zařízení při dlouhodobých experimentech v max. rychlostech snímání a pro ukládání a zpracování získaných dat s výkonným procesorem, min. 256 GB RAM DDR5, 16 GB grafickou kartou podporující tzv. CUDA processing, síťovou adaptací na 10 Gb přenos a HDD rozšířením o 20TB v režimu RAID10.

3b) 1 ks profesionální TFT barevný monitor s úhlopříčkou min. 38".

3c) Software umožňující provádění různých funkcí. Především ovládání systému, tedy konfiguraci konfokálního mikroskopu pro skenování, průměrování a akumulaci signálu s možností volby nastavení, získávání obrázků v různých kombinacích os x, y a z a v různých kanálech, získávání obrázků v několika rovinách v ose z (z-stacků - skupiny optických řezů v rovině z) a časových sérií a to ve všech kombinacích, s uplatněním autofokus kontroly při snímání, včetně základních funkcí zpracování obrazu v módu 3D vizualizace, kolokalizace, měření, panoramatického zobrazování a spektrální separace.

3d) Lokalizaci vysvícení do definované oblasti zorného pole, snímání paralelně (ve stejném čase) alespoň 3 fluorescenčních kanálů a k tomu procházející světlo včetně režimu DIC s možností sekvenčního snímání jednotlivých kanálů, 3D rekonstrukci obrazu snímaného preparátu a jeho různé projekce.

3e) Časosběrné snímání na několika nezávislých pozicích v preparátu, na kterých musí umožňovat získat obrázky v z (z – stacks - skupiny optických řezů v rovině z) s nezávislým zadáním x/y/z koordinát na každé pozici.

3f) Funkce molekulární kvantifikace ke studiu dynamiky a molekulárních interakcí fluorescenčních markerů, tedy snímání a zpracování dat pro metody fotoaktivace a FRAP (návrat fluorescenčního signálu po vysvícení) s možností posunu oblasti zájmu v případě, že preparát se v průběhu experimentu posouval. Možnost oblasti zájmu pro tzv. FRAP experimenty pro dlouhodobý experiment definovat předem nebo interaktivně měnit.

3g) Snímání libovolných oblastí zájmu v preparátu (ROI - region zájmu) a definovat při nižším zvětšení oblast zájmu, která bude následně automaticky našímána při zvoleném (větším) zvětšení a jednotlivé obrázky zorných polí použitého objektivu tvořící oblast zájmu budou automaticky spojeny do jednoho výsledného obrazu - metodou dlaždicové snímání. Systém by měl být také schopný automatického rozložení oblastí zájmu dle použitého nosiče preparátů, včetně kompenzace naklonění preparátu.

3h) Software musí obsahovat moduly pro ovládání celého mikroskopu, spektrální rozlišení, softwarový i hardwarový autofokus, snímání mozaiky, možnost měření, úprav a analýzy obrázků, skupin optických řezů v rovině z, časosběrného snímání, 3-dimenzionální a 4-dimenzionální vizualizace, multi-kanálového snímání, kolokalizace, pro dlouhodobé snímání, snímání návratu fluorescenčního signálu po vysvícení (FRAP), snímání lokalizace fluorescenčního signálu po vysvícení (FLAP) a pro odseparování spekter.

3i) Speciální modul s funkcí AI asistent k interaktivní pomoci s nastavením a užíváním mikroskopu uživatelem.

3j) Součástí software musí být i moduly pro 2D a 3D analýzu s možností podrobného individuálního nastavení obrazové analýzy zahrnující možnost definice tříd a podtříd analyzovaného signálu, nastavení prahování pro detekci signálu (manuálně nebo automaticky), filtrování detekovaných signálů dle různých parametrů a vyhodnocení detekovaných signálů včetně definice vlastních matematických algoritmů. Tato analýza musí být také využitelná pro nastavení automatických protokolů, kde systém udělá přehledový obrázek, provede analýzu a dle výsledků obrazové analýzy nasnímá obrázky s vysokým rozlišením, tj. s jiným nastavením parametrů snímání.

3k) Součástí software musí být také dekonvoluční modul optimalizovaný pro matematické navýšení rozlišení z detektoru rozloženého na plochu.

3l) Software musí být schopný pokročilejší metody zpracování obrazu provádět již během časosběrného snímání tak, aby uživatel nemusel čekat na nasnímání všech dat a až pak provádět jejich zpracování.

3m) Min. 2 ks offline licence včetně všech výše uvedených modulů.

3n) Připravenost řídicí a vyhodnocovací jednotky na budoucí rozšíření o další softwarové moduly.

3o) Bezplatný upgrade na základní software nejméně po celou dobu záruční lhůty, tedy min. 24 měsíců.

3p) Všechny prvky systému, které budou motorizovány a automatizovány musí být plně ovládané softwarem.

4. Příslušenství

4a) Aktivní antivibrační stůl s minimálními rozměry 120 x 90 cm.

4b) Kompresor k aktivnímu udržování antivibračního stolu v pracovní pozici.

2.3 Záruka za jakost a servis

Dodavatel poskytne záruku za jakost plnění v délce 24 měsíců, dále bude garantovat rychlost servisního zásahu v době záruky nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne ohlášení

závady návštěvou servisního technika. Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny v místě instalace zařízení, a to nejpozději do 14 pracovních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak.

Dodavatel se zavazuje k provádění bezplatného plného servisu odevzdaného zboží a aktualizací software po dobu záruky. Náklady na provádění záručního plného servisu dodaného zboží tvoří součást nabídkové ceny Dodavatele.

2.4 Podmínky uživatelské podpory

V nabídkové ceně musí být zahrnuto základní školení obsluhy dodávaného zařízení, které je podmínkou pro řádné předání a převzetí zboží v rozsahu:

Úvodní školení obsluhy dodávaného zařízení vč. příslušenství pro min. 6 osob v rozsahu min. 1 x 4 hodiny, které je podmínkou pro řádné předání a převzetí zboží, a to v rozsahu:

- základní princip a funkčnost zařízení, nastavení přístroje;
- zapnutí, vypnutí zařízení včetně dodaného příslušenství;
- předvedení funkčnosti přístroje pro jednotlivé způsoby snímání;
- běžná kontrola nastavení provozních parametrů zařízení;
- základní diagnostika zařízení a poruch;
- běžná provozní údržba zařízení prováděná uživatelem.

Všechna školení proběhnou v místě instalace zařízení, pokud nebude dohodnuto písemně jinak osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za smluvní strany. Přesný termín školení musí být v dostatečném časovém předstihu odsouhlasen osobou oprávněnou jednat za Zadavatele ve věcech technických.

Veškeré náklady spojené s výše uvedenými školeními (vč. pobytu servisního technika a aplikačního specialisty) hradí vybraný Dodavatel.

2.5 Dodací lhůta

Termín plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné kupní smlouvy. Dodací lhůta je max. 10 týdnů od nabytí účinnosti příslušné kupní smlouvy.

2.6 Místo plnění veřejné zakázky

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra biotechnologií, budova H1, 2. NP, Šlechtitelů 241/27, 779 00 Olomouc-Holice, Česká republika.

2.7 Odpovědné zadávání

Zadavatel zadává tuto veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného veřejného zadávání. Společensky odpovědné veřejné zadávání kromě důrazu na čistě

ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí a inovací.

Aspekty společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny v obchodních a jiných smluvních podmínkách.

3. Části veřejné zakázky

Veřejná zakázka není dělena na části, neboť předmět veřejné zakázky tvoří jeden kompaktní celek, který není možné technicky ani funkčně rozdělit. Zařízení, které je předmětem veřejné zakázky, tvoří ucelený systém zahrnující přístrojové součásti a příslušenství, což vyžaduje vysoký stupeň hardwarové i softwarové provázanosti a kompatibility pro dosažení požadované funkčnosti a výkonu zařízení.

Pořizovaný mikroskopický systém umožňuje snímání a zobrazování jak fixovaných, tak i živých biologických vzorků, v rozsahu od pletivové/tkáňové a orgánové úrovně až po subcelulární úroveň, včetně super-rozlišení pod úrovní difrakčního limitu.

4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je **13,223.000,00 Kč bez DPH**.

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude cena úplná a nepřekročitelná, předložená Dodavatelem na základě této Dokumentace. Nabídková cena bude uvedena **v Kč bez DPH**.

Cena za předmět veřejné zakázky bude cena úplná a nepřekročitelná, bude stanovena na základě nabídky, bude platná po celou dobu realizace předmětu veřejné zakázky a bude zahrnovat veškeré náklady vzniklé Dodavateli v souvislosti s předmětem plnění veřejné zakázky.

5.1 Doklady prokazující nabídkovou cenu

Dodavatel prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením následujících údajů:

- uvedením celkové nabídkové ceny do návrhu kupní smlouvy (příloha č. 3 této Dokumentace),
- uvedením celkové nabídkové ceny v krycím listu nabídky (příloha č. 1 této Dokumentace).

V případě, že dojde k rozporu mezi nabídkovou cenou uvedenou v krycím listu nabídky a nabídkovou cenou uvedenou v návrhu smlouvy, bude považována za nabídkovou cenu cena uvedená v návrhu smlouvy.

5.2 Překročení nabídkové ceny

Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Změna ceny je možná pouze v odůvodněných případech dle Zákona.

6. Obchodní podmínky

Zadavatel jako součást této Dokumentace předkládá závazné obchodní podmínky ve smyslu ust. § 28 odst. 1 písm. b) a § 36 odst. 2 Zákona.

Dodavatel je povinen předložit ve své nabídce jako její nedílnou součást návrh kupní smlouvy. Návrh kupní smlouvy Dodavatele musí respektovat závazné obchodní podmínky uvedené v příloze č. 3 této Dokumentace.

Dodavatel v uvedených závazných obchodních podmínkách pouze doplní chybějící údaje, které jsou zvýrazněny a označeny komentářem **(doplní Dodavatel)**. Znění ostatních ustanovení závazných obchodních podmínek nesmí Dodavatel měnit. V případě, že Dodavatel bude jakkoliv měnit ostatní ustanovení závazných obchodních podmínek, bude toto Zadavatelem považováno za porušení zadávacích podmínek s následkem vyloučení Dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.

V souladu se shora uvedenými požadavky doplněné závazné obchodní podmínky Dodavatel označí jako návrh kupní smlouvy a vloží ho podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele do nabídky.

7. Kvalifikace Dodavatele

7.1 Splnění kvalifikace

Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace Dodavatelem.

Dodavatel musí splňovat požadavky na kvalifikaci uvedené v § 73 a násl. Zákona. Splnění kvalifikačních požadavků musí Dodavatel prokázat způsobem a v rozsahu podle této Dokumentace.

Požadavky na kvalifikaci pro plnění této veřejné zakázky splní Dodavatel, který v nabídce doloží splnění:

- a) **základní způsobilosti podle § 74 Zákona,**
- b) **profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 Zákona.**

7.2 Pravost a stáří dokladů k prokázání kvalifikace

7.2.1 Pravost dokladů

Dodavatel v nabídce předkládá níže uvedené doklady pro prokázání kvalifikace v kopiích. Dodavatel může nahradit požadované doklady písemným čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky dle § 86 odst. 2 Zákona. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení dle § 45 odst. 1 Zákona vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci Dodavatele.

Pokud Zákon nebo Zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může Dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává. Doklad, který je vyhotoven v jiném jazyce, než který Zadavatel určil v této Dokumentaci, jako jazyk, ve kterém se podávají nabídky, se předkládá s překladem do Zadavatelem určeného jazyka. Má-li Zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad v českém nebo slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen písemným čestným prohlášením.

7.2.2 Stáří dokladů

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 Zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti **nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.**

7.3 Prokázání kvalifikace Dodavatele – zahraniční osoby

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném Zadavatelem.

7.4 Základní způsobilost

7.4.1 Rozsah základní způsobilosti

Způsobilým je dle § 74 odst. 1 písm. a) – e) Zákona Dodavatel, který

- a)** nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k Zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla Dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b)** nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c)** nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d)** nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e)** není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu ani není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla Dodavatele.

Je-li Dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) Zákona – výpis z evidence Rejstříku trestů splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.

Je-li členem statutárního orgánu Dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) Zákona splňovat

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu Dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) Zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) Zákona splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 Zákona a vedoucí pobočky závodu.

7.4.2. Prokázání základní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice stanovených v § 74 odst. 1 písm. a) – e) Zákona formou dle § 75 odst. 1 písm. a) – f) Zákona předložením:

- a) **výpisu z evidence Rejstříku trestů** (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) Zákona),
- b) **potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k daňovému nedoplatku** (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) Zákona),
- c) **písemného čestného prohlášení ve vztahu k daňovému nedoplatku na spotřební daň** (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) Zákona),
- d) **písemného čestného prohlášení ve vztahu k nedoplatku na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění** (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) Zákona),

- e) **potvrzení příslušné územní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k nedoplatku na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti** (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) Zákona),
- f) **výpisu z obchodního rejstříku nebo písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán** (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) Zákona).

Je-li Dodavatelem osoba se sídlem v zahraničí, prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti dle písm. a) výše pouze ve vztahu k zemi svého sídla.

7.5 Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 Zákona ve vztahu k České republice předložením:

- **podle § 77 odst. 1 Zákona - výpisu z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Doklady k prokázání profesní způsobilosti Dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

7.6 Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace

7.6.1 Kvalifikace v případě společné účasti Dodavatelů

V případě společné účasti Dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 Zákona každý Dodavatel samostatně dle § 82 Zákona.

7.6.2 Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných Dodavatelů

Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 Zákona výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění:

- a) základní způsobilosti dle § 74 Zákona,
- b) profesní způsobilosti podle § 77 Zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než **3 měsíce** k poslednímu dni k prokázání splnění kvalifikace dle § 228 odst. 2 Zákona.

7.6.3 Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci systému certifikovaných Dodavatelů

Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 Zákona kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Předloží-li Dodavatel Zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239 Zákona, a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace Dodavatelem.

7.7 Změny kvalifikace Dodavatele

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace Dodavatele, je Dodavatel povinen tuto změnu Zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci.

7.8 Doklady o kvalifikaci (e-Certis)

V souladu s § 86 odst. 1 Zákona Zadavatel přednostně vyžaduje za účelem prokázání kvalifikace doklady evidované v systému, který identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém e-Certis).

8. Další podmínky pro uzavření smlouvy a požadavky na osobu Dodavatele

8.1 Zadavatel odešle vybranému Dodavateli výzvu dle § 122 odst. 3 písm. a) Zákona k předložení dokladů o jeho kvalifikaci, které Zadavatel požadoval a nemá je k dispozici, a to včetně dokladů podle § 83 odst. 1 Zákona; doklady o základní způsobilosti musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

8.2 Požadavky vyplývající ze zákona č. 159/2006 Sb.:

Zadavateli je zakázáno dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v účinném znění, zadat veřejnou zakázku dodavateli, který je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) uvedeného zákona nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Z tohoto důvodu Zadavatel požaduje po Dodavateli, aby čestně prohlásil, že není dodavatelem, na kterého by se shora uvedený zákaz vztahoval. Dodavatel ve své nabídce proto předloží čestné prohlášení viz příloha č. 2 této Dokumentace.

8.3 Požadavky vyplývající z nařízení Rady EU č. 2022/576:

Zadavateli je zakázáno dle čl. 5k nařízení Rady EU č. 2022/576 ze dne 08. 04. 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činností Ruska destabilizující situaci na Ukrajině, zadat veřejnou zakázku dodavateli, který je z Ruska, je z více než 50 % vlastněn subjektem z Ruska, jedná jménem nebo na pokyn subjektu z Ruska nebo který má poddodavatele z Ruska.

Z tohoto důvodu Zadavatel požaduje po Dodavateli, aby čestně prohlásil, že není dodavatelem, na kterého by se shora uvedený zákaz vztahoval. Dodavatel ve své nabídce proto předloží čestné prohlášení viz příloha č. 2 této Dokumentace.

8.4 Požadavky ve vztahu k SITUACI OHLEDNĚ SANKCÍ PŘIJATÝCH EU VŮČI RUSKU A BĚLORUSKU (např. nařízení Rady č. 269/2014 či 208/2014 či 765/2006):

Zadavatel požaduje po Dodavateli, aby čestně prohlásil, že on sám ani dodavatel, se kterým případně podává společnou nabídku, ani jeho poddodavatel není osobou, subjektem či orgánem uvedeným na sankčním seznamu EU v přílohách těchto nařízení. Dodavatel ve své nabídce proto předloží čestné prohlášení viz příloha č. 2 této Dokumentace.

9. Dostupnost Dokumentace, vysvětlení Dokumentace a změna nebo doplnění Dokumentace

Zadavatel poskytuje tuto Dokumentaci, včetně všech příloh, uveřejněním na profilu Zadavatele prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK: <https://zakazky.upol.cz>.

Podle § 98 odst. 1 Zákona může Zadavatel vysvětlit tuto Dokumentaci, pokud takové vysvětlení uveřejní na profilu Zadavatele nejméně 5 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek.

Pokud o vysvětlení Dokumentace dle § 98 odst. 3 Zákona požádá Dodavatel, Zadavatel vysvětlení uveřejní na profilu Zadavatele včetně přesného znění žádosti bez identifikace tazatele. Písemná žádost musí být podána v českém nebo slovenském jazyce a musí být Zadavateli doručena v souladu se Zákonem alespoň 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel poskytne písemně Dodavateli vysvětlení Dokumentace v zákonné lhůtě, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Vysvětlení Dokumentace (bez identifikace tazatele) Zadavatel zároveň poskytne i všem ostatním Dodavatelům prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Zadavatel může změnit nebo doplnit zadávací podmínky obsažené v této Dokumentaci v souladu s ustanovením § 99 odst. 1 Zákona před uplynutím lhůty pro podání nabídek a musí tuto změnu či doplnění uveřejnit stejným způsobem jako měněnou nebo doplněnou zadávací podmínku, tedy prostřednictvím profilu Zadavatele.

Zadavatel bude odesílat vysvětlení, změnu nebo doplnění Dokumentace prostřednictvím kontaktní osoby předmětné veřejné zakázky.

10. Pravidla pro hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti.

Pro zadání veřejné zakázky Zadavatel stanovil v rámci hodnocení dle ekonomické výhodnosti nabídky tato dílčí hodnotící kritéria:

- | | |
|---|------|
| 1. výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH | 80 % |
| 2. technická úroveň | 20 % |

Způsob hodnocení:

Kritérium č. 1 Výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH

V tomto kritériu se vyhodnotí výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH stanovené v souladu s podmínkami této Dokumentace, a to směrem od nejnižší hodnoty k nejvyšší hodnotě. Každá hodnocená nabídka získá v tomto kritériu bodovou hodnotu, která bude určena na základě níže uvedeného vzorce:

Počet bodů = (výše nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH / výše hodnocené celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH) * 100

Takto získaný počet bodů bude vynásoben koeficientem 0,8 a následně matematicky zaokrouhlen na dvě desetinná místa. V tomto dílčím hodnotícím kritériu tak lze získat nejvýše 80 bodů v celkovém hodnocení.

Kritérium č. 2 Technická úroveň

Zadavatel bude v tomto dílčím hodnotícím kritériu hodnotit Dodavatelem nabízené hodnoty jednotlivých technických parametrů ve srovnání s níže stanovenými hodnotami požadovanými Zadavatelem.

U každého hodnoceného parametru je uvedeno jeho bodové ohodnocení dle váhy, kterou Zadavatel tomuto technickému parametru přiřazuje. Jednotlivé technické parametry jsou subkritérii tohoto dílčího hodnotícího kritéria. Hodnocení bude provedeno následující bodovací metodou:

- u technických parametrů, jejichž hodnota je vyjádřena pouze *splněno – nesplněno* (ano - ne), platí, že ***splněno (ano) = plný počet bodů, nesplněno (ne) = 0 bodů***

Dodavatel je povinen ve své nabídce uvést údaje, které mají být hodnoceny, pokud je neuvede, nebudou mu přiděleny v daném hodnotícím subkritériu žádné body.

Subkritéria pro hodnocení v rámci dílčího hodnotícího kritéria č. 2:

Subkritérium	Technický parametr	Max. hodnotitelná hodnota	Maximální bodové ohodnocení
S1	Softwarová funkce inteligentního algoritmu dekonvoluce na principu „Joint Iterative Methods“ se super-rozlišením pod úroveň 100 nm v laterálním směru.	ANO/NE	10/0
S2	Úprava optické dráhy a modulace tvaru paprsku pro výrazně rychlejší snímání metodou detekce 4 až 8 bodů současně formou paralelizace k dosažení super-rozlišení při rychlosti snímání až do 47 obrazů za sekundu v módu 512 x 512 pixelů.	ANO/NE	10/0

V případě, že Dodavatel uvede hodnotu příslušného tech. parametru pro hodnocení nižší, než je maximální hodnotitelná hodnota stanovená Zadavatelem v příslušném subkritériu, bude mu i přes tuto skutečnost v rámci hodnocení jeho nabídky v příslušném subkritériu hodnocena Zadavatelem stanovená maximální hodnotitelná hodnota stanovená Zadavatelem v příslušném subkritériu.

Každá hodnocená nabídka získá v tomto kritériu bodovou hodnotu, která bude určena na základě níže uvedeného vzorce:

Počet bodů = S1 + S2

V tomto dílčím hodnotícím kritériu tak lze získat nejvýše 20 bodů v celkovém hodnocení.

Celkové hodnocení je součtem bodových hodnocení dílčích hodnotících kritérií. Výsledné pořadí bude stanoveno podle dosaženého počtu bodů – více bodů znamená lepší umístění nabídky. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů.

V případě rovnosti celkového počtu bodů bude považována za ekonomicky výhodnější ta nabídka, která bude mít nižší celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH.

11. Podání nabídek, otevírání nabídek

11.1 Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **17.10.2025 v 09:00 hodin**.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00005739>.

11.2 Otevírání nabídek

Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu Zadavateli.

Nabídky v elektronické podobě otevírá Zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel kontroluje při otevírání nabídek v elektronické podobě, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě a zda s ní nebylo před jejím otevřením manipulováno.

Vzhledem k tomu, že se nabídky podávají výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese veřejné zakázky, nebude probíhat otevírání obálek s nabídkami podanými v listinné podobě.

11.3 Varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

11.4 Společná účast Dodavatelů

Zadavatel v souladu s § 103 odst. 1 písm. f) Zákona požaduje, aby v případě společné účasti Dodavatelů, nesli odpovědnost za plnění veřejné zakázky všichni Dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.

Podává-li více Dodavatelů společnou nabídku, uvedou ve společné nabídce, který z účastníků společné nabídky je v zadávacím řízení oprávněn jednat.

12. Obsah a forma nabídky

12.1 Obsah nabídky

Nabídka bude podána v následující struktuře:

- krycí list nabídky s identifikačními údaji Dodavatele a s nabídkovou cenou (příloha č. 1 této Dokumentace),
- doklady k prokázání kvalifikace Dodavatele,

- návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele zpracovaný v souladu se závaznými obchodními podmínkami v této Dokumentaci uvedenými (příloha č. 3 této Dokumentace),
- doložení technické specifikace a garantovaných technických parametrů pro nabízený předmět veřejné zakázky, včetně přesného (konkrétního) označení nabízeného zboží,
- doložení garantovaných hodnot pro účely hodnocení dle čl. 10 této Dokumentace,
- podrobná kalkulace nabídkové ceny,
- čestné prohlášení Dodavatele, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele (příloha č. 2 této Dokumentace).

12.2 Forma nabídky

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Pokud Dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s jinými Dodavateli, Zadavatel na základě ustanovení § 107 odst. 5 Zákona takového Dodavatele ze zadávacího řízení vyloučí.

Nabídka bude podána písemně v elektronické podobě, v českém nebo slovenském jazyce (technická specifikace nabízeného zboží může být v anglickém jazyce).

13. Komunikace mezi Zadavatelem a Dodavatelem

Při komunikaci mezi Zadavatelem a Dodavatelem nesmí být narušena důvěrnost nabídek a úplnost údajů v nich obsažených.

Zadavateli nesmí být umožněn přístup k obsahu nabídek před uplynutím lhůty stanovené pro jejich podání.

14. Zadávací podmínky

Na zpracování zadávacích podmínek ve smyslu § 36 odst. 4 Zákona se nepodílely osoby odlišné od Zadavatele.

Tato Dokumentace neobsahuje informace, které by byly výsledkem předběžné tržní konzultace ve smyslu § 33 Zákona.

15. Ostatní podmínky

15.1 Práva Zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- zrušit zadávací řízení v souladu se Zákonem,
- ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými Dodavateli v nabídkách.

Zadavatel v postavení správce osobních údajů tímto informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) účastníky zadávacího řízení o zpracování osobních údajů za účelem realizace zadávacího řízení dle Zákona. Zadavatel může v rámci realizace zadávacího řízení zpracovávat osobní údaje Dodavatelů a jejich poddodavatelů (z řad fyzických osob podnikajících), členů statutárních



orgánů a kontaktních osob Dodavatelů a jejich poddodavatelů, osob, prostřednictvím kterých je Dodavatelem prokazována kvalifikace, členů realizačního týmu Dodavatele a skutečných majitelů Dodavatele. Zadavatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci zadávacího řízení a pouze po dobu stanovenou právními předpisy a pravidly příslušného projektu, zejména Zákonem. Subjekty údajů jsou oprávněny uplatňovat jejich práva dle čl. 13 až 22 GDPR v písemné formě na adrese sídla Zadavatele. Dodavatelé nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

15.2 Přílohy

Nedílnou součástí této Dokumentace jsou přílohy:

- **Příloha č. 1** Krycí list nabídky
- **Příloha č. 2** Čestné prohlášení Dodavatele
- **Příloha č. 3** Závazné obchodní podmínky

V Olomouci dne

16. 09. 2025

UNIVERZITA PALACKÉHO v OLOMOUCI
rektor
interní telefon 8, 771 41 Olomouc

.....
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

Handwritten signature

Handwritten mark