



Spolufinancováno
Evropskou unií

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 779 00 OLOMOUC

č.j.: 135/PJ/OVZ/2025

dne: 23.09.2025

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce na dodávky s názvem: „**PřF/UPOL – Centrifuga s chlazením**“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2025-051553**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Požadujete kapacitu centrifugy 4 vzorků minimálně o objemu každého vzorku 750 ml, současně má být součástí dodávky rotor umožňující centrifugaci minimálně 4 vzorků o objemu každého vzorku 250 ml včetně vhodných nástavců (4 x 250 ml).

Vzhledem k předpokládané hodnotě zakázky, chápeme požadavek správně, že je účelem dodání centrifugy s vhodným rotorem a nástavci pro 4x250 ml zkumavky/láhve?

Žádáme zadavatele, aby zvážil vypuštění požadavku na kapacitu centrifugy 4 vzorků minimálně o objemu každého vzorku 750 ml.

Odpověď:

Zadavatel trvá na stanovených technických parametrech. Centrifuga musí být připravena pro centrifugaci i velkých objemů (každého vzorku do 750 ml).

Dotaz č. 2:

Požadujete časovač centrifugy s nastavením centrifugace v rozsahu minimálně 1 sekunda – 99 hodin. Bude zadavatel akceptovat nastavení v rozsahu 1 min až 99 hod?

Pro kratší stáčení je námi nabízená centrifuga vybavena tlačítkem krátkodobého/pulzního stáčení.

Odpověď:

Zadavatel trvá na stanovených technických parametrech.



Spolufinancováno
Evropskou unií



Univerzita Palackého
v Olomouci

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová, LL.M.

Vedoucí odd. VZ