



Spolufinancováno
Evropskou unií



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 136/LČ/OVZ/2025

dne: 24.09.2025

Věc: Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce na dodávky s názvem: „**PřF/UPOL – FT-NIR spektrometr**“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2025-048889**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

V technické specifikaci (čl. 2.2) je uveden požadavek na možnost měření transmise z kyvet s optickou dráhou **1 cm**. Naše společnost nabízí řešení s kyvetami o optické dráze **8 mm**, přičemž tento rozdíl v délce optické dráhy je plně kompenzován vyšší dosažitelnou hodnotou **poměru signál/šum** přístroje, což zajišťuje stejnou nebo lepší analytickou výtěžnost měření. Prosíme o upřesnění, zda bude jako **ekvivalentní řešení** akceptováno i použití kyvet s optickou dráhou 8 mm.

Odpověď:

Na základě vzneseného dotazu zadavatel upravuje text v čl. 2.2 Zadávací dokumentace takto:
Požadavek v sedmé odrážce:

-, měření transmise z kyvet (1 cm optická dráha).

Se nahrazuje textem:

-, měření transmise z kyvet (0,8 – 1 cm optická dráha).

Dotaz č. 2:

V technické specifikaci (čl. 2.2) je uveden požadavek na Měření reflexe a transflexe z Petriho misek (s možným otáčením). Máme tomu rozumět tak, že je vyžadován automatický rotátor vzorku jako součást dodávky, nebo stačí aby přístroj nabízel možnost o jeho budoucí pořízení.

Odpověď:

Ano, zadavatel požaduje automatický rotátor vzorku jako součást dodávky.



Spolufinancováno
Evropskou unií



Univerzita Palackého
v Olomouci

Dotaz č. 3:

V technické specifikaci je v rámci hodnoticího kritéria č. 2 uvedena „životnost referenčního laseru“. Prosíme o upřesnění, zda se tímto parametrem rozumí životnost laseru deklarovaná výrobcem v oficiálních technických materiálech (např. datový list, produktová brožura). Cílem je zajistit transparentní a ověřitelné srovnání nabídek a předejít uvádění hodnot, které nejsou výrobcem doloženy.

Odpověď:

Zadavatel požaduje deklarovanou životnost, tedy životnost doloženou výrobcem.

Zadavatel v souladu se zákonem prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 11 odst. 11.1. zadávací dokumentace a v Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)) uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **14.10. 2025 v 09:00 hodin**.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00005729>

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Ing. Lucie Čtvrtlíková

kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky