



Spolufinancováno
Evropskou unií

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC

č.j.: 138/LČ/OVZ/2025

dne: 29.09.2025

Věc: Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce na dodávky s názvem: „**CATRIN/UPOL – Rukavicový box pro práci v inertní atmosféře**“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: **Z2025-051489**, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

V zadání jsou požadovány dva systémy chlazení:

První: Výměník tepla zabudovaný v jednotce pro čištění plynu pro ochlazování plynu procházejícího jednotkou.

Druhý: Externí chladicí systém ochlazující vnitřní prostředí gloveboxu.

To se jeví jako duplicita, protože oba systémy budou vykonávat stejnou funkci chlazení vnitřní atmosféry gloveboxu.

Dotaz: postačí zadavateli dodání jednoho z uvedených systémů chlazení?

Odpověď:

V zadávací dokumentaci byly uvedeny dva samostatné systémy chlazení z důvodu zajištění pokrytí obou požadavků – jednak chlazení plynu procházejícího čistící, jednak chlazení vnitřní atmosféry gloveboxu. Pokud nabízený systém umožňuje plnit obě funkce současně (případně pokud daný výrobce gloveboxu chlazení plynu nevyžaduje), je takové řešení přípustné.

V návaznosti na výše uvedený dotaz zadavatel upravuje níže uvedený text článku 2.2 zadávací dokumentace a nahrazuje následující text:

- výměník tepla zabudovaný v jednotce pro čištění plynu pro ochlazování plynu procházejícího jednotkou
- externí chladicí systém ochlazující vnitřní prostředí gloveboxu

textem:

- výměník tepla zabudovaný v jednotce pro čištění plynu pro ochlazování plynu procházejícího jednotkou a chladicí systém ochlazující vnitřní prostředí gloveboxu.



Spolufinancováno
Evropskou unií



Univerzita Palackého
v Olomouci

Zadavatel současně napravuje administrativní nesrovnalost, kdy na E-Zak byla uveřejněna pracovní verze zadávací dokumentace ve formátu Word, přičemž dokumentace zveřejněna ve formátu .pdf je správná. Zadavatel součástí této změny předkládá úplné znění zadávací dokumentace ve formátu Word.

Zadavatel v souladu se zákonem prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 11 odst. 11.1. zadávací dokumentace a v Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)) uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **29.10. 2025 v 09:00 hodin**.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00005736>

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Ing. Lucie Čtvrtlíková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky