



Spolufinancováno
Evropskou unií

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 779 00 OLOMOUC

Č.j.: 141/PV/OVZ/2025

V Olomouci dne 03. 10. 2025

Věc: Vysvětlení, změna zadávací dokumentace č. 2

K veřejné zakázce na dodávky s názvem: „**PřF/UPOL – Centrifuga s chlazením**“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním č. zakázky: **Z2025-051553**, Vám v souladu § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující vysvětlení, změnu zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

V technické specifikaci předmětu veřejné zakázky je požadováno „Zařízení musí být připojitelné ke vhodné datastanici (datastanice není součástí dodávky)“

Rádi bychom nabídli centrifugu s chlazením požadovaných parametrů a námi nabízená centrifuga umožňuje komunikaci prostřednictvím RS232, ale pouze pro účel komunikace s jiným řídicím systémem, např. pro zapojení do robotických systémů. Neslouží tedy pro export aktuálních dat.

Prosíme o zvážení, zda je přípustné nabídnout zařízení bez možnosti připojení k datastanici pro export dat, jinak splňující všechny minimální požadavky zadavatele?

Odpověď:

Zadavatel na základě tohoto dotazu mění stávající technické požadavky uvedené v čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace:

- Centrifuga musí být dodána včetně nezbytného příslušenství, umožňovat plné ovládání zařízení pomocí nastavení provozních parametrů, export dat pro analýzu a časově programovaný provoz.
- Zařízení musí být připojitelné ke vhodné datastanici (datastanice není součástí dodávky), musí být vybaveno automatickým rozpoznáním rotoru a ochranou proti překročení otáček.

tak, že nově zní:

- Centrifuga musí být dodána včetně nezbytného příslušenství, umožňovat plné ovládání zařízení pomocí nastavení provozních parametrů, **komunikaci prostřednictvím vhodného sériového rozhraní** a časově programovaný provoz.
- Zařízení musí být vybaveno automatickým rozpoznáním rotoru a ochranou proti překročení otáček.

Zadavatel na základě tohoto dotazu dále upravuje stávající popis předmětu veřejné zakázky uvedený v čl. 2 odst. 2.1 zadávací dokumentace a v Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Popis předmětu veřejné zakázky (BT-24-Procedure) a Popis části předmětu veřejné zakázky (BT-24-Lot)) uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu centrifugy s chlazením včetně příslušenství vybavené výklopným rotorem umožňující centrifugovat vzorky před jejich dalším zpracováním a analýzou. Zařízení musí umožňovat snadné plnění rotoru a také sledovatelnost polohy vzorků a přesnou identifikaci jejich nevyváženosti. Centrifuga musí být dodána včetně příslušenství, umožňovat plné ovládání zařízení pomocí provozních parametrů, export dat pro analýzu a časově programovaný provoz. Zařízení musí umožňovat udržování minimální teploty pod 4 °C bez ohledu na typ rotoru a zvolenou rychlost. Přístroj bude využit zejména pro experimentální činnosti v rámci laboratorních cvičení a vypracování závěrečných prací studentů.

tak, že nově zní:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu centrifugy s chlazením včetně příslušenství vybavené výklopným rotorem umožňující centrifugovat vzorky před jejich dalším zpracováním a analýzou. Zařízení musí umožňovat snadné plnění rotoru a také sledovatelnost polohy vzorků a přesnou identifikaci jejich nevyváženosti. Centrifuga musí být dodána včetně příslušenství, umožňovat plné ovládání zařízení pomocí provozních parametrů, **komunikaci prostřednictvím vhodného sériového rozhraní** a časově programovaný provoz. Zařízení musí umožňovat udržování minimální teploty pod 4 °C bez ohledu na typ rotoru a zvolenou rychlost. Přístroj bude využit zejména pro experimentální činnosti v rámci laboratorních cvičení a vypracování závěrečných prací studentů.

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 a § 98 odst. 4 Zákona prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 11 odst. 11.1. zadávací dokumentace a v Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)) uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **11. 11. 2025 v 09:00 hodin**.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00005675>.



Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Mgr. Petra Vopálková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky