



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



Univerzita Palackého
v Olomouci

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

**zpracovaná v rozsahu ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“)**

veřejná zakázka na dodávky

Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2025-040706

Číslo oznámení TED: 485841-2025

Datum zahájení zadávacího řízení: 22. 07. 2025

Datum zveřejnění zadávacího řízení: 24. 07. 2025

Název veřejné zakázky:

„CATRIN/UPOL – Flash chromatograf“

ZADAVATEL:

Univerzita Palackého v Olomouci

zastoupená osobou oprávněnou jednat jménem Zadavatele:

doc. JUDr. Michaela Kohajdou Ph.D., rektorem UP v Olomouci

se sídlem: Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc

IČO: 619 89 592

(dále jen „Zadavatel“)

§ 217 odst. 2 písm. a) Zákona
označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku

OZNAČENÍ ZADAVATELE

Univerzita Palackého v Olomouci

zastoupená osobou oprávněnou jednat jménem Zadavatele:

doc. JUDr. Michaelem Kohajdou Ph.D., rektorem UP v Olomouci

se sídlem: Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc

IČO: 619 89 592

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je chromatografický systém pro nízkotlakou až střednětlakou flash a preparativní chromatografii s UV-VIS a ELS detekcí. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace.

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název	CPV
Chromatografy	38432200-4
Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)	38000000-5

CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ

Cena celkem bez DPH	1.642.502,00 Kč
DPH 21%	344.925,42 Kč
Cena včetně DPH	1.987.427,42 Kč

§ 217 odst. 2 písm. b) Zákona
použitý druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka v nadlimitním režimu zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 Zákona.



**§ 217 odst. 2 písm. c) Zákona
označení účastníků zadávacího řízení a uvedení jejich nabídkových cen**

Identifikační údaje dodavatelů, jejichž nabídka byla hodnocena:

Poř. č.	Dodavatel	Datum a čas doručení nabídky	Nabídková cena v Kč bez DPH	Tvorba kvartérního gradientu	Tvorba gradientu s krokem 0,1% zajištěná vysokotlaký mi pístovými čerpadly	Možnost tvorby databáze vlastních kolon a stojánků pro optimální volbu velikostí frakcí	Možnost práce s průtokem až 250 mL/min při tlaku 250 bar	Automatické potlačování a zesilování signálu ELSD	Automatické čištění nebulizéru ELSD isopropanol em	Možnost použití vysokotlaké ho dry-load (do 500 bar) při preparativní chromatogra fii
1.	Chromservis s.r.o. Jakobiho 327/3 109 00 Praha 10 – Petrovice IČO: 25086227 Právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným	20.08.2025 14:57:06	1.642.502,00	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
2.	DONAU LAB, s.r.o. Třebohostická 3069/14 100 00, Praha 10 – Strašnice IČO: 45244651 Právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným	22.08.2025 09:10:43	1.705.734,10	NE	NE	NE	ANO	ANO	NE	NE

**§ 217 odst. 2 písm. d) Zákona
označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení**

Zadavatel nevyloučil žádného účastníka zadávacího řízení.

**§ 217 odst. 2 písm. e) Zákona
označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru**

Obchodní jméno dodavatele:	Sídlo / adresa:
Chromservis s.r.o.	Jakobiho 327/3
IČO: 25086227	109 00 Praha 10 – Petrovice
	DIČ:CZ25086227

Kupní smlouva s vybraným dodavatelem byla v souladu se zadávacími podmínkami uzavřena dne 16. 09. 2025.

ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU DODAVATELE:

Pro zadání veřejné zakázky Zadavatel stanovil v rámci hodnocení dle ekonomické výhodnosti nabídky tato dílčí hodnotící kritéria:

Kritérium č.	Kritérium hodnocení	Váha v %
1	Výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH	80 %
2	Technická úroveň	20 %

Způsob hodnocení:**Kritérium č. 1 Výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH**

V tomto kritériu se hodnotila výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH stanovené v souladu s podmínkami zadávací dokumentace, a to směrem od nejnižší hodnoty k nejvyšší hodnotě. Každá hodnocená nabídka získala v tomto kritériu bodovou hodnotu, která byla určena na základě níže uvedeného vzorce:

Počet bodů = (výše nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH / výše hodnocené celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH) * 100

Takto získaný počet bodů byl vynásoben koeficientem 0,80 a následně matematicky zaokrouhlen na dvě desetinná místa. V tomto dílčím hodnotícím kritériu tak bylo možné získat nejvýše 80 bodů v celkovém hodnocení.

Nabídka č.	DODAVATEL	Nabídková cena v Kč bez DPH	Počet bodů	VÁHA (%)	Vážený počet bodů
1.	Chromservis s.r.o.	1.642.502,00	100,00	80	80,00
2.	DONAU LAB, s.r.o.	1.705.734,10	96,29	80	77,03

Kritérium č. 2 Technická úroveň

Zadavatel v tomto dílčím hodnotícím kritériu hodnotil Dodavatelem nabízené hodnoty jednotlivých technických parametrů ve srovnání s níže stanovenými hodnotami požadovanými Zadavatelem.

U každého hodnoceného parametru je uvedeno jeho bodové ohodnocení dle váhy, kterou Zadavatel tomuto technickému parametru přikládá. Jednotlivé technické parametry jsou subkritérii tohoto dílčího hodnotícího kritéria. Hodnocení bylo provedeno následující bodovací metodou:

- u technických parametrů, jejichž hodnota je vyjádřena pouze *splněno – nesplněno* (ano - ne), platí, že **splněno (ano) = plný počet bodů, nesplněno (ne) = 0 bodů**

Dodavatel byl povinen ve své nabídce uvést údaje, které měly být hodnoceny, pokud je neuvedl, nebyly mu přiděleny v daném hodnotícím subkritériu žádné body.

Subkritéria pro hodnocení v rámci dílčího hodnotícího kritéria č. 2:

Subkritérium	Technický parametr	Bodovací metoda	Bodové ohodnocení
S1	Tvorba kvartérního gradientu	ANO/NE	40 / 0 bodů
S2	Tvorba gradientu s krokem 0,1% zajištěná vysokotlakými pístovými čerpadly	ANO/NE	10 / 0 bodů
S3	Možnost tvorby databáze vlastních kolon a stojánků pro optimální volbu velikostí frakcí	ANO/NE	5 / 0 bodů
S4	Možnost práce s průtokem až 250 mL/min při tlaku 250 bar	ANO/NE	20 / 0 bodů
S5	Automatické potlačování a zesilování signálu ELSD	ANO/NE	10 / 0 bodů
S6	Automatické čištění nebulizéru ELSD isopropanolem	ANO/NE	10 / 0 bodů
S7	Možnost použití vysokotlakého dry-load (do 500 bar) při preparativní chromatografii	ANO/NE	5 / 0 bodů
Max. počet bodů za dílčí hodnotící kritérium č. 2			100 bodů

Každá hodnocená nabídka získala v tomto kritériu bodovou hodnotu, která byla určena na základě níže uvedeného vzorce:

$$\text{Počet bodů} = S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6 + S7$$

Takto získaný počet bodů byl vynásoben koeficientem 0,20 a následně matematicky zaokrouhlen na dvě desetinná místa. V tomto dílčím hodnotícím kritériu tak bylo možné získat nejvýše 20 bodů v celkovém hodnocení.

Subkritérium S1:

Nabídka č.	DODAVATEL	Tvorba kvartérního gradientu	Počet bodů
1.	Chromservis s.r.o.	ANO	40
2.	DONAU LAB, s.r.o.	NE	0

Subkritérium S2:

Nabídka č.	DODAVATEL	Tvorba gradientu s krokem 0,1% zajištěná vysokotlakými pístovými čerpadly	Počet bodů
1.	Chromservis s.r.o.	ANO	10
2.	DONAU LAB, s.r.o.	NE	0

Subkritérium S3:

Nabídka č.	DODAVATEL	Možnost tvorby databáze vlastních kolon a stojánek pro optimální volbu velikostí frakcí	Počet bodů
1.	Chromservis s.r.o.	ANO	5
2.	DONAU LAB, s.r.o.	NE	0

Subkritérium S4:

Nabídka č.	DODAVATEL	Možnost práce s průtokem až 250 mL/min při tlaku 250 bar	Počet bodů
1.	Chromservis s.r.o.	ANO	20
2.	DONAU LAB, s.r.o.	ANO	20

Subkritérium S5:

Nabídka č.	DODAVATEL	Automatické potlačování a zesilování signálu ELSD	Počet bodů
1.	Chromservis s.r.o.	ANO	10
2.	DONAU LAB, s.r.o.	ANO	10

Subkritérium S6:

Nabídka č.	DODAVATEL	Automatické čištění nebulizéru ELSD isopropanolem	Počet bodů
1.	Chromservis s.r.o.	ANO	10
2.	DONAU LAB, s.r.o.	NE	0

Subkritérium S7:

Nabídka č.	DODAVATEL	Možnost použití vysokotlakého dry-load (do 500 bar) při preparativní chromatografii	Počet bodů
1.	Chromservis s.r.o.	ANO	5
2.	DONAU LAB, s.r.o.	NE	0

Vyhodnocení kritéria č. 2 dle jednotlivých subkritérií:

Nabídka č.	DODAVATEL	Počty bodů v jednotlivých subkritériích							Počet bodů celkem	VÁHA (%)	Vážený počet bodů
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7			
1.	Chromservis s.r.o.	40	10	5	20	10	10	5	100,00	20	20,00
2.	DONAU LAB, s.r.o.	0	0	0	20	10	0	0	30,00	20	6,00

Celkové hodnocení je součtem bodových hodnocení dílčích hodnotících kritérií. Výsledné pořadí bylo stanoveno podle dosaženého počtu bodů – více bodů znamená lepší umístění nabídky. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je ta, která získala nejvyšší celkový počet bodů.

Celkový počet bodů podle hodnotících kritérií:

Nabídka č.	DODAVATEL	Hodnotící kritérium č. 1	Hodnotící kritérium č.2	Celkem bodů za hodnotící kritéria č. 1+2
1.	Chromservis s.r.o. Jakobiho 327/3 109 00 Praha 10 – Petrovice IČO: 25086227 Právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným	80,00	20,00	100,00
2.	DONAU LAB, s.r.o. Třebohostická 3069/14 100 00, Praha 10 – Strašnice IČO: 45244651 Právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným	77,03	6,00	83,03

Výsledek hodnocení nabídek:

Pořadí	DODAVATEL	Celkem bodů
1.	Chromservis s.r.o. Jakobiho 327/3, 109 00 Praha 10 – Petrovice IČO: 25086227 Právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným	100,00
2.	DONAU LAB, s.r.o. Třebohostická 3069/14, 100 00, Praha 10 – Strašnice IČO: 45244651 Právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným	83,03

Nabídka vybraného dodavatele splňuje veškeré požadavky Zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.

- Nabídková cena 1.642.502,00 Kč bez DPH, tj. 1.987.427,42 Kč včetně DPH

§ 217 odst. 2 písm. f) Zákona
označení poddodavatelů dodavatele, jsou-li známi

Zadavateli není znám žádný poddodavatel vybraného dodavatele.

§ 217 odst. 2 písm. g) Zákona
odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Jednací řízení s uveřejněním nebylo použito, soutěžní dialog nebyl použit.

§ 217 odst. 2 písm. h) Zákona
odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito.

§ 217 odst. 2 písm. i) Zákona
odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Zjednodušený režim nebyl použit.

§ 217 odst. 2 písm. j) Zákona
odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

§ 217 odst. 2 písm. k) Zákona
odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Nabídky bylo umožněno podat pouze elektronicky.

§ 217 odst. 2 písm. l) Zákona
soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn

Nebyly zjištěny žádné osoby se střetem zájmů.

§ 217 odst. 2 písm. m) Zákona
odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části

Veřejná zakázka není rozdělena na části, neboť předmět veřejné zakázky tvoří jedno zařízení coby jeden kompaktní systém/celek s příslušenstvím, který není technicky možné rozdělit. Z povahy věci a z důvodu zajištění plné funkčnosti a kompatibility systému proto není možné veřejnou zakázku rozdělit na části. Jedná se o vysoce sofistikovaný celek, kde není možné oddělit jednotlivé součásti. Jednotka je řízena jednotným softwarem.

§ 217 odst. 2 písm. n) Zákona
odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 Zákona

Zadavatel nepostupoval podle § 78 odst. 3 Zákona.

V Olomouci dne

15. 10. 2025

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Michael Kohajda v.r.

doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
rektor UP v Olomouci

