



**Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na  
dodávky zadávanou ve výběrovém řízení v souladu s ust. § 27 a §  
31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném  
znění  
s názvem:**

**LF/UPOL – mobilní ultrazvuk pro Urologickou kliniku v rámci Centra  
pro výzkum nadledvinek**

**Identifikační údaje zadavatele:**

Univerzita Palackého v Olomouci  
Se sídlem: Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc  
IČO: 619 89 592  
DIČ: CZ 619 89 592  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc  
Účet č.: 19-1096330227/0100  
Rektor: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.  
Právní forma zadavatele: veřejná vysoká škola

Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Mgr. Petra Vopálková  
tel. č.: +420 585 631 118, e-mail: [petra.vopalkova@upol.cz](mailto:petra.vopalkova@upol.cz)

(dále jen „Zadavatel“)

**Způsob zadání:** výběrové řízení

**Profil Zadavatele:** <https://zakazky.upol.cz>

**Odkaz na veřejnou zakázku na profilu Zadavatele:** <https://zakazky.upol.cz/vz00005792>

*Tato výzva je vypracována jako podklad pro podání nabídek Dodavatelů v rámci výběrového řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky v souladu s ust. § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“).*

*Tato veřejná zakázka se však neřídí tímto Zákonem.*

*Tato výzva obsahuje veškeré zadávací podmínky pro zadání veřejné zakázky, které jsou zároveň uveřejněny v plném rozsahu na profilu Zadavatele (dále jen „Výzva“).*

*Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí certifikovaného elektronického nástroje podle § 213 Zákona dostupného na <https://zakazky.upol.cz>.*

*Zadavatel Dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK je třeba provést tzv. registraci dodavatele v tomto elektronickém nástroji. Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými Zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u Dodavatele odpovídá vždy Dodavatel. Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK.*

*Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK jsou dostupné v uživatelské příručce na: <https://zakazky.upol.cz>. Zadavatel doporučuje její včasné nastudování a prověření softwarového nastavení svého počítače před odesláním nabídky.*

*Odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání elektronického nástroje E-ZAK poskytne rovněž kontaktní osoba Zadavatele (Mgr. Petra Vopálková, e-mail: [petra.vopalkova@upol.cz](mailto:petra.vopalkova@upol.cz)).*

## **1 Předmět veřejné zakázky**

### **1.1 Klasifikace předmětu veřejné zakázky**

| <b>Název</b>                        | <b>kód CPV</b> |
|-------------------------------------|----------------|
| Diagnostické ultrazvukové přístroje | 33124120-2     |

### **1.2 Předmět plnění veřejné zakázky**

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu mobilního ultrazvuku pro Urologickou kliniku v rámci Centra pro výzkum nadledvinek pro potřeby Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena níže viz čl. 1 odst. 1.3 této Výzvy.

Součástí dodávky musí být veškeré nezbytné zařízení, umožňující úplnou instalaci kompletního požadovaného zařízení, a to bez dalších zásahů a nákladů ze strany Zadavatele k dosažení všech parametrů požadovaných Zadavatelem v této Výzvě.

Veškerá zařízení musí splňovat veškeré nároky vycházející z technických a bezpečnostních norem platných v České republice pro tento typ přístroje. Součástí plnění je i předání úplné dokumentace k zařízení.

Zadavatel požaduje zboží nové, nepoužité, nerepasované.

Dodavatel je povinen dodržet technické požadavky stanovené v této Dokumentaci, pokud je nedodrží, bude vyloučen z výběrového řízení. Dodavatel je povinen doložit garantované technické parametry pro doložení splnění požadavků Zadavatele specifikovaných v této Výzvě; tj. Dodavatel předloží podrobnou technickou specifikaci nabízeného plnění a přesné (konkrétní) označení nabízeného zboží.

Pokud tato Výzva včetně všech jejích příloh obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro

určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožňuje použití i jiných rovnocenných řešení.

### 1.3 **Technická specifikace předmětu veřejné zakázky**

Zařízení musí obsahovat níže uvedené součásti a musí splňovat následující minimální požadavky Zadavatele:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ultrazvukový přístroj musí mít frekvenční rozsah 1 - 20 MHz                                                                                                                                                                                                                         |
| Ultrazvukový přístroj musí mít start systému maximálně do 30 s                                                                                                                                                                                                                      |
| Ultrazvukový přístroj musí mít maximální hmotnost 70 kg                                                                                                                                                                                                                             |
| Ultrazvukový přístroj musí mít úhlopříčku monitoru minimálně 19"                                                                                                                                                                                                                    |
| Ultrazvukový přístroj musí mít monitor na výklopném rameni s možností úplného sklopení                                                                                                                                                                                              |
| Ultrazvukový přístroj musí mít výškově nastavitelný ovládací panel                                                                                                                                                                                                                  |
| Ultrazvukový přístroj musí mít plně dezinfikovatelný a omyvatelný ovládací panel                                                                                                                                                                                                    |
| Ultrazvukový přístroj musí mít ovládání pomocí trackballu                                                                                                                                                                                                                           |
| Ultrazvukový přístroj musí mít minimálně čtyři aktivní vstupy pro snímače                                                                                                                                                                                                           |
| Ultrazvukový přístroj musí mít kalkulaci dopplerovských parametrů z dopplerovské křivky, výpočty hodnot S, D, S/D, PI, RI                                                                                                                                                           |
| Ultrazvukový přístroj musí mít nastavení TGC křivky s pamětí pro uživatelská nastavení                                                                                                                                                                                              |
| Ultrazvukový přístroj musí mít předprogramované nastavení sond dle vyšetřované oblasti                                                                                                                                                                                              |
| Ultrazvukový přístroj musí mít optimalizaci parametrů pro různé typy tkání                                                                                                                                                                                                          |
| Ultrazvukový přístroj musí mít vnitřní archivační systém a musí umožnit archivaci snímků, smyček i patientských dat na integrovaném HDD nebo SSD s minimální kapacitou 500 GB                                                                                                       |
| Ultrazvukový přístroj musí být vybaven USB portem minimálně 2.0 pro externí záznamové jednotky                                                                                                                                                                                      |
| Ultrazvukový přístroj musí mít export dat na libovolné externí zařízení typu USB (flash disk, HDD)                                                                                                                                                                                  |
| Ultrazvukový přístroj musí mít uživatelská nastavení pro každou sondu                                                                                                                                                                                                               |
| Ultrazvukový přístroj musí umožnit export dat do standardních formátů (DICOM, AVI, BMP, apod.)                                                                                                                                                                                      |
| Ultrazvukový přístroj musí být při předání na náklady dodavatele obousměrně připojen (včetně napojení na WorkList) do nemocniční PACS - Marie PACS (ORCZ, DICOM 3.0), dodavatel musí potvrdit kompatibilitu dle dokumentu MARIE Conformance Statement (viz příloha č. 4 této Výzvy. |
| Ultrazvukový přístroj musí být GDPR kompatibilní a být v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti (dodavatel doloží minimálně čestným prohlášením).                                                                                                                            |
| <b>Zobrazení a postprocessing:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ultrazvukový přístroj musí mít B-mode, Color doppler, Power doppler (energetický doppler), spektrální doppler (PW doppler) – včetně steeringu na lineární sondě, duplexní a triplexní mód v reálném čase                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ultrazvukový přístroj musí mít systém pro automatickou optimalizaci 2D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ultrazvukový přístroj musí mít systém pro automatickou optimalizaci PW (úprava měřítka a nulové linie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ultrazvukový přístroj musí umožnit budoucí rozšíření o systém pro fúzi ultrazvukového a MRI obrazu pro biopsie prostaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ultrazvukový přístroj musí umožnit budoucí rozšíření o software CEUS kompatibilní s kontrastní látkou SonoVue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ultrazvukový přístroj musí mít funkci zvětšení (zoom) plynule nastavitelnou v několika krocích s možností pohybu zvětšené oblasti v živém i zamraženém obraze                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ultrazvukový přístroj musí mít trapezoidní mód u lineárních sond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ultrazvukový přístroj musí plně podporovat DICOM 3.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ultrazvukový přístroj musí mít postprocessingové technologie pro zvýšení kvality ultrazvukového obrazu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ultrazvukový přístroj musí mít harmonické zobrazení na všech sondách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Součástí dodávky:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Součástí dodávky musí být 1 kus konvexní multifrekvenční sondy minimálně 2-6 MHz, pro vyšetření s vysokým rozlišením, možnost nastavení min. 4 nativních frekvencí v B obraze. Programovatelné integrované tlačítko pro rychlé ukládání snímků, tisk. Snímač s utěsnitelným konektorem pro úplné ponoření i s konektorem, sterilizace snímače v plazmě. Možnost připojení resterilizovatelného nástavce na punkce (nástavec je součástí dodávky). |
| Součástí dodávky musí být 1 kus lineární sondy s frekvenčním rozsahem minimálně 4 - 13 MHz, možnost nastavení min. 4 nativních frekvencí v B obraze. Programovatelné integrované tlačítko pro rychlé ukládání snímků, tisk. Snímač s utěsnitelným konektorem pro úplné ponoření i s konektorem, sterilizace snímače v plazmě.                                                                                                                     |
| Součástí dodávky musí být 1 kus sondy pro robotické operace. Konvexní tvar snímače pro široké zorné pole. Pracovní část snímače musí mít na svém těle na horní (vrchol snímače) a boční straně výstup pro uchopení grasperem, aby bylo možné snímač snadno zavést do kontaktu s vyšetřovaným orgánem. Frekvenční rozsah minimálně 4 - 12 MHz. Snímač s utěsnitelným konektorem pro úplné ponoření i s konektorem, sterilizace snímače v plazmě.   |

#### 1.4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je **2.280.000,00 Kč bez DPH**.

#### 1.5 Termíny plnění veřejné zakázky

Termín uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky je závislý na dokončení výběrového řízení. Dodávka do místa plnění musí být provedena nejpozději do max. 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

#### 1.6 Místo plnění

Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Urologická klinika, Zdravotníků 248/7 (areál FNOL, budova A – přízemí), 779 00 Olomouc, Česká republika.

### **1.6 Záruka za jakost a servis**

Dodavatel poskytne záruku za jakost plnění v délce min. 24 měsíců, dále bude garantovat rychlost servisního zásahu v době záruky nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne ohlášení závady návštěvou servisního technika. Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak.

Dodavatel se zavazuje k provádění bezplatného plného servisu odevzdaného zboží po dobu záruky a k zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním zněním zákona č. 375/2022 Sb., zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a č. 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky. Náklady na provádění záručního plného servisu dodaného zboží tvoří součást nabídkové ceny Dodavatele.

### **1.7 Podmínky uživatelské podpory**

V nabídkové ceně musí být zahrnuto základní školení obsluhy dodávaného zařízení, které je podmínkou pro řádné předání a převzetí zboží v rozsahu:

Úvodní školení obsluhy dodávaného zařízení v rozsahu minimálně 1x8 hodin pro minimálně 5 osob ze strany Zadavatele, které je podmínkou pro řádné předání a převzetí zařízení. Odborně kvalifikovaní servisní technici, popř. aplikační specialisté provedou úvodní školení obsluhy, ve kterém bude zahrnuto:

- základní uživatelská obsluha zařízení vč. příslušenství
- běžná kontrola provozních parametrů zařízení
- základní metodiky detekce chyb
- instruktáž personálu v rámci návodu k použití v souladu s aktuálním zněním zákona č. 375/2022 Sb., zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a č. 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek

Všechna školení proběhnou v místě instalace zařízení, pokud nebude dohodnuto písemně jinak osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za smluvní strany. Přesný termín školení musí být v dostatečném časovém předstihu odsouhlasen osobou oprávněnou jednat za Zadavatele ve věcech technických.

Veškeré náklady spojené s výše uvedenými školeními (vč. pobytu servisního technika a aplikačního specialisty) hradí vybraný Dodavatel.

## **2 Obchodní podmínky**

Dodavatel je povinen předložit ve své nabídce jako její nedílnou součást návrh smlouvy. Návrh smlouvy Dodavatele musí respektovat závazné obchodní podmínky uvedené v příloze č. 3 této Výzvy.

Dodavatel v uvedených závazných obchodních podmínkách pouze doplní chybějící údaje, které jsou zvýrazněny a označeny komentářem **(doplň Dodavatel)**. Znění ostatních ustanovení závazných obchodních podmínek nesmí Dodavatel měnit. V případě, že Dodavatel bude jakkoliv měnit ostatní ustanovení závazných obchodních podmínek, bude toto

Zadavatelem považováno za porušení zadávacích podmínek s následkem vyloučení Dodavatele z další účasti ve výběrovém řízení.

V souladu se shora uvedenými požadavky doplněné závazné obchodní podmínky Dodavatel označí jako návrh smlouvy a vloží ho podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele do nabídky.

### 3 Kvalifikace Dodavatelů

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci, v opačném případě bude vyloučen z výběrového řízení.

**Kvalifikaci prokáže Dodavatel, který prokáže splnění**

- a) základní způsobilosti,
- b) profesní způsobilosti.

#### 3.1 Prokázání základní způsobilosti

Dodavatel prokáže základní způsobilost předložením **čestného prohlášení**, jehož text tvoří přílohu č. 2 této Výzvy.

#### 2.2 Prokázání profesní způsobilosti

Profesní způsobilost prokáže Dodavatel, který předloží kopii **výpisu z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či **výpisu z jiné obdobné evidence**, pokud je v ní zapsán - **doklad nesmí být starší 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení**.

### 4 Hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti.

**Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.**

Hodnocení bude provedeno podle absolutní výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH za celý předmět plnění veřejné zakázky. Nabídky budou seřazeny v pořadí od nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu. Nejlépe bude hodnocena nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

### 5 Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude cena úplná a nepřekročitelná, předložená Dodavatelem na základě této Dokumentace. Nabídková cena bude uvedena **v Kč bez DPH**.

Cena za předmět veřejné zakázky bude stanovena jako cena úplná a nepřekročitelná, bude stanovena na základě nabídky, bude platná po celou dobu realizace předmětu veřejné zakázky a bude zahrnovat veškeré náklady vzniklé Dodavateli v souvislosti s předmětem plnění veřejné zakázky.

Dodavatel bude odpovídat za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

### **Doklady prokazující nabídkovou cenu:**

Dodavatel prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením následujících údajů:

- uvedením nabídkové ceny do návrhu smlouvy (příloha č. 3 této Výzvy),
- uvedením celkové nabídkové ceny v krycím listu nabídky (příloha č. 1 této Výzvy),
- uvedením nabídkové ceny v cenové kalkulaci.

**V případě, že dojde k rozporu mezi nabídkovou cenou uvedenou v krycím listu nabídky či v kalkulaci nabídkové ceny a nabídkovou cenou uvedenou v návrhu smlouvy, bude považována za nabídkovou cenu cena uvedená v návrhu smlouvy.**

## **6 Podání nabídek**

### **6.1 Lhůta pro podání nabídek**

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **09. 12. 2025 v 09:00 hodin**.

**Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00005792>.**

### **6.2 Otevírání nabídek**

Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu Zadavateli.

Nabídky v elektronické podobě otevírá Zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel kontroluje při otevírání nabídek v elektronické podobě, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě a zda s ní nebylo před jejím otevřením manipulováno.

Vzhledem k tomu, že se nabídky podávají výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese veřejné zakázky, nebude probíhat otevírání obálek s nabídkami podanými v listinné podobě.

## **7 Varianty nabídek**

Zadavatel předem nepřipouští varianty nabídek.

## **8 Požadavky na osobu Dodavatele**

### **8.1 Požadavky vyplývající ze zákona č. 159/2006 Sb.:**

Zadavateli je zakázáno dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v účinném znění, zadat veřejnou zakázku dodavateli, který je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) uvedeného zákona nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Z tohoto důvodu Zadavatel požaduje po Dodavateli, aby čestně prohlásil, že není dodavatelem, na kterého by se shora uvedený zákaz vztahoval. Dodavatel ve své nabídce proto předloží čestné prohlášení viz příloha č. 2 této Výzvy.

## **8.2 Požadavky ve vztahu k SITUACI OHLEDNĚ SANKCÍ PŘIJATÝCH EU VŮČI RUSKU A BĚLORUSKU (např. nařízení Rady č. 269/2014 či 208/2014 či 765/2006):**

Zadavatel požaduje po Dodavateli, aby čestně prohlásil, že on sám ani dodavatel, se kterým případně podává společnou nabídku, ani jeho poddodavatel není osobou, subjektem či orgánem uvedeným na sankčním seznamu EU v přílohách těchto nařízení ani není jinak sankcionovanou osobou. Dodavatel ve své nabídce proto předloží čestné prohlášení viz příloha č. 2 této Výzvy.

## **9 Obsah a forma nabídky**

### **9.1 Obsah nabídky**

**Nabídka bude podána v následující struktuře:**

- krycí list nabídky s identifikačními údaji Dodavatele a celkovou nabídkovou cenou (příloha č. 1 této Výzvy);
- doklady k prokázání splnění kvalifikace;
- návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele, zpracovaný v souladu s touto Výzvou (příloha č. 3 této Výzvy);
- doložení technické specifikace a garantovaných technických parametrů pro nabízený předmět veřejné zakázky, včetně přesného (konkrétního) označení nabízeného zboží;
- kalkulace nabídkové ceny;
- čestné prohlášení Dodavatele, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele (příloha č. 2 této Výzvy).

### **9.2 Forma nabídky**

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Pokud Dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s jinými Dodavateli, Zadavatel takového Dodavatele z výběrového řízení vyloučí.

**Nabídka bude podána písemně v elektronické podobě, v českém nebo slovenském jazyce (technická specifikace nabízeného zboží může být uvedena v anglickém jazyce).**

## **10 Uveřejnění oznámení o vyloučení Dodavatele nebo oznámení o výběru Dodavatele**

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o vyloučení Dodavatele jeho uveřejněním na profilu Zadavatele. V takovém případě se oznámení o vyloučení Dodavatele považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu Zadavatele.

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit na svém profilu Zadavatele oznámení o výběru Dodavatele. V takovém případě se oznámení o výběru Dodavatele bude považovat za doručené okamžikem uveřejnění na profilu Zadavatele.

## **11 Poskytnutí Výzvy k podání nabídek**

Zadavatel poskytuje neomezený a přímý dálkový přístup k této Výzvě v plném rozsahu, včetně všech příloh prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese Profilu Zadavatele: <https://zakazky.upol.cz>.

## **12 Poskytnutí vysvětlení zadávacích podmínek a změna nebo doplnění zadávacích podmínek**

Dodavatel je oprávněn požadovat po Zadavateli vysvětlení k zadávacím podmínkám. Žádost musí být podána písemně v českém nebo slovenském jazyce a musí být doručena alespoň 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek

Zadavatel poskytne Dodavateli vysvětlení zadávacích podmínek ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti, a to písemně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Vysvětlení zadávacích podmínek (bez identifikace tazatele) Zadavatel zároveň poskytne písemně i všem ostatním Dodavatelům prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Zadavatel může poskytnout Dodavatelům prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK písemné vysvětlení k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti.

Zadávací podmínky obsažené v této Výzvě může Zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změnu nebo doplnění zadávacích podmínek Zadavatel poskytne písemně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

## **13 Ostatní podmínky**

### **13.1 Práva Zadavatele**

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- ověřit údaje v nabídce,
- odmítnout všechny nabídky,
- zrušit výběrové řízení do doby uzavření smlouvy i bez udání důvodu.

Zadavatel v postavení správce osobních údajů tímto informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) účastníky výběrového řízení o zpracování osobních údajů za účelem realizace výběrového řízení dle Zákona. Zadavatel může v rámci realizace výběrového řízení zpracovávat osobní údaje dodavatelů a jejich poddodavatelů (z řad fyzických osob podnikajících), členů statutárních orgánů a kontaktních osob dodavatelů a jejich poddodavatelů, osob, prostřednictvím kterých je dodavatelem prokazována kvalifikace, členů realizačního týmu dodavatele a skutečných majitelů dodavatele. Zadavatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci výběrového řízení a pouze po dobu stanovenou právními předpisy, zejména Zákona. Subjekty údajů jsou oprávněny uplatňovat jejich práva dle čl. 13 až 22 GDPR v písemné formě na adrese sídla Zadavatele.

Dodavatelé nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení.

### **13.2 Přílohy**

Nedílnou součástí této Výzvy jsou přílohy:

**Příloha č. 1 Krycí list nabídky**

**Příloha č. 2 Čestné prohlášení Dodavatele**



**Příloha č. 3      Závazné obchodní podmínky**

**Příloha č. 4      MARIE Conformance Statement**

**Veškeré podklady jsou dostupné v elektronické podobě.**

V Olomouci dne

26. 11. 2025

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI  
rektorát  
Křížkovského 6, 771 47 Olomouc

.....  
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.  
rektor Univerzity Palackého v Olomouci