



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 511/8, 779 00 OLOMOUČ

č.j.: 160/LČ/OVZ/2025

dne: 07.01.2026

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

K veřejné zakázce na dodávky s názvem: „FZV/UPOL – Lůžka pro výuku“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: Z2025-064042, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující k zadávací dokumentaci:

Dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje „Vestavěny resuscitátor/defibrilátor“. Uvedená kombinace není dostupnou konfigurací vyhřívaných lůžek a jako vestavěný je výrobcí vyhřívaných lůžek nabízen pouze resuscitátor.

Bude zadavatel akceptovat nabídku vyhřívaného lůžka zahrnující vestavěny resuscitátor s přídatným samostatným defibrilátorem, případně vypustí požadavek na defibrilátor?

Odpověď

Zadavatel nahrazuje původní znění „Vestavěný resuscitátor/defibrilátor“ novým zněním:

- Vestavěný resuscitátor

Dotaz č. 3:

Zadavatel požaduje „Nápojení a kontrola umělou plicní ventilací“.

Pro splnění požadavku předpokládá zadavatel podání nabídky i na monitor pro nácvik resuscitace novorozenců s monitorováním tlaků, objemu a frekvence vestavěným resuscitátorem nebo požaduje do nabídky zahrnout novorozenecký ventilátor pro umělou plicní ventilaci?

Odpověď

Zadavatel nahrazuje původní znění „Nápojení a kontrola umělou plicní ventilací“ novým zněním:

- Ventilátor pro umělou plicní ventilaci

Dotaz č. 4:

Zadavatel požaduje „Zářič (450 - 460 nm, výkon 50 μ W/cm²/nm) s dvojitým, keramickým vyhřívacím tělesem, otočný a naklápěcí“. Za intenzivní je obecně považována intenzita fototerapie vyšší než výkon 40 μ W/cm²/nm.

Bude zadavatel akceptovat nabídku vyhřívaného lůžka se Zářičem (450 - 460 nm, o výkonu více než 45 μ W/cm²/nm) s dvojitým, keramickým vyhřívacím tělesem, otočný a naklápěcí“?



Odpověď

Zadavatel nahrazuje původní znění „Zaříč (450 - 460 nm, výkon 50 μ W/cm²/nm) s dvojitým, keramickým vyhřívacím tělesem, otočný a naklápěcí“ novým zněním:

- *Zaříč (450 – 460 nm, o výkonu alespoň 45 μ W/cm²/nm) s dvojitým, keramickým vyhřívacím tělesem, otočný a naklápěcí.*

Dotaz č. 5:

Zadavatel požaduje parametr „Vyhřívání podložka lůžka, dezinfikovatelná“.

Bude zadavatel akceptovat nabídku na gelovou vyhřívanou podložku s prevencí dekubitů nebo je nutná vodní matrace vhodná i pro nezralé novorozence?

Odpověď

Zadavatel nahrazuje původní znění „Vyhřívání podložka lůžka, dezinfikovatelná“ novým zněním:

- *Vyhřívání podložka lůžka, dezinfikovatelná, případně gelová vyhřívání podložka s prevencí dekubitů*

Dotaz č. 6:

Požadovaný parametr „Možnost změny na inkubátor“ je technicky nesplnitelný vzhledem k dalším požadovaným parametrům vyhřívání lůžka jako je například vestavěný resuscitátor nebo záříč otočný a naklápěcí.

Může proto uchazeč nabídnout vyhřívání lůžko, které nemá možnost změny na inkubátor?

Odpověď

Zadavatel ruší požadavek „Možnost změny na inkubátor“.

Zadavatel v souladu se zákonem prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 11 odst. 11.1. zadávací dokumentace a v Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)) uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **25. 02. 2026 v 09:00 hodin**.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00005770>

S pozdravem

Ing. Lucie Čtvrtlíková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky