



Spolufinancováno
Evropskou unií

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 511/8, 779 00 OLOMOUC

č.j.: 001/LČ/OVZ/2026

dne: 12.01.2026

Věc: Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce na dodávky s názvem: „**PřF/UPOL – Fluorescenční mikroskop s kamerou**“, zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č.: Z2025- 068303, Vám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) sdělujeme následující změnu zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Zakázka má název „PřF/UPOL – Fluorescenční mikroskop s kamerou“, v předmětu veřejné zakázky je uvedeno „Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu světelného mikroskopu s fluorescencí, kamerou, řídicí jednotkou a SW obrazové analýzy.“ Přesto není v minimálních technických požadavcích fluorescenční modul ani jakékoli parametry požadované fluorescence zmíněn ani nijak definován. DOTAZ 1: Jaké jsou požadavky zadavatele na fluorescenční modul připojený k mikroskopu?

Odpověď:

Zadavatel **rozšiřuje** odst. 2.2 *Zadávací dokumentace*: Technická specifikace předmětu veřejné zakázky **o následující text**:

Vybavení pro fluorescenci:

- *Přímý epi-fluorescenční osvětlovač s polní clonou, aperturní clonou a motorizovanou závěrkou*
- *Optika typu "muší oko" pro maximální homogenitu osvětlení*
- *Minimálně osmičetný motorizovaný karuselový nosič fluorescenčních filtrů (kostek) v mikroskopu, bezšroubové uchycení filtrových kostek*
- *Specifické filtry v držácích (kostkách) do motorizovaného karuselu mikroskopu pro pozorování a specifické snímání fluorochromů DAPI, GFP, TRITC, Texas Red a Cy5 optimalizované pro požadovaný LED zdroj s band pass emisními filtry, specifickými dichroickými zrcadly a s band pass excitačními filtry*
- *Kostka s polarizačním filtrem pro automatizaci Nomarského kontrastu (DIC)*
- *Širokospektrální fluorescenční LED zdroj*
- *Nastavení intenzity světla ručním ovladačem nebo pomocí sw v min. 100 krocích: 0 – 100%*



Spolufinancováno
Evropskou unií



Univerzita Palackého
v Olomouci

Zadavatel v souladu se zákonem prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 11 odst. 11.1. zadávací dokumentace a v Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)) uvedeném ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne **23. 02. 2026 v 09:00 hodin**.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.upol.cz/vz00005789>

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změny.

S pozdravem

Ing. Lucie Čtvrtlíková
kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky