



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



Univerzita Palackého
v Olomouci

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADAVATEL: Univerzita Palackého v Olomouci
Se sídlem: Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc
Rektor: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
IČO: 61989592
(dále jen „Zadavatel“)

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky, zadávaná ve výběrovém řízení v souladu s ust. § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, zadávaná mimo režim tohoto zákona, s názvem:

„FF/UPOL – ruční laserový skener“

Zadavatel tímto
VYLUČUJE

účastníka výběrového řízení **4CAD solution s.r.o.**, Žirovnická 3133/6, 106 00 Praha 10 – Záběhlce, IČO: 14087880 (dále jen „Účastník“) z výběrového řízení, dle čl. 13 odst. 13.1 Výzvy k podání nabídek (dále jen „Výzva“) a dle čl. 5 odst. 5.6 písm. C. bod 3) písm. a) Pravidel pro zadávání a kontrolu veřejných zakázek Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen Pravidla).

Odůvodnění:

Dle čl. 1 odst. 1.2 Výzvy v případě, že dodavatelem nabízené plnění nebude splňovat technické podmínky uvedené v této Výzvě, bude tento dodavatel vyloučen z výběrového řízení.

Údaje předložené Účastníkem v jeho nabídce nesplňují zadávací podmínky stanovené Zadavatelem v čl. 1 odst. 1.2 Výzvy:

Ve Výzvě Zadavatel požadoval mj.:

- Rychlost 3D skenování: min. 410 000 bodů / vteřinu
- Zorné pole: min. 360° horizontálně × 270° vertikálně
- Panoramatický vizuální systém min.: 3 kamery

Účastník nabídl *FJD Trion P2 LiDAR Scanner (with camera X5)*, který dle jeho nabídky nedosahuje požadované minimální rychlosti skenování 410 000 bodů za sekundu, neboť dle údajů uvedených v nabídce dosahuje maximální rychlosti pouze 200 000 bodů za sekundu. Zorné pole nabízeného skeneru neodpovídá požadavku $360^\circ \times 270^\circ$, jelikož jeho vertikální zorné pole činí pouze 59° . Uvedená kamera X5 nesplňuje technické parametry, neboť nedisponuje minimálním počtem tří kamer požadovaných pro sběr dat panoramatického vizuálního systému.

Zadavatel proto na základě výše uvedených skutečností vylučuje Účastníka z výběrového řízení výše uvedené veřejné zakázky v souladu s Výzvou a Pravidly, jelikož údaje předložené Účastníkem nesplňují zadávací podmínky.

Poučení:

Zadavatel si v zadávacích podmínkách vyhradil právo uveřejnit na svém profilu Zadavatele oznámení o vyloučení dodavatele. V takovém případě se oznámení o vyloučení dodavatele považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu Zadavatele.

V Olomouci dne

16. 01. 2026



UNIVERZITA PALACKÉHO V OL
rektor
Křižkovského 8, 771 00 Ol

.....
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

