



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

veřejné zakázky s názvem

„LF/UPOL – Pacientská lůžka – rozděleno na části“

Technická specifikace pro část 2 VZ – Transportní lehátko

A. Popis předmětu Veřejné zakázky

Transportní lehátko

Požadované množství: 1 ks

- lehátko musí mít velmi stabilní a jednoduše čistitelný sloupový podvozek
- ložná plocha musí být minimálně třídílná (zádový, stehenní a lýtkový díl) a polohovatelná pomocí posilovacích pružin, u lýtkového dílu je akceptovatelné polohování pomocí klikového mechanismu, minimální celkové vnější rozměry lehátka 215 x 85 cm
- úhel nastavení zádového dílu musí být minimálně 0 – 90°
- úhel nastavení stehenního dílu musí být minimálně 0 – 25°
- úhel nastavení lýtkového dílu musí být minimálně 0 – 25°
- hydraulický zdvih lůžka musí být minimálně v rozsahu 55 – 85 cm
- lehátko musí umožňovat náklon do Trendelenburgovy polohy minimálně 15° a Antitrendelenburgovy polohy minimálně 15°
- součástí lehátka musejí být integrované sklopné plastové postranice s tlumeným spouštěním a s ochranou proti nechtěnému spuštění
- odjištění postranic musí být možné minimálně na čtyřech místech
- součástí lehátka musí být nožní čelo pro oporu nohou při polohování
- lehátko musí být pojízdné na kolečkách o průměru minimálně 200 mm s centrálním ovládáním brzd pod hlavovým a nožním čelem i z obou podélných stran lehátka
- lehátko musí být vybaveno ochrannými kolečky v rozích lehátka
- lehátko musí mít prostor na umístění tlakové lahve na podvozku lehátka
- součástí lehátka musejí být univerzální držáky na drobné příslušenství
- součástí lehátka musí být lišta pod hlavovou částí
- součástí lehátka musejí být lišty po obou stranách
- nosnost lehátka musí být minimálně 300 kg
- součástí lehátka musí být odnímatelná matrace výšky minimálně 10 cm
- součástí lehátka musejí být minimálně dva integrované sklopné infuzní stojany v hlavové části
- součástí lehátka musí být polička na patientský monitor
- součástí lehátka musejí být tlačná madla v hlavové části