



Univerzita Palackého
v Olomouci

VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ NEBO ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

veřejné zakázky s názvem

„PŘF/UPOL – Hlubokomrazicí boxy – botanika“

(dále jen „Vysvětlení“)

Identifikace Veřejné zakázky

Druh Veřejné zakázky: Dodávky
Režim Veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
Evidenční číslo ve VVZ: Z2026-011261
Číslo v Úředním věstníku Evropské unie: 139733-2026
Odkaz na Veřejnou zakázku: <https://zakazky.upol.cz/vz00005851>
(ve Vysvětlení jako „Veřejná zakázka“)

Identifikační údaje Zadavatele

Název: Univerzita Palackého v Olomouci
Sídlo: Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc
IČO: 619 89 592
Zástupce: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D., rektor
(ve Vysvětlení jako „Zadavatel“)

A. Vysvětlení poskytnuté na žádost

A.1. Znění žádosti

„Dobrý den, požadujete rozsah nastavení teploty min. v rozsahu -40 °C až -86 °C. Bude zadavatel akceptovat nastavitelný rozsah teploty -50°C až -86°C? Domníváme se, že se jedná o typický rozsah pro laboratorní hlubokomrazicí box a teplotní rozsah nastavení teploty pokrývá typické skladovací podmínky pro zamýšlený účel použití.“

A.2. Odpověď Zadavatele

Zadavatel v rámci průzkumu trhu našel zařízení 3 výrobců hlubokomrazicích boxů, které požadovaný parametr splňují a jsou stále dostupné na trhu. Z toho vyplývá, že alespoň 3 výrobci splňují tento požadavek technické specifikace. Zadavatel konstatuje, že trvá na požadavcích technické specifikace tak, jak jsou stanoveny v uveřejněné zadávací dokumentaci.

Zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změn.

V Olomouci

.....

Bc. Zdeněk Bartl
metodik veřejných zakázek