



Univerzita Palackého
v Olomouci

VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ NEBO ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

veřejné zakázky s názvem

„PřF/UPOL – Cycler – botanika“

(dále jen „Vysvětlení“)

Identifikace Veřejné zakázky

Druh Veřejné zakázky: Dodávky
Režim Veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
Evidenční číslo ve VVZ: Z2026-011261
Číslo v Úředním věstníku Evropské unie: 139733-2026
Odkaz na Veřejnou zakázku: <https://zakazky.upol.cz/vz00005851>
(ve Vysvětlení jako „**Veřejná zakázka**“)

Identifikační údaje Zadavatele

Název: Univerzita Palackého v Olomouci
Sídlo: Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc
IČO: 619 89 592
Zástupce: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D., rektor
(ve Vysvětlení jako „**Zadavatel**“)

A. Vysvětlení poskytnuté na žádost

A.1. Znění žádosti

„Prosím je pro zadavatele akceptovatelné v požadavku Motorizované, automaticky zavíratelné víko?
Uchazeč nabízí tuto formu uzavírání víka manuální. <https://www.escimeda.cz/pcr-system>“

A.2. Odpověď Zadavatele

Zadavatel v technické specifikaci zařízení požaduje automatické, motorické ovládání víka, protože to považuje za standart přístrojového vybavení v laboratoři zadavatele a považuje to za důležitý prvek eliminující případné chyby provádění PCR reakci ze strany uživatelů přístroje – ze zkušeností například manuální nedotažení víka nebo naopak deformace zkumavek přílišným přitlakem víka. Zadavatel na stanovené technické specifikaci trvá.

Zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změn.

V Olomouci

.....

Bc. Zdeněk Bartl
metodik veřejných zakázek