



Univerzita Palackého
v Olomouci

VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ NEBO ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

veřejné zakázky s názvem

„PřF/UPOL – Cycler – botanika“

(dále jen „Vysvětlení“)

Identifikace Veřejné zakázky

Druh Veřejné zakázky: Dodávky
Režim Veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
Evidenční číslo ve VVZ: Z2026-011261
Číslo v Úředním věstníku Evropské unie: 139733-2026
Odkaz na Veřejnou zakázku: <https://zakazky.upol.cz/vz00005851>
(ve Vysvětlení jako „**Veřejná zakázka**“)

Identifikační údaje Zadavatele

Název: Univerzita Palackého v Olomouci
Sídlo: Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc
IČO: 619 89 592
Zástupce: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D., rektor
(ve Vysvětlení jako „**Zadavatel**“)

A. Vysvětlení poskytnuté na žádost

A.1. Znění žádosti

„k VZ podávám dotazy:

- 1.) Zadavatel požaduje rozsah nastavení teplot 0-100st.C, námi nabízený cycler 4-100st.C
- 2.) Zadavatel požaduje max. změnu teploty 5st.C/s, námi nabízený cycler 5,5st.C/s ohřev
- 3.) Zadavatel požaduje vyhřívání víka termobloku s nastavitelným rozsahem teplot 30-110st.C, námi nabízený cycler 35-120st.C
- 4.) Zadavatel požaduje možnost uložení min. 5000 protokolů, námi nabízený cycler více jak 4000.

Bude zadavatel akceptovat námi nabízené hodnoty?“

A.2. Odpověď Zadavatele

Zadavatel na základě dotazu provedl opakovaný průzkum trhu a konstatuje, že akceptuje návrhy na změny parametrů. Z tohoto důvodu byla aktualizována technická specifikace a vydána nová příloha č. 2 – Formulář nabídky. Došlo ke změně těchto parametrů technické specifikace:

1a	Rozsah nastavení teplot	4-100 °C
1b	Max. změna teploty	5,5°C/s
1g	Vyhřívání víka termobloku s nastavitelným rozsahem teplot	min. rozsah od 35°C do 110°C
1p	Programování protokolů	programování protokolů, jejich úprava a uložení min. 4000 protokolů

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku.

Lhůta pro podání nabídek byla aktualizována na profilu zadavatele E-ZAK.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změn.

V Olomouci

.....

Bc. Zdeněk Bartl
metodik veřejných zakázek