



VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ NEBO ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

veřejné zakázky s názvem

„LF/UPOL – Pacientská lůžka – rozděleno na části“

(dále jen „Vysvětlení“)

Identifikace Veřejné zakázky

Druh Veřejné zakázky: Dodávky
Režim Veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
Evidenční číslo ve VVZ: Z2026-011261
Číslo v Úředním věstníku Evropské unie: 139733-2026
Odkaz na Veřejnou zakázku: <https://zakazky.upol.cz/vz00005853>
(ve Vysvětlení jako „Veřejná zakázka“)

Identifikační údaje Zadavatele

Název: Univerzita Palackého v Olomouci
Sídlo: Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc
IČO: 619 89 592
Zástupce: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D., rektor
(ve Vysvětlení jako „Zadavatel“)

A. Vysvětlení poskytnuté na žádost

A.1. Znění žádosti – dodavatel vznesl 3 dotazy k části 2 VZ

Dotaz č. 1:

„Zadavatel v technické specifikaci požaduje ložnou plochu o minimálních rozměrech 215 × 85 cm. Vzhledem k obvyklým standardům výrobců transportní techniky se tímto dotazujeme, zda je tímto požadavkem myšlen celkový vnější rozměr lůžka (včetně nárazníků a madel), nikoliv čistý rozměr ložné plochy (matrace).“

Čistá ložná plocha o délce minimálně 215 cm je u transportních lůžek (stretcherů) nestandardní a tento požadavek by mohl významně omezit hospodářskou soutěž. Námi nabízené lůžko má celkový vnější rozměr 218,5 × 91,4 cm (při vysunutých postranicích), čímž splňuje požadavky na stabilitu a komfort pacienta, přičemž samotná ložná plocha odpovídá ergonomickým standardům pro transport pacientů.

Připustí zadavatel minimální rozměr 215 × 85 cm vztažen k celkovým vnějším rozměrům výrobku?

Dotaz č. 2:

„Zadavatel v technické specifikaci požaduje u nožního dílu ložné plochy polohování pomocí posilovacích pružin.

Naše řešení využívá mechanické polohování pomocí klikového mechanismu, které zajišťuje vysokou stabilitu nastavené polohy, intuitivní ovládání a dlouhou životnost mechanismu bez nutnosti pravidelné kontroly tlaku v plynových pístových vzpěrách. Vzhledem k tomu, že mechanické polohování plně zajišťuje požadovanou funkčnost, tedy nastavení úhlu nožního dílu, dotazujeme se, zda je tato varianta pro zadavatele přípustná.

Bude zadavatel akceptovat mechanické polohování pomocí klikového mechanismu jako rovnocenné řešení?“

Dotaz č. 3

„V technické specifikaci požaduje zadavatel u transportního lůžka náklon stehenního dílu minimálně 0–40°

Naše řešení nabízí rozsah 25°, který je výrobcem zvolen s ohledem na maximální bezpečnost a stabilitu pacienta během transportu a manipulace. Vyšší úhel náklonu (např. 40°) může u pacienta způsobovat nepohodlí v oblasti podkolenní jamky a zároveň zvyšovat riziko sklouzávání trupu při současném náklonu zádového dílu. Hodnota 25° je z klinického hlediska plně dostačující pro zajištění optimální transportní polohy i pro preventivní polohování dolních končetin.

Připustí zadavatel náklon stehenního dílu v rozsahu minimálně 0–25° a umožní tak účast širšímu okruhu dodavatelů, aniž by docházelo k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže?“

A.2. Odpověď Zadavatele

Zadavatel na základě dotazu provedl opakovaný průzkum trhu a konstatuje, že:

- minimální rozměr 215 x 85 cm se vztahuje k celkovým vnějším rozměrům výrobku;
- u nožního (tedy lýtkového) dílu akceptuje mechanické polohování pomocí klikového mechanismu jako rovnocenné řešení, u ostatních dílů ložné plochy (zádový a stehenní) trvá na polohování pomocí posilovacích pružin;
- náklon stehenního dílu v minimálním rozsahu 0-25° je rovněž akceptovatelný.

S ohledem na změnu některých parametrů technické specifikace Zadavatel vydal aktualizovanou technickou specifikaci pro část 2 VZ, která nahradila na profilu zadavatele E-ZAK předchozí verzi.

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku.

Lhůta pro podání nabídek byla aktualizována na profilu zadavatele E-ZAK.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změn.

V Olomouci

.....
Bc. Zdeněk Bartl
metodik veřejných zakázek