



Spolufinancováno
Evropskou unií



Univerzita Palackého
v Olomouci

VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ NEBO ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

veřejné zakázky s názvem

„PŘF/UPOL – Hlubokomrazící boxy – botanika“

(dále jen „Vysvětlení“)

Identifikace Veřejné zakázky

Druh Veřejné zakázky: Dodávky
Režim Veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
Evidenční číslo ve VVZ: Z2026-011261
Číslo v Úředním věstníku Evropské unie: 139733-2026
Odkaz na Veřejnou zakázku: <https://zakazky.upol.cz/vz00005851>
(ve Vysvětlení jako „Veřejná zakázka“)

Identifikační údaje Zadavatele

Název: Univerzita Palackého v Olomouci
Sídlo: Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc
IČO: 619 89 592
Zástupce: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D., rektor
(ve Vysvětlení jako „Zadavatel“)

A. Vysvětlení poskytnuté na žádost

A.1. Znění žádosti – dotazu č. 1

„akceptuje prosím zadavatel hlubokomrazící box s těmito rozměry:

Vnitřní rozměr (w*d*h) 595*720*1310 mm vnější rozměr: 885*995*1980 mm,

DUAL Guard ULT Freezer (Twin cooling, Double System), -40 - -86 °C, storage volume, 568 L -
Hlubokomrazící boxy -80 °C | Escimeda.“

A.2. Odpověď Zadavatele

Zadavatel s ohledem na prostorové možnosti v místě plnění akceptuje maximální vnější rozměry: výška 1990 mm, šířka 900 mm, hloubka 995 mm, nebo výška 1990 mm, šířka 995 mm, hloubka 900 mm. Parametry šířka a hloubka mohou být zaměněny, nicméně vždy musí být dodrženo, že pokud jeden z rozměrů šířka/hloubka přesáhne 900 mm, druhý rozměr musí být do 900 mm. S ohledem na změnu zadavatel uveřejnil aktualizovanou přílohu č. 2 – Formulář nabídky.

Dále zadavatel konstatuje, že s ohledem na účel plnění trvá na minimálních vnitřních rozměrech (v x š x h nebo v x h x š) 1300 x 580 x 720 mm, opět platí, že pokud jeden z parametrů šířka/hloubka 580 mm, druhý parametr musí být maximálně 580 mm.

A.3. Znění žádosti – dotazu č. 2

„akceptuje zadavatel spotřebu energie 9.3KW.h/24h a také akceptuje prosím udržitelnou nejnižší teplotu -81°C?“

A.4. Odpověď Zadavatele

Zadavatel na parametrech spotřeby energie a trvale udržitelné nejnižší teploty trvá, neboť z průzkumu trhu zjistil, že existuje více zařízení splňujících tyto požadavky.

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku.

Lhůta pro podání nabídek byla aktualizována na profilu zadavatele E-ZAK.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají v platnosti beze změn.

V Olomouci

.....

Bc. Zdeněk Bartl
metodik veřejných zakázek