



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Univerzita Palackého
v Olomouci

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

zpracovaná v rozsahu ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“)

veřejná zakázka na dodávky

Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2025-051489
Číslo oznámení TED: 638955-2025
Datum zahájení zadávacího řízení: 17. 09. 2025
Datum zveřejnění zadávacího řízení: 18. 09. 2025
Název veřejné zakázky:

„CATRIN/UPOL – Rukavicový box pro práci v inertní atmosféře“

ZADAVATEL: **Univerzita Palackého v Olomouci**
zastoupená osobou oprávněnou jednat jménem Zadavatele:
doc. JUDr. Michaelem Kohajdou, Ph.D., rektorem UP v Olomouci
se sídlem: Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc
IČO: 619 89 592

(dále jen „Zadavatel“)



**§ 217 odst. 2 písm. a) Zákona
označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě na
veřejnou zakázku**

OZNAČENÍ ZADAVATELE

Univerzita Palackého v Olomouci

zastoupená osobou oprávněnou jednat jménem Zadavatele:
doc. JUDr. Michaelem Kohajdou, Ph.D., rektorem UP v Olomouci
se sídlem: Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc
IČO: 619 89 592

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu rukavicového boxu (dále také „glovebox“) pro práci v inertní atmosféře. Rukavicový box musí být vyroben z nerezavějící oceli, stejně jako všechny jeho aktivní součásti. Musí být dodán jako systém s jednou pracovní plochou, dvěma přechodovými komorami na pravé straně rukavicového boxu a jednou vyhřívanou přechodovou komorou na levé straně. Box musí mít zabudovanou jednotku čištění plynů, která odstraňuje kyslík a vlhkost z vnitřního prostoru.

Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace.

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název	CPV
Výzkumné, testovací a vědecké technické simulátory	38970000-5
Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)	38000000-5

CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ

Smlouva nebyla uzavřena.

**§ 217 odst. 2 písm. b) Zákona
použitý druh zadávacího řízení**

Veřejná zakázka v nadlimitním režimu zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 Zákona.

**§ 217 odst. 2 písm. c) Zákona
označení účastníků zadávacího řízení a uvedení jejich nabídkových cen**

Poř. č.	Dodavatel	Datum a čas doručení nabídky	Nabídková cena v Kč bez DPH
1.	EV Battery s.r.o. Přemyslovice 38 798 51 Přemyslovice IČO: 25593927 Právní forma: 112 – společnost s ručením omezeným	15.10.2025 12:42:16	1.180.000,00
2.	CHROMSPEC spol. s r. o. Jindřicha Plachty 3163/28 150 00 Praha 5 - Smíchov IČO: 44794053 Právní forma: 112 – společnost s ručením omezeným	27.10.2025 13:43:45	1.759.000,00

**§ 217 odst. 2 písm. d) Zákona
označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení**

Zadavatel **vyloučil** vybraného dodavatele EV Battery s.r.o., se sídlem č.p. 38, 798 51 Přemyslovice, IČO 255 93 927, se sídlem Pod Marjánkou 4, 169 00 Praha 6, IČO: 26165031 (dále jen „Vybraný dodavatele“) ze zadávacího řízení v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) ve spojení s § 48 odst. 8 ZZVZ.

Odůvodnění:

Zadavatel v bodě 2.2 zadávací dokumentace veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) požadoval, aby byl „materiál skeletu boxu i všech aktivních součástí ... nerez minimálně třídy 304L (ČSN 1.4307) o síle minimálně 3mm.“

Z nabídky Vybraného dodavatele však vyplývá nesplnění výše uvedeného požadavku. Nesplnění vyplývá konkrétně z bodů 3.1, 5.1, 5.2, 5.3 a 5.4 technického listu Vybraným dodavatelem nabízeného výrobku (dále jen „Technický list“), kdy je v něm na těchto místech uvedeno mimo jiné „materiál: 304 stain/ess steel. Tedy nerez třídy 304, avšak bez písm. L, která dle výše uvedené ČSN tvoří vyšší kvalitativní standard nerezové oceli.“

Zadavatel tento nedostatek zjistil až při finální kontrole před uzavřením smlouvy na plnění veřejné zakázky s Vybraným dodavatelem. Tuto skutečnost nejprve pojal jako pochybnost a rozhodl se Vybraného dodavatele vyzvat k objasnění. Vybraný dodavatel na žádost Zadavatele odpověděl „parametr 304 a 304L jsem při řešení nabídky přehlédl a s výrobcem

jsem tento materiál neřešil, takže vám momentálně na váš dotaz nejsem schopen odpovědět. Vzhledem k tomu, že se jedná o plně zakázkovou výrobu, tak předpokládám, že nebude problém s dodržáním materiálu 1.43071A/SI 304L."

S ohledem na skutečnost, že z Technického listu je nepochybně patrné, že součástí nabídky Vybraného dodavatele je rukavicový box vyrobený z nerezů třídy 304 bez písmena L, nenaplnuje Vybraným dodavatelem původně nabízený výrobek zadávací podmínky.

Zadavatel zároveň nemůže akceptovat ujištění Vybraného dodavatele o možnosti dodržení požadovaného materiálu. Takový postup by představoval umožnění podstatné změny nabídky v rozporu s § 46 odst. 2 ZZVZ a s ustálenou rozhodovací praxí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (viz například rozhodnutí předsedy č.j. ÚOHS-R0113/2019NZ-24101/2019/322/HSc ze dne 30. 8. 2019). Akceptoval-li by Zadavatel takovou podstatnou změnu nabídky, porušil by tím ZZVZ i pravidla dotačního orgánu, ze kterého je plnění veřejné zakázky spolufinancováno.

Zadavatel proto na základě výše uvedených skutečností vyloučil Vybraného dodavatele z další účasti v zadávacím řízení výše uvedené veřejné zakázky v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) ve spojení s § 48 odst. 8 ZZVZ, jelikož údaje předložené Vybraným dodavatelem nesplňují zadávací podmínky.

Zadavatel zároveň konstatoval, že s ohledem na výběr Vybraného dodavatele provedený rozhodnutím ze dne 24. 11. 2025 nemohl postupovat jinak, než jak vyplývá z tohoto rozhodnutí.

**§ 217 odst. 2 písm. e) Zákona
označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru**

Smlouva nebyla uzavřena.

**§ 217 odst. 2 písm. f) Zákona
označení poddodavatelů dodavatele, jsou-li známi**

Není relevantní.

**§ 217 odst. 2 písm. g) Zákona
odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem**

Jednací řízení s uveřejněním nebylo použito, soutěžní dialog nebyl použit.



**§ 217 odst. 2 písm. h) Zákona
odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění**

Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito.

**§ 217 odst. 2 písm. i) Zákona
odůvodnění použití zjednodušeného režimu**

Zjednodušený režim nebyl použit.

**§ 217 odst. 2 písm. j) Zákona
odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému**

Zadavatel zrušil zadávací řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku v souladu s ust. § 127 odst. 2 písm. h) Zákona, neboť v zadávacím řízení byl jediný účastník.

**§ 217 odst. 2 písm. k) Zákona
odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků**

Nabídky bylo umožněno podat pouze elektronicky.

**§ 217 odst. 2 písm. l) Zákona
soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn**

Nebyly zjištěny žádné osoby se střetem zájmů.

**§ 217 odst. 2 písm. m) Zákona
odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části**

Veřejná zakázka není rozdělena na části, neboť předmět veřejné zakázky tvoří jedno zařízení coby jeden kompaktní systém/celek s příslušenstvím, který není technicky možné rozdělit. Z povahy věci a z důvodu zajištění plné funkčnosti a kompatibility systému proto není možné veřejnou zakázku rozdělit na části. Jedná se o vysoce sofistikovaný celek, kde není možné oddělit jednotlivé součásti. Jednotka je řízena jednotným softwarem.



**§ 217 odst. 2 písm. n) Zákona
odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3 Zákona**

Zadavatel nepostupoval podle § 78 odst. 3 Zákona.

V Olomouci dne

23. 03. 2026

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Rektorát
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

.....
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
rektor UP v Olomouci