



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



Univerzita Palackého
v Olomouci

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

zpracovaná v rozsahu ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“)

veřejná zakázka na dodávky

Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2025-046226

Číslo oznámení TED: 586525-2025

Datum zahájení zadávacího řízení: 19. 08. 2025

Datum zveřejnění zadávacího řízení: 20. 08. 2025

Název veřejné zakázky:

„PřF/UPOL - Kultivační komory pro pěstování rostlin“

ZADAVATEL: **Univerzita Palackého v Olomouci**
zastoupená osobou oprávněnou jednat jménem Zadavatele:
doc. JUDr. Michaelem Kohajdou, Ph.D., rektorem UP v Olomouci
se sídlem: Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc
IČO: 619 89 592

(dále jen „Zadavatel“)



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



Univerzita Palackého
v Olomouci

**§ 217 odst. 2 písm. a) Zákona
označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě na
veřejnou zakázku**

OZNAČENÍ ZADAVATELE

Univerzita Palackého v Olomouci

zastoupená osobou oprávněnou jednat jménem Zadavatele:

doc. JUDr. Michaelem Kohajdou, Ph.D., rektorem UP v Olomouci

se sídlem: Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc

IČO: 619 89 592

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je dodávka tří kusů kultivační komory s rozdílným objemem (větší v rozmezí 900-1000 l a menší 500-520 l) pro kultivaci rostlin a rostlinných částí v plastových nádobách, určených pro takovýto typ kultivace rostlinného materiálu. Kultivační komora v obou velikostních variantách musí umožňovat kultivaci listových disků k uchování hub a oomycet, současně s neomezenou možností kultivace kompletních rostlin v plastových nádobách až do stádia vytvoření vyvinuté nadzemní části a komplexního kořenového systému. K tomuto účelu musí systém ovládání každé kultivační komory s dostatečnou kultivační kapacitou umožňovat regulaci vlhkosti, precizní kontroly vnitřní teploty včetně chlazení, a osvětlení řešeného formou kultivačních polic s osazeným LED osvětlením s možností cirkadiálního programování a s programovatelným nastavením světelné intenzity.

Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace.

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název	CPV
Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)	38000000-5

CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ



Spolufinancováno
Evropskou unií



Univerzita Palackého
v Olomouci

Cena celkem bez DPH	1.473.600,00 Kč
DPH 21%	309.456,00 Kč
Cena včetně DPH	1.783.056,00 Kč

§ 217 odst. 2 písm. b) Zákona
použitý druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka v nadlimitním režimu zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 Zákona

§ 217 odst. 2 písm. c) Zákona
označení účastníků zadávacího řízení a uvedení jejich nabídkových cen

Poř. č.	Dodavatel	Datum a čas doručení nabídky	Nabídková cena v Kč bez DPH
1.	SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. Víteňská 1398/124 148 00 Praha 4 – Kunratice IČO: 25065939 právní forma: 112 – společnost s ručením omezeným	24.09.2025 11:36:36	1.473.600,00
2.	Animalab s.r.o. Na bateriích 505/57 162 00 Praha 6 – Břevnov IČO: 03325008 právní forma: 112 – společnost s ručením omezeným	24.09.2025 15:27:36	1.099.000,00

§ 217 odst. 2 písm. d) Zákona
označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Zadavatel vyloučil účastníka zadávacího řízení **Animalab s.r.o.**, se sídlem Na bateriích 505/57, Praha 6, 162 00, IČO: 03325008 (dále jen „Dodavatel“) ze zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky.

Odůvodnění:



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



Univerzita Palackého
v Olomouci

V čl. 2.1 zadávací dokumentace je uvedeno, že v případě, že dodavatelem nabízené plnění nebude splňovat technické podmínky uvedené v zadávací dokumentaci, bude tento dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení.

Údaje předložené Účastníkem v jeho nabídce nesplňují zadávací podmínky stanovené Zadavatelem v čl. 2.2 zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce:

V zadávací dokumentaci Zadavatel požadoval u Kultivační komory č. 1 (větší) mj. „vnější rozměry 2000 – max. 2100 mm x 1000 – max. 1600 x 850 – max. 870 mm“; „objem v akceptovatelném rozmezí 900-1000 litrů“; „regulace vlhkosti na 45-50% RH“; vertikální proudění vzduchu“; „minimálně 12“ dotykový LCD displej“.

Účastník nabídl produkt s označením BPC800 H s vnějšími rozměry 1940 x 1165 x 800 mm (v x š x h), vnitřním objemu 776 litrů, regulací vlhkosti v rozpětí 50-90 % RH a 7" LCD displej. V nabídce není uvedeno, zda komora disponuje vertikálním prouděním vzduchu.

U kultivační komory č. 2 (větší) zadavatel požadoval v zadávací dokumentaci mj. „Celkový objem: 500–520 litrů s vnějšími rozměry (v x š x h): 1700 – max. 1790 x 700 – max. 740 x 750 – max. 760 mm“; „spotřebu energie max. 270 W/h“.

Účastník nabídl produkt s označením BPC500H s vnějšími rozměry 900 x 800 x 1940 mm a objemem 529 l a spotřebou energie 270 kWh.

Ve výše uvedených parametrech nejsou splněny technické podmínky uvedené v zadávací dokumentaci.

Zadavatel proto na základě výše uvedených skutečností vyloučil Účastníka ze zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky v souladu s ust. § 48 odst. 2 písm. a) Zákona, jelikož údaje předložené Účastníkem nesplňují zadávací podmínky.

§ 217 odst. 2 písm. e) Zákona

označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru

Obchodní jméno dodavatele:

SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.

IČO: 25065939

Sídlo / adresa:

Vídeňská 1398/124

148 00 Praha 4 – Kunratice

DIČ: CZ25065939



Spolufinancováno
Evropskou unií



Univerzita Palackého
v Olomouci

Kupní smlouva s vybraným dodavatelem byla v souladu se zadávacími podmínkami uzavřena dne 21. 11. 2025.

ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU DODAVATELE:

Hodnocení nabídek bylo dle § 114 odst. 1 Zákona provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti.

Ekonomická výhodnost nabídek byla v souladu s § 114 odst. 2 Zákona hodnocena podle nejnížší nabídkové ceny.

Hodnocení bylo provedeno podle absolutní výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH za celý předmět plnění veřejné zakázky. Nabídky byly seřazeny v pořadí od nejnížší po nejvyšší nabídkovou cenu. Nejlépe byla hodnocena nejnížší nabídková cena v Kč bez DPH.

Výsledek hodnocení nabídek:

Pořadí	DODAVATEL	Nabídková cena v Kč bez DPH
1.	Animalab s.r.o. Na bateriích 505/57 162 00 Praha 6 – Břevnov IČO: 03325008 právní forma: 112 – společnost s ručením omezeným	1.099.000,00
2.	SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. Videňská 1398/124 148 00 Praha 4 – Kunratice IČO: 25065939 právní forma: 112 – společnost s ručením omezeným	1.473.600,00

Účastník zadávacího řízení společnost **Animalab s.r.o.**, se sídlem Na bateriích 505/57, 162 00 Praha 6 – Břevnov, IČO: 03325008 byl ze zadávacího řízení **vylouen** podle § 48 odst. 2 písm. a) Zákona, neboť nabídka účastníka nesplnila technické podmínky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci.

Nabídka vybraného dodavatele splňuje veškeré požadavky Zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.

- Nabídková cena 1.473.600,00 Kč bez DPH, tj. 1.783.056,00 Kč včetně DPH



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



Univerzita Palackého
v Olomouci

**§ 217 odst. 2 písm. f) Zákona
označení poddodavatelů dodavatele, jsou-li známi**

Zadavateli není znám žádný poddodavatel vybraného dodavatele.

**§ 217 odst. 2 písm. g) Zákona
odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem**

Jednací řízení s uveřejněním nebylo použito, soutěžní dialog nebyl použit.

**§ 217 odst. 2 písm. h) Zákona
odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění**

Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito.

**§ 217 odst. 2 písm. i) Zákona
odůvodnění použití zjednodušeného režimu**

Zjednodušený režim nebyl použit.

**§ 217 odst. 2 písm. j) Zákona
odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému**

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

**§ 217 odst. 2 písm. k) Zákona
odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků**

Nabídky bylo umožněno podat pouze elektronicky.



Spolufinancováno
Evropskou unií



Univerzita Palackého
v Olomouci

§ 217 odst. 2 písm. l) Zákona
soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn

Nebyly zjištěny žádné osoby se střetem zájmů.

§ 217 odst. 2 písm. m) Zákona
odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části

Veřejná zakázka není dělena na části, neboť předmět veřejné zakázky tvoří jeden kompaktní celek, kde není technicky možné zakázku rozdělit.
Jedná se o dodávku tří kusů zařízení stejného druhu do jednoho místa plnění.

§ 217 odst. 2 písm. n) Zákona
odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 Zákona

Zadavatel nepostupoval podle § 78 odst. 3 Zákona.

V Olomouci dne

15. 12. 2025


UNIVERZITA PALACKÉHO V OL.
rektorát
Křížkovského 8, 771 47 /

doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
rektor UP v Olomouci