



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Univerzita Palackého
v Olomouci

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

zpracovaná v rozsahu ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“)

veřejná zakázka na dodávky

Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2025-064380

Číslo oznámení TED: 766066-2025

Datum zahájení zadávacího řízení: 18. 11. 2025

Datum zveřejnění zadávacího řízení: 19. 11. 2025

Název veřejné zakázky:

„PřF/KBBG/UPOL – SPR systém pro stanovení a charakterizaci biomolekulových interakcí v reálném čase“

ZADAVATEL:

Univerzita Palackého v Olomouci

zastoupená osobou oprávněnou jednat jménem Zadavatele:
doc. JUDr. Michaela Kohajdová Ph.D., rektorem UP v Olomouci
se sídlem: Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc
IČO: 619 89 592

(dále jen „Zadavatel“)

§ 217 odst. 2 písm. a) Zákona

označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku

OZNAČENÍ ZADAVATELE

Univerzita Palackého v Olomouci

zastoupená osobou oprávněnou jednat jménem Zadavatele:

doc. JUDr. Michaela Kohajdová Ph.D., rektorem UP v Olomouci

se sídlem: Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc

IČO: 619 89 592

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu SPR systému pro stanovení a charakterizaci biomolekulových interakcí v reálném čase.

Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace.

Součástí dodávky musí být veškeré nezbytné zařízení, umožňující úplnou instalaci kompletního požadovaného zařízení, a to bez dalších zásahů a nákladů ze strany Zadavatele k dosažení všech parametrů požadovaných Zadavatelem v zadávací dokumentaci.

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název	CPV
Spektrometry	38433000-9
Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)	38000000-5

CENA SJEDNANÁ VE SMLouvĚ

Cena celkem bez DPH	1.530.055,00 Kč
DPH 21%	321.311,55 Kč
Cena včetně DP	1.851.366,55 Kč

§ 217 odst. 2 písm. b) Zákona

použitý druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka v nadlimitním režimu zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 Zákona.

§ 217 odst. 2 písm. c) Zákona
označení účastníků zadávacího řízení a uvedení jejich nabídkových cen

Poř. č.	Dodavatel	Datum a čas doručení nabídky	Nabídková cena v Kč bez DPH
1.	Altium International s.r.o. Na Jetelce 69/2 190 00 Praha 9 - Vysočany IČO: 25791079 Právní forma: 112 – společnost s ručením omezeným	18.12.2025 13:05:00	1.530.055,00
2.	CHROMSPEC spol. s r.o. Jindřicha Plachty 3163/28 150 00 Praha 5 - Smíchov IČO: 44794053 Právní forma: 112 – společnost s ručením omezeným	18.12.2025 16:42:43	1.524.800,00
3.	BioTech a.s. Kramolínská 955 199 00 Praha 9 - Letňany IČO: 25664018 Právní forma: 121 – akciová společnost	18.12.2025 19:32:40	1.450.000,00

§ 217 odst. 2 písm. d) Zákona
označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

- 1) **Zadavatel vyloučil** účastníka zadávacího řízení **BioTech a.s.**, se sídlem Kramolínská 955, 199 00 Praha 9 – Letňany, IČO: 25664018 (dále jen „Účastník“) ze zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky.

Odůvodnění:

Dle čl. 2 odst. 2.1 zadávací dokumentace je dodavatel povinen dodržet technické požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, pokud je nedodrží, bude vyloučen ze zadávacího řízení v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) Zákona.

Údaje předložené Účastníkem v jeho nabídce nesplňují zadávací podmínky stanovené Zadavatelem v čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace:

V zadávací dokumentaci (čl. 2 odst. 2.2) Zadavatel požadoval mj. „Rozsah teplot pro měření vzorku musí být v rozmezí minimálně 4 - 40 °C“, nicméně Účastník nabídl „SPR BI 2500, Biosensing Instruments“, ke kterému uvádí „Námi nabízené řešení pracuje v teplotním rozmezí ± 5 °C aktuální teplota.“, což je doloženo i technickým listem výrobce k nabízenému zařízení.

Zadavatel konstatoval, že nabízené zařízení nesplňuje požadavek Zadavatele na minimální rozmezí pro rozsah teplot pro měření vzorku, jelikož Zadavatel stanovil minimálně 4 - 40 °C a Účastníkem nabízené zařízení pracuje pouze v teplotním rozmezí ± 5 °C aktuální teplota.

Zadavatel proto na základě výše uvedených skutečností vyloučil Účastníka ze zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky v souladu s ust. § 48 odst. 2 písm. a) Zákona, jelikož údaje předložené Účastníkem nesplňují zadávací podmínky.

- 2) Zadavatel vyloučil účastníka zadávacího řízení CHROMSPEC spol. s r.o., se sídlem Jindřicha Plachty 3163/28, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 44794053 (dále jen „Účastník“) ze zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky.**

Odůvodnění:

Dle čl. 2 odst. 2.1 zadávací dokumentace je dodavatel povinen dodržet technické požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, pokud je nedodrží, bude vyloučen ze zadávacího řízení v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) Zákona.

Údaje předložené Účastníkem v jeho nabídce nesplňují zadávací podmínky stanovené Zadavatelem v čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace:

V zadávací dokumentaci (čl. 2 odst. 2.2) Zadavatel požadoval mj. „Rozsah teplot pro měření vzorku musí být v rozmezí minimálně 4 - 40 °C“, nicméně Účastník nabídl „MP-SPR Systém Navi 20 OTSO“, ke kterému uvádí „Rozsah teplot pro měření vzorku je 15 - 45 °C (respektive 7°C pod teplotou okolí a 20°C nad teplotou okolí“, což je doloženo i technickým listem výrobce k nabízenému zařízení.

Zadavatel konstatoval, že nabízené zařízení nesplňuje požadavek Zadavatele na minimální rozmezí pro rozsah teplot pro měření vzorku, jelikož Zadavatel stanovil minimálně 4 - 40 °C a Účastníkem nabízené zařízení pracuje pouze v teplotním rozmezí 15 - 45 °C.

V zadávací dokumentaci (čl. 2 odst. 2.2) Zadavatel požadoval mj. „Rychlost průtoku analytu musí být regulovatelná a musí se pohybovat v rozmezí minimálně 5 - 100 $\mu\text{L}/\text{min}$ “, nicméně Účastník nabídl „MP-SPR Systém Navi 20 OTSO“, ke kterému v nabídce výrobce v technickém listu nabízeného zařízení uvádí „Flow rate range from 10 $\mu\text{L}/\text{min}$ up to 400 $\mu\text{L}/\text{min}$ “.

Zadavatel konstatoval, že nabízené zařízení nesplňuje požadavek Zadavatele na minimální rozmezí rychlosti průtoku analytu, jelikož Zadavatel stanovil minimálně 5 - 100 $\mu\text{L}/\text{min}$ a Účastníkem nabízené zařízení disponuje rychlostí průtoku analytu až od 10 $\mu\text{L}/\text{min}$.

Zadavatel proto na základě výše uvedených skutečností vyloučil Účastníka ze zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky v souladu s ust. § 48 odst. 2 písm. a) Zákona, jelikož údaje předložené Účastníkem nesplňují zadávací podmínky.

§ 217 odst. 2 písm. e) Zákona
označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru

Obchodní jméno dodavatele:	Sídlo / adresa:
Altium International s.r.o.	Na Jetelce 69/2
IČO: 25791079	190 00 Praha 9 - Vysočany
	DIČ: CZ25791079

Kupní smlouva s vybraným dodavatelem byla v souladu se zadávacími podmínkami uzavřena dne 19. 02. 2026.

ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU DODAVATELE:

Hodnocení nabídek bylo v souladu s § 114 odst. 1 Zákona provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti.

Ekonomická výhodnost nabídek byla v souladu s § 114 odst. 2 Zákona hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.

Hodnocení bylo provedeno podle absolutní výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH za celý předmět plnění veřejné zakázky. Nabídky byly seřazeny v pořadí od nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu. Nejlépe byla hodnocena nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. Nabídky dodavatelů, kteří nebyli ze zadávacího řízení vyloučeni, komise hodnotila a stanovila následující pořadí.

Na 1. místě se umístila nabídka dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou a na posledním místě nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou.

Výsledek hodnocení nabídek:

Pořadí	DODAVATEL	Nabídková cena v Kč bez DPH
1.	Altium International s.r.o. Na Jetelce 69/2, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČO: 25791079 Právní forma: 112 – společnost s ručením omezeným	1.530.055,00

Účastník zadávacího řízení BioTech a.s., Kramolínská 955, 199 00 Praha 9 – Letňany, IČO: 25664018 byl vyloučen ze zadávacího řízení dle § 48 odst. 2 písm. a) Zákona.

Účastník zadávacího řízení CHROMSPEC spol. s r.o., Jindřicha Plachty 3163/28, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 44794053 byl vyloučen ze zadávacího řízení dle § 48 odst. 2 písm. a) Zákona.

Nabídka vybraného dodavatele splňuje veškeré požadavky Zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.

- Nabídková cena 1.530.055,00 Kč bez DPH, tj. 1.851.366,55 Kč včetně DPH

§ 217 odst. 2 písm. f) Zákona
označení poddodavatelů dodavatele, jsou-li známi

Zadavateli není znám žádný poddodavatel vybraného dodavatele.

§ 217 odst. 2 písm. g) Zákona
odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Jednací řízení s uveřejněním nebylo použito, soutěžní dialog nebyl použit.

§ 217 odst. 2 písm. h) Zákona
odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito.

§ 217 odst. 2 písm. i) Zákona
odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Zjednodušený režim nebyl použit.

§ 217 odst. 2 písm. j) Zákona
odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

§ 217 odst. 2 písm. k) Zákona
odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Nabídky bylo umožněno podat pouze elektronicky.

§ 217 odst. 2 písm. l) Zákona
soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn

Nebyly zjištěny žádné osoby se střetem zájmů.



§ 217 odst. 2 písm. m) Zákona
odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části

Veřejná zakázka není rozdělena na části, neboť předmět veřejné zakázky tvoří systém coby jeden kompaktní celek, který není technicky možné rozdělit bez omezení některých funkcí zařízení. Z povahy věci a z důvodu zajištění plné funkčnosti a kompatibility systému proto není možné veřejnou zakázku rozdělit na části. Jedná se o vysoce sofistikovaný celek řízený jednotným softwarem, který zajišťuje spolupráci jednotlivých vzájemně funkčně provázaných systémů.

§ 217 odst. 2 písm. n) Zákona
odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 Zákona

Zadavatel nepostupoval podle § 78 odst. 3 Zákona.

V Olomouci dne

13. 03. 2026

UNIVERZITA PALACKÉHO v OLOMOU
rektorát
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

.....
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
rektor UP v Olomouci