



Univerzita Palackého
v Olomouci



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

zpracovaná v rozsahu ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“)

veřejná zakázka na dodávky

Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2017-025192

Číslo oznámení TED: 2017/S 177-362042

Datum zahájení zadávacího řízení: 11. 09. 2017

Datum zveřejnění zadávacího řízení: 14. 09. 2017

Název veřejné zakázky:

„Biochemický a hematologický analyzátor pro laboratorní zvířata“

ZADAVATEL:

Univerzita Palackého v Olomouci

zastoupená osobou oprávněnou jednat jménem Zadavatele:

prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M.A., Ph.D., rektorem UP v Olomouci

se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

IČO: 619 89 592

(dále jen „Zadavatel“)



**§ 217 odst. 2 písm. a) Zákona
označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě na
veřejnou zakázku**

OZNAČENÍ ZADAVATELE

Univerzita Palackého v Olomouci

zastoupená osobou oprávněnou jednat jménem Zadavatele:
prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M.A., Ph.D., rektorem UP v Olomouci
se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
IČO: 619 89 592

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je dodávka automatického biochemického a hematologického stolního analyzátoru, přičemž biochemický modul pracuje na bázi absorbanční fotometrie, imunoturbidimetrie a potenciometrie pro laboratorní zvířata pro stanovení parametrů GLUCOSE, CHOL, ALBUMIN, TOTAL PROTEIN, BIL TOTAL, BIL DIRECT, BILE ACID, TG 4 x 30 ml, CREATININE, CREA ENZYMATIC, UA, UREA, HDL DIRECT, LDL DIRECT, CALCIUM ARSENAZO, MG, PHOSPHORUS, FERRUM, ALAT, ASAT, AMYLASE, ALP, CK, CK-MB, GGT, HBDH, LDH, LIPASE, UIBC, D-DIME, ACP, Ethanol, HbA1C DIRECT, IgG, IgA, IgM, APOLIPOPROTEIN (b), TRANSFERIN, COMPLEMENT, COMPLEMENT, HAPTOGLOBIN, CERULOPLASMIN, FIBRINOGEN, ALPHA 1 ANTITRYPSIN, ANTITHROMBIN III, CRP ULTRA, MYOGLOBIN, LIPOPROTEIN (a), FERRITIN, TOTAL IgE, ALPHA-FETOPROTEIN, BETA 2-MICROGLOBULIN, ASO, URINE PROTEINS, MICROALBUMIN, CALCIUM, CHOLINESTERASE, CYSTATIN C, Na/K/Cl v biologických vzorcích a hematologický modul umožňuje stanovení 17 parametrů krevního obrazu včetně 3-populačního diferenciálního rozpočtu bílých krvinek v biologických vzorcích, dle dále uvedené specifikace. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního a garance pozáručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace.

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název	CPV
Biochemické analyzátory	38434500-1

CENA SJEDNANÁ VE SMLouvĚ

Cena celkem bez DPH	799.000,- Kč
DPH 21%	167.790,- Kč
Cena včetně DPH	966.790,- Kč

**§ 217 odst. 2 písm. b) Zákona
použitý druh zadávacího řízení**

Veřejná zakázka v nadlimitním režimu zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 Zákona.

**§ 217 odst. 2 písm. c) Zákona
označení účastníků zadávacího řízení**

Poř. č.	Účastník (obchodní jméno)	Datum a čas podání nabídky	Nabídková cena v Kč bez DPH
1.	LABtechnik, s.r.o. Kamenice 771/34 625 00 Brno IČO: 25330586 Právní forma: 112 – společnost s ručením omezeným	08.11.2017, 08:05	557.000,-
2.	MEDISTA spol. s r.o. Dělnická 213/12 170 00 Praha 7 IČO: 60199865 Právní forma: 112 – společnost s ručením omezeným	09.11.2017, 08:05	799.000,-

**§ 217 odst. 2 písm. d) Zákona
označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení**

Po provedeném hodnocení nabídek byl v rámci posouzení splnění podmínek účasti v souladu s § 37 a § 48 zákona, vyloučen účastník č. 1 **LABtechnik, s.r.o.**, se sídlem Kamenice 771/34, 625 00 Brno, IČO: 25330586 v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona z účasti v zadávacím řízení.

Odůvodnění

Zadavatel v čl. 2.2. zadávací dokumentace stanovil minimální technické požadavky Zadavatele, které musí být dodrženy, přičemž současně zadavatel upozornil účastníky zadávacího řízení v čl. 2.1. zadávací dokumentace, že Dodavatel je povinen dodržet technické požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, pokud je nedodrží, bude vyloučen ze zadávacího řízení dle § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ.

Hodnotící komise ustanovená zadavatelem mj. i pro účely posouzení splnění podmínek účasti Účastníka v zadávacím řízení na svém jednání konaném dne 13.11.2017 konstatovala, že Účastníkem nabízený produkt EXIGO 3DIFF (výrobce BOULE MEDICAL Švédsko) nesplňuje požadavek zadavatele uvedený v čl. 2.2. zadávací dokumentace na objem vzorku na test v rozsahu 12 - 20 µL pro hematologický modul pro veterinární účely, neboť nabízené zařízení prokazatelně má objem vzorku k analýze pouze 20 µL, což vyplývá z přílohy č. 1 nabídky Účastníka, kde to sám Účastník deklaruje.

Hodnotící komise tak konstatovala, že nabídka Účastníka nesplňuje zadávací podmínky a Účastník musí být v souladu s § 48 odst. písm. a) ZZVZ vyloučen ze zadávacího řízení.

§ 217 odst. 2 písm. e) Zákona
označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru

Obchodní jméno dodavatele:	Sídlo / adresa:
MEDISTA spol. s r.o.	Dělnická 213/12
IČO: 60199865	170 00 Praha 7
	DIČ:CZ60199865

Kupní smlouva s vybraným dodavatelem byla v souladu se zadávacími podmínkami uzavřena dne 26. 01. 2018.

ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU DODAVATELE:

Hodnocení nabídek bylo v souladu s § 114 odst. 1 zákona provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti.

Ekonomická výhodnost nabídek byla v souladu s § 114 odst. 2 zákona hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.

Hodnocení bylo provedeno podle absolutní výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH za celý předmět plnění veřejné zakázky. Nabídky byly seřazeny v pořadí od nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu. Nejlépe byla hodnocena nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Nabídky dodavatelů, kteří nebyli ze zadávacího řízení vyloučeni v rámci otevírání obálek s nabídkami, komise hodnotila a stanovila následující pořadí:

Na 1. místě se umístila nabídka dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou a na posledním místě nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou.

Výsledek hodnocení nabídek:

Pořadí	DODAVATEL (obchodní jméno)	Nabídková cena v Kč bez DPH
1.	LABtechnik, s.r.o. Kamenice 771/34 625 00 Brno IČO: 25330586 Právní forma: 112 – společnost s ručením omezeným	557.000,-
2.	MEDISTA spol. s r.o. Dělnická 213/12 170 00 Praha 7 IČO: 60199865 Právní forma: 112 – společnost s ručením omezeným	799.000,-

Po provedeném hodnocení nabídek byl v rámci posouzení splnění podmínek účasti v souladu s § 37 a § 48 zákona, vyloučen účastník č. 1 **LABtechnik, s.r.o.**, se sídlem Kamenice 771/34, 625 00 Brno, IČO: 25330586 v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona z účasti v zadávacím řízení.

Nabídka vybraného dodavatele splňuje veškeré požadavky Zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.

- Nabídková cena 799.000,- Kč bez DPH, tj. 966.790,- Kč včetně DPH

**§ 217 odst. 2 písm. f) Zákona
označení poddodavatelů dodavatele, jsou-li známi**

Zadavateli není znám žádný poddodavatel vybraného dodavatele.

**§ 217 odst. 2 písm. g) Zákona
odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem**

Jednací řízení s uveřejněním nebylo použito, soutěžní dialog nebyl použit.

**§ 217 odst. 2 písm. h) Zákona
odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění**

Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito.

**§ 217 odst. 2 písm. i) Zákona
odůvodnění použití zjednodušeného režimu**

Zjednodušený režim nebyl použit.

**§ 217 odst. 2 písm. j) Zákona
odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému**

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

**§ 217 odst. 2 písm. k) Zákona
odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků**

Zadavatel nemá do 18. 10. 2018 povinnost přijímat nabídky výhradně elektronickými prostředky.



§ 217 odst. 2 písm. l) Zákona
soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn

Nebyly zjištěny žádné osoby se střetem zájmů.

§ 217 odst. 2 písm. m) Zákona
odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části

Veřejná zakázka není dělena na části, neboť předmět veřejné zakázky tvoří jeden kompaktní celek, kde není technicky možné zakázku rozdělit na samostatné části.

§ 217 odst. 2 písm. n) Zákona
odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3

Zadavatel nepostupoval podle § 78 odst. 3 Zákona.

V Olomouci dne

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor UP v Olomouci