



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Univerzita Palackého
v Olomouci

Genius loci...

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

zpracovaná v rozsahu ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“)

veřejná zakázka na dodávky

Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2019-003866

Číslo oznámení TED: 2019/S 023-049707

Datum zahájení zadávacího řízení: 30. 01. 2019

Datum zveřejnění zadávacího řízení: 01. 02. 2019

Název veřejné zakázky:

„PřF/CRH – Pipetovací robot“

ZADAVATEL:

Univerzita Palackého v Olomouci

zastoupená osobou oprávněnou jednat jménem Zadavatele:

prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M.A., Ph.D., rektorem UP v Olomouci

se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

IČO: 619 89 592

(dále jen „Zadavatel“)



**§ 217 odst. 2 písm. a) Zákona
označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě na
veřejnou zakázku**

OZNAČENÍ ZADAVATELE

Univerzita Palackého v Olomouci

zastoupená osobou oprávněnou jednat jménem Zadavatele:

prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M.A., Ph.D., rektorem UP v Olomouci

se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

IČO: 619 89 592

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem zakázky je dodávka pipetovacího robota. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace.

Součástí dodávky musí být veškeré nezbytné zařízení, umožňující úplnou instalaci kompletního požadovaného zařízení, a to bez dalších zásahů a nákladů ze strany Zadavatele k dosažení všech parametrů požadovaných Zadavatelem v Zadávací dokumentaci.

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název	CPV
Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)	38000000-5
Analytické přístroje	38432000-2
Pipety	38437100-8

CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ

Cena celkem bez DPH	2,289.570,- Kč
DPH 21%	480.809,70,- Kč
Cena včetně DPH	2,770.379,70 Kč

**§ 217 odst. 2 písm. b) Zákona
použitý druh zadávacího řízení**

Veřejná zakázka v nadlimitním režimu zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 Zákona.



**§ 217 odst. 2 písm. c) Zákona
označení účastníků zadávacího řízení**

Poř. č.	Účastník	Datum a čas doručení nabídky	Nabídková cena v Kč bez DPH
1.	SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. Vídeňská 1398/124 148 00 Praha 4 - Kunratice IČO: 25065939 Právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným	01.03.2019 12:37:16	2,289.570,-
2.	GeneTiCA s.r.o. Služeb 3056/4 108 00 Praha 10 Strašnice IČO: 25609378 Právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným	04.03.2019 17:57:17	2,145.000,-

**§ 217 odst. 2 písm. d) Zákona
označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení**

Zadavatel vyloučil dodavatele č. 2 společnost GeneTiCA s.r.o., se sídlem Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10, Strašnice, IČO: 25609378, (dále jen „Účastník“), z výše uvedené veřejné zakázky.

Zadavatel v čl. 2.1. zadávací dokumentace stanovil, že Dodavatel je povinen dodržet technické požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, pokud je nedodrží, bude vyloučen ze zadávacího řízení dle § 48 odst. 2 písm. a) Zákona.

Účastník předložil dne 4.3.2019 nabídku na pipetovací robot STARlet 4.

Komise ustanovená pro účely posouzení a hodnocení nabídek na svém jednání dne 05.03.2019 konstatovala podezření, že nabízený produkt nesplňuje následující minimální technické parametry a vyžádala si objasnění nabídky:

a) Zadavatel v čl. 2.2 zadávací dokumentace požadoval: Nástavec pro každou základní velikost špičky (10 µl, 100/200 µl, 1.000 µl); pozice pro odpadní špičky.

Účastník nabídl jiné rozměry, než stanovil zadavatel: 10 µl, 50/300 µl, 1.000 µl



b) Zadavatel v čl. 2.2 zadávací dokumentace požadoval: Startovní set spotřebního materiálu:
- 10 x 96 špiček všech velikostí (jednorázové, konduktivní): 10 µl, 100/200 µl, 1.000 µl
Účastník nabídnul jiné rozměry, než stanovil zadavatel: 10 µl, 50/300 µl, 1.000 µl

c) Zadavatel v čl. 2.2 zadávací dokumentace požadoval: Oddělené manipulační rameno pro mikrotitrační desky od pipetovacích kanálů (nezávislé rameno od pipetovacího) - Možnost pohybu ramena mimo pracovní plochu přístroje pro propojení s dalšími přístroji (reader)
Účastník ve své nabídce k tomuto uvedl:

Oddělené manipulační rameno pro mikrotitrační desky od pipetovacích kanálů (nezávislé rameno od pipetovacího) / ANO, lswap simulující lidské robotické rameno pro manipulaci s mikrotitračními deskami na a mimo pracovní plochu; nepoužívá pipetovací kanály jako zdroj
o Možnost pohybu ramena mimo pracovní plochu přístroje pro propojení s dalšími přístroji (reader) / ANO, rameno je schopno dosáhnout mimo pracovní plochu pro propojení s integrovanými přístroji (reader)

Komise v tomto případě konstatovala, že zadavatel prokazatelně požadoval dvě nezávislá ramena (pipetovací a manipulační rameno pro mikrotitrační desky), což však neodpovídá výrobku „lswap Robotic Plate Handler“, který je dle zjištění komise pouze přídatný modul, který se montuje na stávající pipetovací rameno. Nejedná se tedy o oddělené manipulační rameno, protože neumožňuje ve stejný čas jedním ramenem pipetovat kapaliny a druhým ramenem přeskládat mikrotitrační desky do readeru.

Účastník dne 20.03.2019 předložil objasnění své nabídky, ze kterého prokazatelně vyplývá, že nenabízí zadavatelem požadované velikosti špiček (10 µl, 100/200 µl, 1.000 µl).

Z předloženého objasnění dále prokazatelně vyplývá, že nabízené řešení lswap neumožňuje paralelně manipulovat s kapalinami a přenášet mikrotitrační desky tak, jak požadoval zadavatel v zadávací dokumentaci.

Z předložené nabídky a podaného objasnění nabídky je tak zřejmé, že Účastník nedodržel výše uvedené technické parametry stanovené v zadávací dokumentaci.

Zadavatel proto na základě těchto skutečností vyloučil Účastníka v souladu s ust. § 48 odst. 2 písm. a) Zákona pro nesplnění zadávacích podmínek.

**§ 217 odst. 2 písm. e) Zákona
označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru**

Obchodní jméno dodavatele:	Sídlo / adresa:
SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.	Vídeňská 1398/124
IČO: 25065939	148 00 Praha 4 - Kunratice
	DIČ:CZ25065939



Kupní smlouva s vybraným dodavatelem byla v souladu se zadávacími podmínkami uzavřena dne 16. 05. 2019.

ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU DODAVATELE:

Hodnocení nabídek bylo v souladu s § 114 odst. 1 Zákona provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti.

Základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Komise dle ust. § 122 odst. 2 Zákona **neprováděla hodnocení nabídek**, neboť v hodnocení po provedeném posouzení nabídek dodavatelů byl jediný účastník.

Komise konstatovala, že nabídková cena dodavatele je v místě a čase obvyklá.

Výsledek hodnocení nabídek:

Pořadí	DODAVATEL	Nabídková cena v Kč bez DPH
1.	SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. Videňská 1398/124 148 00 Praha 4 - Kunratice IČO: 25065939 Právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným	2,289.570,-

Nabídka účastníka zadávacího řízení splňuje veškeré požadavky Zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.

- Nejnižší nabídková cena 2,289.570,- Kč bez DPH, tj. 2,770.379,70 Kč včetně DPH

**§ 217 odst. 2 písm. f) Zákona
označení poddodavatelů dodavatele, jsou-li známi**

Zadavateli není znám žádný poddodavatel vybraného dodavatele.

**§ 217 odst. 2 písm. g) Zákona
odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem**

Jednací řízení s uveřejněním nebylo použito, soutěžní dialog nebyl použit.



**§ 217 odst. 2 písm. h) Zákona
odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění**

Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito.

**§ 217 odst. 2 písm. i) Zákona
odůvodnění použití zjednodušeného režimu**

Zjednodušený režim nebyl použit.

**§ 217 odst. 2 písm. j) Zákona
odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému**

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

**§ 217 odst. 2 písm. k) Zákona
odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků**

Nabídky byly podány pouze elektronicky.

**§ 217 odst. 2 písm. l) Zákona
soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn**

Nebyly zjištěny žádné osoby se střetem zájmů.

**§ 217 odst. 2 písm. m) Zákona
odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části**

Veřejná zakázka není dělena na části, neboť předmět veřejné zakázky tvoří jeden kompaktní celek, kde není technicky možné zakázku rozdělit. Definované parametry a požadovaná funkčnost systému vychází ze specifických vědecko-výzkumných potřeb uživatelů.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Univerzita Palackého
v Olomouci

Genius loci...

**§ 217 odst. 2 písm. n) Zákona
odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3**

Zadavatel nepostupoval podle § 78 odst. 3 Zákona.

V Olomouci dne

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor UP v Olomouci