



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Univerzita Palackého
v Olomouci

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

zpracovaná v rozsahu ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“)

veřejná zakázka na dodávky

Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2019-019806
Číslo oznámení TED: 2019/S 113-276867
Datum zahájení zadávacího řízení: 12. 06. 2019
Datum zveřejnění zadávacího řízení: 14. 06. 2019
Název veřejné zakázky:

„PřF/RCPTM – Pyrolytická pec (Zařízení pro pyrolýzu biomasy)“

ZADAVATEL: **Univerzita Palackého v Olomouci**
zastoupená osobou oprávněnou jednat jménem Zadavatele:
prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M.A., Ph.D., rektorem UP v Olomouci
se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
IČO: 619 89 592

(dále jen „Zadavatel“)



**§ 217 odst. 2 písm. a) Zákona
označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě na
veřejnou zakázku**

OZNAČENÍ ZADAVATELE

Univerzita Palackého v Olomouci

zastoupená osobou oprávněnou jednat jménem Zadavatele:

prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M.A., Ph.D., rektorem UP v Olomouci

se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

IČO: 619 89 592

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu kompletního, plně funkčního zařízení pro pyrolýzu různých typů biomasy s následnou aktivací (dále jen "zařízení") včetně příslušenství dle dále uvedené specifikace. Jedná se o zařízení určené pro přípravu uhlíkových materiálů na bázi biocharu a z něho odvozených (nano)kompozitů v rámci materiálového výzkumu, především pro environmentální aplikace v pilotním měřítku (tzn. pro odstranění různých typů kontaminujících látek). Předmětem využití pyrolyzního zařízení bude výzkum, zejména v oblastech přípravy biocharu a z něho odvozených (nano)kompozitů, studium vlivu podmínek pyrolýzy na vlastnosti připravených materiálů a jejich aktivace přehřátou vodní parou, která bude probíhat v aktivačním reaktoru s cílem zvýšení plochy povrchu a porosity pyrolyzovaných materiálů. V zařízení bude zpracovávána především biomasa ve formě pilin, štěrka, pelety apod. v rozsahu zrnitosti 0,5 - 20 mm, dále biomasa, která byla předupravena pomocí roztoků solí, kyselin, zásad, suspenzí minerálů, aj., a následně vysušena.

Zařízení musí umožnit programovatelné řízení procesu pyrolýzy. Součástí dodávky musí být systém zajišťující bezpečný odvod plynů z procesu pyrolýzy, jejich kondenzace, příp. spalování a konečný odvod do odtahu v laboratoři - viz specifikace v Zadávací dokumentaci.

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název	CPV
Pece a příslušenství	42942000-1

CENA SJEDNANÁ VE SMLouvĚ

Smlouva nebyla uzavřena.

**§ 217 odst. 2 písm. b) Zákona
použitý druh zadávacího řízení**

Veřejná zakázka v nadlimitním režimu zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 Zákona.



**§ 217 odst. 2 písm. c) Zákona
označení účastníků zadávacího řízení**

Poř. č.	Účastník (obchodní jméno)	Datum a čas podání nabídky
1.	LAC, s.r.o. Topolová 933 667 01 Židlochovice IČO: 46903470 Právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným	26.07.2019 14:47:04

**§ 217 odst. 2 písm. d) Zákona
označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení**

Zadavatel nevyloučil žádného účastníka zadávacího řízení.

**§ 217 odst. 2 písm. e) Zákona
označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jeho výběru**

Smlouva nebyla uzavřena.

**§ 217 odst. 2 písm. f) Zákona
označení poddodavatelů dodavatele, jsou-li známi**

Není relevantní.

**§ 217 odst. 2 písm. g) Zákona
odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem**

Jednací řízení s uveřejněním nebylo použito, soutěžní dialog nebyl použit.

**§ 217 odst. 2 písm. h) Zákona
odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění**

Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito.

**§ 217 odst. 2 písm. i) Zákona
odůvodnění použití zjednodušeného režimu**

Zjednodušený režim nebyl použit.



§ 217 odst. 2 písm. j) Zákona
odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému

Zadavatel zrušil zadávací řízení výše uvedené veřejné zakázky v souladu s ust. § 127 odst. 2 písm. h) Zákona před odesláním oznámení o výběru dodavatele, protože byla Zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek pouze jedna nabídka.

§ 217 odst. 2 písm. k) Zákona
odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Zadavatel umožnil podání nabídek pouze elektronicky.

§ 217 odst. 2 písm. l) Zákona
soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn

Nebyly zjištěny žádné osoby se střetem zájmů.

§ 217 odst. 2 písm. m) Zákona
odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části

Veřejná zakázka není dělena na části, neboť předmět veřejné zakázky tvoří jeden kompaktní celek, kde není technicky možné zakázku rozdělit. Funkce jednotlivých součástí musí být pevně provázaná. Z tohoto důvodu neexistuje možnost jak VZ rozdělit na jednotlivé součásti.

§ 217 odst. 2 písm. n) Zákona
odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3

Zadavatel nepostupoval podle § 78 odst. 3 Zákona.

V Olomouci dne 15. 8. 2019

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
rektorat V.7.
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor UP v Olomouci

12