



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



OP Výzkum a vývoj  
pro inovace

## ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s podmínkami pro zadávání veřejných zakázek v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA S NÁZVEM:**

**Ústav molekulární a translační medicíny LF UP –  
vybavení zvěřince**

## 1. Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatele:	Univerzita Palackého v Olomouci
sídlo zadavatele:	Křížkovského 8 771 47 Olomouc
IČ:	61989592
právní forma zadavatele:	veřejná vysoká škola
jménem zadavatele jedná:	prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. - rektor
kontaktní osoba zadavatele:	Mgr. Ing. Arnošt Rybář – projektový manažer tel. 585 632 075, email: arnost.rybar@upol.cz
profil zadavatele:	<a href="https://zakazky.upol.cz">https://zakazky.upol.cz</a>

## 2. Obecné informace

Tato zadávací dokumentace představuje soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídek uchazečů v otevřeném řízení postupem podle zákona. Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí zákonem a souvisejícími prováděcími právními předpisy.

Název veřejné zakázky:	Ústav molekulární a translační medicíny LF UP – vybavení zvěřince
Zadávací řízení:	otevřené řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Tato veřejná zakázka je zadávána pro účely realizace projektu, který je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

**BIOMEDREG – Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje**  
registrační číslo projektu CZ.1.05/2.1.00/01.0030

## 3. Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení pro vybavení zvěřince. V souladu s ust. § 98 zákona rozděluje zadavatel veřejnou zakázku na 6 částí:

- A. chovné systémy
- B. analyzátory
- C. stereotax
- D. anesteziologický přístroj
- E. operační stůl
- F. váhy

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na kteroukoli část veřejné zakázky nebo na všechny výše uvedené části veřejné zakázky. Všechny zadavatelem stanovené zadávací podmínky se vztahují na všechny části veřejné zakázky. **Dodavatel, který podá nabídku na část A. veřejné zakázky je povinen podat současně nabídku na všechny ostatní části veřejné zakázky.**

**Předmět plnění veřejné zakázky** zahrnuje vždy dodání zařízení, jeho kompletní instalaci, podrobné úvodní proškolení uživatelů v místě instalace, kompletní propojení do budované infrastruktury a poskytování záručního servisu. Všechna zařízení musejí být nová, nepoužitá a splňovat minimální technické požadavky (parametry).

Nabídková cena musí zahrnovat dodání všech pro instalaci potřebných instalačních kitů.

**V případě, že nabízené zařízení nebude splňovat níže uvedené minimální technické specifikace, bude nabídka dodavatele ze zadávacího řízení vyřazena a uchazeč vyloučen. Zadavatel si v této souvislosti vyhrazuje právo ověřit správnost v nabídce uvedených technických specifikací na náklady dodavatele.**

Specifikaci jednotlivých zařízení tvořících předmět plnění veřejné zakázky uvádí zadavatel níže:

### **Předmět plnění části A. veřejné zakázky**

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka chovných systémů a nádob pro malá laboratorní zvířata.

#### **Minimální technické požadavky:**

- 1 ks** IVC stojan pro chovné nádoby IVC GR900
- stojan pro individuálně ventilované klece
  - pro 70 x IVC chovných nádob pro potkany typ IVC GR900 (plocha 900 cm<sup>2</sup>)
  - 2x kit pro propojení stojanu s ventilační jednotkou SmartFlow
  - rozměry kompletního stojanu včetně nádob maximálně 1850 x 890 x 1990 mm (š x h x v)
  - osazení kolečky průměr nejméně 70 mm, přední s brzdou
  - nezbytná plná kompatibilita se stávajícím vybavením zvěřince a čistící místnosti ÚMTM
- 70 ks** Chovné nádoby IVC GR900 (podlahová plocha 900 cm<sup>2</sup>)
- 70x chovná nádoba IVC GR900, 900 cm<sup>2</sup>, H-Temp (Polysulfonát)
  - 70x nerez víko s nylonovým těsněním a přepážkou pro nádobu IVC GR900
  - 70x kryt boxu H-Temp s depresí pro láhev, filtrem a svorkami
  - 140x láhev na vodu min. 340 ml, H-Temp, se silikonovým těsněním
  - 140x víčko nerez na láhev, 34 mm hubice, otvor o průměru min. 1,8 mm
  - 70 x plastový držák štítků
  - nezbytná kompatibilita nádob se stávajícím vybavením zvěřince a čistící místnosti ÚMTM, tj. s IVC stojany SealSafe Plus
- 1 ks** IVC stojan pro chovné nádoby IVC GM500
- dvoustranný stojan pro individuálně ventilované klece
  - pro 140 ks IVC chovných nádob IVC GM500 (podlahová plocha 501 cm<sup>2</sup>)
  - 2x kit pro propojení stojanu s jednotkou SmartFlow