



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Univerzita Palackého
v Olomouci

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 8. část veřejné zakázky

zpracovaná v rozsahu ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“)

veřejná zakázka na dodávky

Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2019-036815
Číslo oznámení TED: 2019/S 204-495972
Datum zahájení zadávacího řízení: 17. 10. 2019
Datum zveřejnění zadávacího řízení: 21. 10. 2019
Název veřejné zakázky:

**„LF UPOL/Imunofarmakoterapie – Dodávka chemikálií a
laboratorního spotřebního materiálu a vybavení II.“**

ZADAVATEL: **Univerzita Palackého v Olomouci**
zastoupená osobou oprávněnou jednat jménem Zadavatele:
prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M.A., Ph.D., rektorem UP v Olomouci
se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
IČO: 619 89 592

(dále jen „Zadavatel“)



**§ 217 odst. 2 písm. a) Zákona
označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě na
veřejnou zakázku**

OZNAČENÍ ZADAVATELE

Univerzita Palackého v Olomouci

zastoupená osobou oprávněnou jednat jménem Zadavatele:
prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M.A., Ph.D., rektorem UP v Olomouci
se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
IČO: 619 89 592

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu a vybavení nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejichž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen Dodavatele, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků Zadavatele.

Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona rozdělen na osm samostatných částí, přičemž Dodavatel mohl podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, mohl podat svou nabídku i na všechny části veřejné zakázky.

Název 8. části veřejné zakázky: „Laboratorní vybavení“

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název	CPV
Laboratorní nábytek	39180000-7

CENA SJEDNANÁ VE SMLouvĚ na 8. část veřejné zakázky

Smlouva nebyla uzavřena.

**§ 217 odst. 2 písm. b) Zákona
použitý druh zadávacího řízení**

Veřejná zakázka v nadlimitním režimu zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 Zákona.

**§ 217 odst. 2 písm. c) Zákona
označení účastníků zadávacího řízení**

Poř. č.	Účastník	Datum a čas podání nabídky	
1.	REO AMOS, spol. s r. o. Provozní 5560/1b 722 00 Ostrava - Třebovice IČO: 42767181 Právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným	20.11.2019	15:19:28
2.	KRD-obchodní společnost s.r.o. Pekařská 603/12 150 00 Praha 5 - Jinonice IČO: 26424991 Právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným	26.11.2019	17:13:04

**§ 217 odst. 2 písm. d) Zákona
označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení**

- 1) Zadavatel vyloučil účastníka zadávacího řízení **KRD-obchodní společnost s.r.o.**, se sídlem Pekařská 603/12, 150 00 Praha 5 – Jinonice, IČO: 26424991 (dále jen „Účastník“) ze zadávacího řízení pro 8. část výše uvedené veřejné zakázky.

Odůvodnění:

Dodavatel je dle čl. 2 odst. 2.1 zadávací dokumentace povinen dodržet technické požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, pokud je nedodrží, bude vyloučen ze zadávacího řízení dle § 48 odst. 2 písm. a) Zákona.

Údaje předložené Účastníkem v jeho nabídce nesplňují zadávací podmínky stanovené Zadavatelem v zadávací dokumentaci pro 8. část výše uvedené veřejné zakázky:

Zadavatel požadoval v příloze č. 5 zadávací dokumentace pro 8. část veřejné zakázky u položky č. 1 skříň k uchování koncentrovaných žiravin bez nutnosti odvětrávání, velikost min. 90cm(V)x50cm(Š)x40cm(H), max. 200cm(V)x90cm(Š)x50cm(H).

Účastník ve své nabídce pro 8. část veřejné zakázky v technické specifikaci uvedl katalogové číslo nabízeného zboží Ecosafe / AL57 / 1 ks v balení, kdy se jedná o skříň na toxické rostlinolékařské látky a není tedy kompatibilní k uchování koncentrovaných žiravin.

Účastník tudíž nesplnil zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce - technické podmínky, když jím nabízené zboží nesplňuje technické parametry požadované Zadavatelem v zadávací dokumentaci pro 8. část veřejné zakázky.

Zadavatel proto na základě těchto výše uvedených skutečností vyloučil Účastníka ze zadávacího řízení pro 8. část veřejné zakázky v souladu s ust. § 48 odst. 2 písm. a) Zákona pro nesplnění zadávacích podmínek stanovených Zadavatelem v zadávací dokumentaci pro 8. část výše uvedené veřejné zakázky.

2) Zadavatel vyloučil účastníka zadávacího řízení **REO AMOS, spol. s r. o.**, se sídlem Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava – Třebovice, IČO: 42767181 (dále jen „Účastník“) ze zadávacího řízení pro 8. část výše uvedené veřejné zakázky.

Odůvodnění:

Dodavatel je dle čl. 2 odst. 2.1 zadávací dokumentace povinen dodržet technické požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, pokud je nedodrží, bude vyloučen ze zadávacího řízení dle § 48 odst. 2 písm. a) Zákona.

Údaje předložené Účastníkem v jeho nabídce nesplňují zadávací podmínky stanovené Zadavatelem v zadávací dokumentaci pro 8. část výše uvedené veřejné zakázky:

Zadavatel požadoval v příloze č. 5 zadávací dokumentace pro 8. část veřejné zakázky u položky č. 1 skříň k uchovávání koncentrovaných žíravin bez nutnosti odvětrávání, velikost min. 90cm(V)x50cm(Š)x40cm(H), max. 200cm(V)x90cm(Š)x50cm(H).

Účastník ve své nabídce pro 8. část veřejné zakázky v technické specifikaci uvedl katalogové číslo nabízeného zboží Skříň na chemikálie, plné dveře, 118 x 95 x 50 cm BSCH006 1 ks, kdy se jedná o skříň šířky 95 cm na vodu ohrožující látky a není tedy kompatibilní k uchovávání koncentrovaných žíravin.

Účastník tudíž nesplnil zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce - technické podmínky, když jím nabízené zboží nesplňuje technické parametry požadované Zadavatelem v zadávací dokumentaci pro 8. část veřejné zakázky.

Zadavatel proto na základě těchto výše uvedených skutečností vyloučil Účastníka ze zadávacího řízení pro 8. část veřejné zakázky v souladu s ust. § 48 odst. 2 písm. a) Zákona pro nesplnění zadávacích podmínek stanovených Zadavatelem v zadávací dokumentaci pro 8. část výše uvedené veřejné zakázky.

**§ 217 odst. 2 písm. e) Zákona
označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru**

Smlouva nebyla uzavřena

**§ 217 odst. 2 písm. f) Zákona
označení poddodavatelů dodavatele, jsou-li známi**

Není relevantní.

**§ 217 odst. 2 písm. g) Zákona
odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem**

Jednací řízení s uveřejněním nebylo použito, soutěžní dialog nebyl použit.

**§ 217 odst. 2 písm. h) Zákona
odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění**

Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito.

**§ 217 odst. 2 písm. i) Zákona
odůvodnění použití zjednodušeného režimu**

Zjednodušený režim nebyl použit.

**§ 217 odst. 2 písm. j) Zákona
odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému**

Zadavatel zrušil zadávací řízení pro 8. část výše uvedené veřejné zakázky v souladu s ust. § 127 odst. 1 Zákona, neboť po vyloučení účastníků zadávacího řízení již nebyl v zadávacím řízení pro 8. část veřejné zakázky žádný účastník.

**§ 217 odst. 2 písm. k) Zákona
odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků**

Zadavatel umožnil podání nabídek pouze elektronicky.

**§ 217 odst. 2 písm. l) Zákona
soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn**

Nebyly zjištěny žádné osoby se střetem zájmů.

**§ 217 odst. 2 písm. m) Zákona
odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části**

Veřejná zakázka je rozdělena v souladu s § 35 Zákona na osm samostatných částí podle oborového členění.



**§ 217 odst. 2 písm. n) Zákona
odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3 Zákona**

Zadavatel nepostupoval podle § 78 odst. 3 Zákona.

V Olomouci dne

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor UP v Olomouci