



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Univerzita Palackého
v Olomouci

Genius loci...

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

zpracovaná v rozsahu ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“)

veřejná zakázka na dodávky

Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2019-033041

Číslo oznámení TED: 2019/S 184-447421

Datum zahájení zadávacího řízení: 19. 09. 2019

Datum zveřejnění zadávacího řízení: 23. 09. 2019

Název veřejné zakázky:

„LF/UPOL - Stolní chlazená centrifuga“

ZADAVATEL:

Univerzita Palackého v Olomouci

zastoupená osobou oprávněnou jednat jménem Zadavatele:

prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M.A., Ph.D., rektorem UP v Olomouci

se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

IČO: 619 89 592

(dále jen „Zadavatel“)

**§ 217 odst. 2 písm. a) Zákona
označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě na
veřejnou zakázku**

OZNAČENÍ ZADAVATELE

Univerzita Palackého v Olomouci

zastoupená osobou oprávněnou jednat jménem Zadavatele:
prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M.A., Ph.D., rektorem UP v Olomouci
se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
IČO: 619 89 592

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu stolní chlazené centrifugy včetně tří rotorů, pro potřeby projektu „Toxikologie - infrastruktura“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002310, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.

Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena v čl. 2 odst. 2.2 Zadávací dokumentace.

Součástí dodávky musí být veškeré nezbytné zařízení, umožňující úplnou instalaci kompletního požadovaného zařízení, a to bez dalších zásahů a nákladů ze strany Zadavatele k dosažení všech parametrů požadovaných Zadavatelem v Zadávací dokumentaci.

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název	CPV
Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)	38000000-5
Laboratorní odstředivky a příslušenství	42931100-2

CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ

Cena celkem bez DPH	189.100,- Kč
DPH 21%	39.711,- Kč
Cena včetně DPH	228.811,- Kč

**§ 217 odst. 2 písm. b) Zákona
použitý druh zadávacího řízení**

Veřejná zakázka v nadlimitním režimu zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 Zákona.

**§ 217 odst. 2 písm. c) Zákona
označení účastníků zadávacího řízení**

Poř. č.	Dodavatel	Datum a čas doručení nabídky	Nabídková cena v Kč bez DPH
1.	BioTech a.s. Služeb 3056/4 108 00 Praha 10, Strašnice IČO: 25664018 Právní forma: 121 – akciová společnost	18.10.2019 09:06:54	189.000,-
2.	Unimed Praha, s.r.o. Ve Stromkách 41 252 50 Vestec IČO: 14891344 Právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným	18.10.2019 10:46:00	124.766,-
3.	SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. Videňská 1398/124 148 00, Praha 4 – Kunratice IČO: 25065939 Právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným	21.10.2019 08:14:45	194.800,-
4.	BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Karásek 1767/1 621 00 Brno, Řečkovice IČO: 63471507 Právní forma: 121 – akciová společnost	21.10.2019 12:33:13	215.000,-
5.	TRIGON PLUS s.r.o. Západní 93 251 01 Čestlice IČO: 46350110 Právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným	22.10.2019 08:42:23	189.100,-

**§ 217 odst. 2 písm. d) Zákona
označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení**

- 1) Zadavatel vyloučil účastníka zadávacího řízení **Unimed Praha, s.r.o.**, Ve Stromkách 41, 252 50 Vestec, IČO: 14891344, Právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným (dále jen „Účastník“) ze zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky.

Odůvodnění:

V zadávací dokumentaci k nadepsané veřejné zakázce stanovil Zadavatel v bodě 2.1. následující povinnost:

Dodavatel je povinen dodržet technické požadavky stanovené v této Dokumentaci, pokud je nedodrží, bude vyloučen ze zadávacího řízení dle § 48 odst. 2 písm. a) Zákona. Dodavatel je povinen doložit garantované technické parametry pro doložení splnění požadavků Zadavatele specifikovaných v této Dokumentaci; tj. Dodavatel předloží podrobnou technickou specifikaci nabízeného plnění a přesné (konkrétní) označení nabízeného zboží.

Dále Zadavatel stanovil v bodě 2.2. zadávací dokumentace mimo jiné následující parametry požadované stolní chlazené centrifugy:

- centrifuga musí mít rotorovou komoru vyrobenou z nerezové oceli a kovové víko rotoru
- hlučnost maximálně 60 dB

a následující parametr pro úhlový rotor:

- 1) úhlový: minimální požadovaný počet zkumavek na úhlový rotor je 24 kusů 1,5/2,0 ml mikrozkušavek v jedné řadě

Z nabídky předložené Účastníkem nebylo možné ověřit splnění výše uvedených požadovaných parametrů. Komise jmenovaná Zadavatelem pro účely posouzení a hodnocení nabídek proto Účastníka vyzvala v souladu s § 46 odst. 1 Zákona dne 31. 10. 2019 k objasnění a vysvětlení jeho nabídky stran výše uvedených parametrů, pro které mu byla stanovená lhůta v délce 5 pracovních dní.

Účastník ve své odpovědi ze dne 4. 11. 2019 mimo jiné uvedl, ve lhůtě stanovené výzvou, že nabízená centrifuga MPW 352 R má víko vyrobené z vysoce kvalitního plastu ABS.

Komise na základě této odpovědi účastníka konstatovala, že nebyl dodržen jeden z požadavků stanovených v bodě 2.2. zadávací dokumentace – technické specifikaci veřejné zakázky, kdy Zadavatel požadoval :

- centrifuga musí mít rotorovou komoru vyrobenou z nerezové oceli a **kovové víko rotoru**

Nabídka Účastníka tak nesplňuje podmínky stanovené Zadavatelem v zadávací dokumentaci, proto Zadavatel na základě této skutečnosti vyloučil Účastníka z další účasti na zadávacím řízení a to na základě ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) Zákona, pro nesplnění zadávacích podmínek.

- 2) Zadavatel vyloučil účastníka zadávacího řízení **BioTech a.s.**, Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10, Strašnice, IČO: 25664018, Právní forma: 121 – akciová společnost (dále jen „Účastník“) ze zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky

Odůvodnění:

V zadávací dokumentaci k nadepsané veřejné zakázce stanovil Zadavatel v bodě 2.1. následující povinnost:

Dodavatel je povinen dodržet technické požadavky stanovené v této Dokumentaci, pokud je nedodrží, bude vyloučen ze zadávacího řízení dle § 48 odst. 2 písm. a) Zákona. Dodavatel je povinen doložit garantované technické parametry pro doložení splnění požadavků Zadavatele specifikovaných v této Dokumentaci; tj. Dodavatel předloží podrobnou technickou specifikaci nabízeného plnění a přesné (konkrétní) označení nabízeného zboží.

Dále Zadavatel stanovil v bodě 2.2. zadávací dokumentace mimo jiné následující parametry požadované stolní chlazené centrifugy:

- *centrifuga musí mít rotorovou komoru vyrobenou z nerezové oceli a kovové víko rotoru*
- *hlučnost maximálně 60 dB*

Z nabídky předložené Účastníkem nebylo možné ověřit splnění výše uvedených požadovaných parametrů. Komise jmenovaná Zadavatelem pro účely posouzení a hodnocení nabídek proto Účastníka vyzvala v souladu s § 46 odst. 1 Zákona dne 1. 11. 2019 k objasnění a vysvětlení jeho nabídky stran výše uvedených parametrů, pro které mu byla stanovena lhůta v délce 5 pracovních dní.

Lhůta k objasnění a vysvětlení nabídky Účastníku uplynula dne 8. 11. 2019, v této lhůtě nebylo Zadavateli doručeno žádné vyjádření.

Zadavatel na základě této skutečnosti vyloučil Účastníka z další účasti na zadávacím řízení, a to na základě ustanovení § 48 odst. 2 písm. b) Zákona, kdy nebyly Účastníkem údaje z jeho nabídky objasněny nebo doplněny na základě žádosti podle § 46 Zákona.

**§ 217 odst. 2 písm. e) Zákona
označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru**

Obchodní jméno dodavatele:	Sídlo / adresa:
TRIGON PLUS s.r.o.	Západní 93
IČO: 46350110	251 01 Čestlice
	DIČ:CZ46350110

Kupní smlouva s vybraným dodavatelem byla v souladu se zadávacími podmínkami uzavřena dne 06. 01. 2020.

ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU DODAVATELE:

Hodnocení nabídek bylo v souladu s § 114 odst. 1 zákona provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti.

Ekonomická výhodnost nabídek byla v souladu s § 114 odst. 2 zákona hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.

Hodnocení bylo provedeno podle absolutní výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH za celý předmět plnění veřejné zakázky. Nabídky byly seřazeny v pořadí od nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu. Nejlépe byla hodnocena nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Nabídky dodavatelů, kteří nebyli ze zadávacího řízení vyloučeni, komise hodnotila a stanovila následující pořadí:

Na 1. místě se umístila nabídka dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou a na posledním místě nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou.

Výsledek hodnocení nabídek:

Pořadí	DODAVATEL	Nabídková cena v Kč bez DPH
1.	Unimed Praha, s.r.o. Ve Stromkách 41 252 50 Vestec IČO: 14891344 Právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným	124.766,-
2.	BioTech a.s. Služeb 3056/4 108 00 Praha 10, Strašnice IČO: 25664018 Právní forma: 121 – akciová společnost	189.000,-
3.	TRIGON PLUS s.r.o. Západní 93 251 01 Čestlice IČO: 46350110 Právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným	189.100,-
4.	SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. Vídeňská 1398/124 148 00, Praha 4 – Kunratice IČO: 25065939 Právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným	194.800,-
5.	BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Karásek 1767/1 621 00 Brno, Řečkovice IČO: 63471507 Právní forma: 121 – akciová společnost	215.000,-

Účastník BioTech a.s., IČO: 25664018, byl vyloučen ze zadávacího řízení veřejné zakázky v souladu s ust. § 48 odst. 2 písm. a) Zákona pro nesplnění zadávacích podmínek.

Účastník Unimed Praha, s.r.o., IČO: 14891344, byl vyloučen ze zadávacího řízení veřejné zakázky v souladu s ust. § 48 odst. 2 písm. a) Zákona pro nesplnění zadávacích podmínek.

Nabídka účastníka zadávacího řízení splňuje veškeré požadavky Zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.

- Nejnižší nabídková cena 189.100,- Kč bez DPH, tj. 228.811,- Kč včetně DPH

**§ 217 odst. 2 písm. f) Zákona
označení poddodavatelů dodavatele, jsou-li známi**

Zadavateli není znám žádný poddodavatel vybraného dodavatele.

**§ 217 odst. 2 písm. g) Zákona
odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem**

Jednací řízení s uveřejněním nebylo použito, soutěžní dialog nebyl použit.

**§ 217 odst. 2 písm. h) Zákona
odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění**

Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito.

**§ 217 odst. 2 písm. i) Zákona
odůvodnění použití zjednodušeného režimu**

Zjednodušený režim nebyl použit.

**§ 217 odst. 2 písm. j) Zákona
odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému**

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

**§ 217 odst. 2 písm. k) Zákona
odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků**

Nabídky byly podány pouze elektronicky.

**§ 217 odst. 2 písm. l) Zákona
soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn**

Nebyly zjištěny žádné osoby se střetem zájmů.

**§ 217 odst. 2 písm. m) Zákona
odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části**

Veřejná zakázka není dělena na části, neboť předmětem plnění je dodání jednoho kusu zboží. Z podstaty věci tak není možné rozdělit veřejnou zakázku na části.

**§ 217 odst. 2 písm. n) Zákona
odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3**

Zadavatel nepostupoval podle § 78 odst. 3 Zákona.

V Olomouci dne

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor UP v Olomouci