



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Univerzita Palackého
v Olomouci

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

zpracovaná v rozsahu ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“)

veřejná zakázka na dodávky

Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2020-021976
Číslo oznámení TED: 2020/S 123-301045
Datum zahájení zadávacího řízení: 25. 06. 2020
Datum zveřejnění zadávacího řízení: 29. 06. 2020
Název veřejné zakázky:

„FZV/UPOL – Dodávka mobilního spirometrického systému“

ZADAVATEL: Univerzita Palackého v Olomouci
zastoupená osobou oprávněnou jednat jménem Zadavatele:
prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M.A., Ph.D., rektorem UP v Olomouci
se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
IČO: 619 89 592

(dále jen „Zadavatel“)



**§ 217 odst. 2 písm. a) Zákona
označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě na
veřejnou zakázku**

OZNAČENÍ ZADAVATELE

Univerzita Palackého v Olomouci

zastoupená osobou oprávněnou jednat jménem Zadavatele:
prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M.A., Ph.D., rektorem UP v Olomouci
se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
IČO: 619 89 592

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou kusů mobilních spirometrických systémů pro vyšetření funkčních vlastností plic. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu: „Zkvalitnění studijního prostředí“, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013296, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.

Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také předvedení systému, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena v čl. 2 odst. 2.2 Zadávací dokumentace.

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název	CPV
Zdravotnické přístroje	33100000-1
Zdravotnické dýchací přístroje	33157400-9
Zdravotnický spotřební materiál	33140000-3

CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ

Smlouva nebyla uzavřena.

**§ 217 odst. 2 písm. b) Zákona
použitý druh zadávacího řízení**

Veřejná zakázka v nadlimitním režimu zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 Zákona.

**§ 217 odst. 2 písm. c) Zákona
označení účastníků zadávacího řízení**

Poř. č.	Dodavatel	Datum a čas podání nabídky
1.	MR Diagnostic s.r.o. Pod Višňovkou 1662/21 140 00 Praha 4 - Krč IČO: 25245791 Právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným	27.07.2020 09:41:07
2.	COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o. Březina 13 506 01 Březina IČO: 49287885 Právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným	28.08.2020 12:34:53

**§ 217 odst. 2 písm. d) Zákona
označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení**

Zadavatel vyloučil účastníka zadávacího řízení **MR Diagnostic s. r. o.**, se sídlem Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha, IČO: 25245791, Právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným (dále jen „Účastník“) z výše uvedené veřejné zakázky.

Odůvodnění:

Zadavatel požadoval dodání dvou kusů mobilních spirometrických systémů pro vyšetření funkčních vlastností plic, jak je uvedeno v čl. 2.1 zadávací dokumentace. Zadavatel dále v bodě 2.2 zadávací dokumentace požadoval pro každý z obou spirometrických systémů dodání příslušenství: 2 svorky na nos, 1 ks kalibrační pumpa, 500 ks vyměnitelné jednorázové náustky, 1 ks ochranný kufr.

Účastník ve své nabídce pro tuto veřejnou zakázku nabídnul pouze 1 kus zařízení Spirostik, USB - spirometrický systém, 1 kus kalibrační pumpy, 500 ks jednorázových snímačů, vč. nosní klapky a 2 ks nosní svorky.

Účastník tak nedodržel požadavky zadavatele na celkové množství požadované zadavatelem, stanovené v bodě 2.1 a 2.2 zadávací dokumentace.

Zadavatel na základě této skutečnosti vyloučil Účastníka z další účasti ve veřejné zakázce, a to na základě ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) Zákona, pro nesplnění zadávacích podmínek.

§ 217 odst. 2 písm. e) Zákona
označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jeho výběru

Smlouva nebyla uzavřena

§ 217 odst. 2 písm. f) Zákona
označení poddodavatelů dodavatele, jsou-li známi

Není relevantní.

§ 217 odst. 2 písm. g) Zákona
odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Jednací řízení s uveřejněním nebylo použito, soutěžní dialog nebyl použit.

§ 217 odst. 2 písm. h) Zákona
odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito.

§ 217 odst. 2 písm. i) Zákona
odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Zjednodušený režim nebyl použit.

§ 217 odst. 2 písm. j) Zákona
odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému

Zadavatel zrušil zadávací řízení v souladu s ust. § 127 odst. 2 písm. h) Zákona, neboť je v zadávacím řízení jediný účastník a doposud nebylo odesláno oznámení o výběru dodavatele.

§ 217 odst. 2 písm. k) Zákona
odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Nabídky byly podány pouze elektronicky.



§ 217 odst. 2 písm. l) Zákona

soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn

Nebyly zjištěny žádné osoby se střetem zájmů.

§ 217 odst. 2 písm. m) Zákona

odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části

Veřejná zakázka není dělena na části, neboť předmět veřejné zakázky svou povahou představuje běžně dostupné zboží stejného druhu. Rozdělení na části je tak nadbytečné a pro zadavatele je hospodárnější veřejnou zakázku nerozdělovat na menší celky.


§ 217 odst. 2 písm. n) Zákona

odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3

Zadavatel nepostupoval podle § 78 odst. 3 Zákona.

V Olomouci dne

18. 08. 2020

UNIVERZITA PALACKÉHO v OLOMOUCI
rektorát
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
V.2. 
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor UP v Olomouci

