



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Univerzita Palackého
v Olomouci

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

5. část veřejné zakázky

zpracovaná v rozsahu ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“)

veřejná zakázka na dodávky

Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2020-040014
Číslo oznámení TED: 2020/S 222-543267
Datum zahájení zadávacího řízení: 09. 11. 2020
Datum zveřejnění zadávacího řízení: 12. 11. 2020
Název veřejné zakázky:

„PřF/CRH/2020 – Dodávka laboratorního spotřebního materiálu“

ZADAVATEL: **Univerzita Palackého v Olomouci**
zastoupená osobou oprávněnou jednat jménem Zadavatele:
prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M.A., Ph.D., rektorem UP v Olomouci
se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
IČO: 619 89 592

(dále jen „Zadavatel“)

§ 217 odst. 2 písm. a) Zákona
označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku

OZNAČENÍ ZADAVATELE

Univerzita Palackého v Olomouci

zastoupená osobou oprávněnou jednat jménem Zadavatele:
prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M.A., Ph.D., rektorem UP v Olomouci
se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
IČO: 619 89 592

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejichž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků Zadavatele.

Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona rozdělen na sedm samostatných částí, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na všechny části veřejné zakázky.

Název 5. části veřejné zakázky: „Laboratorní plasty V.“

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název	CPV
Výrobky z plastů	19520000-7
Hroty pipet	38437110-1
Zkumavky	33192500-7

CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ na 5. část veřejné zakázky

Smlouva nebyla uzavřena.

§ 217 odst. 2 písm. b) Zákona
použitý druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka v nadlimitním režimu zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 Zákona.

**§ 217 odst. 2 písm. c) Zákona
označení účastníků zadávacího řízení**

Poř. č.	Dodavatel	Datum a čas doručení nabídky	
1.	Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. Voděradská 2552/16 251 01 Říčany IČO: 27939031 Právní forma: 112 – společnost s ručením omezeným	08.12.2020	15:33:32
2.	VWR International s.r.o. Pražská 442 281 67 Stříbrná Skalice IČO: 63073242 Právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným	10.12.2020	13:18:27

**§ 217 odst. 2 písm. d) Zákona
označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení**

- 1) Zadavatel **vyloučil** účastníka zadávacího řízení **Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.**, se sídlem Voděradská 2552/16, 251 01 Říčany, IČO: 27939031, Právní forma: 112 – společnost s ručením omezeným (dále jen „Účastník“), z 5. části veřejné zakázky.

Odůvodnění:

Zadavatel v čl. 2.1. zadávací dokumentace stanovil, že Dodavatel je povinen dodržet technické požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, pokud je nedodrží, bude vyloučen ze zadávacího řízení dle § 48 odst. 2 písm. a) Zákona.

Účastník v rámci své nabídky nacenil a doplnil tabulku uvedenou v příloze č. 5 zadávací dokumentace, přičemž komise ustanovená pro posouzení a hodnocení nabídek konstatovala na svém jednání, že Účastník nesplnil stanovené technické parametry u následujících položek:

a) U položek č. 4 a 5 zadavatel požadoval mj., aby dávkovací špičky byly sterilní.
Účastníkem nabízené položky:

4	0030089421 , Combitips® advanced, Eppendorf Quality™, 0,5 mL, fialová, bezbarvé špičky, 100ks (4 sáčky × 25 ks)
5	0030089448 , Combitips® advanced, Eppendorf Quality™, 2,5 mL, zelená, bezbarvé špičky, 100ks (4 sáčky × 25 ks)

však nesplňují požadavek na sterilitu.

b) U položek č. 9 a 10 Účastník nedodržel požadovaný parametr teplotního rozsahu, kdy zadavatel požadoval teplotní rozsah -196°C až $+121^{\circ}\text{C}$, Účastníkem nabízené položky 0030122151- Eppendorf Conical Tubes, 15 ml a 0030122178 - Eppendorf Conical Tubes, 50 ml však mají teplotní rozsah pouze -86°C – 100°C .

Z předložené nabídky je tak zřejmé, že Účastník nedodržel stanovené technické parametry, tak jak jsou uvedeny v příloze č. 5 zadávací dokumentace – technické specifikaci.

Zadavatel proto na základě těchto skutečností vyloučil Účastníka v souladu s ust. § 48 odst. 2 písm. a) Zákona pro nesplnění zadávacích podmínek z veřejné zakázky.

- 2) Zadavatel **vyloučil** účastníka zadávacího řízení **VWR International s.r.o.**, se sídlem Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice, IČO: 63073242, Právní forma: 112 – společnost s ručením omezeným (dále jen „Účastník“), z 5. části veřejné zakázky.

Odůvodnění:

Zadavatel v čl. 2.1. zadávací dokumentace stanovil, že Dodavatel je povinen dodržet technické požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, pokud je nedodrží, bude vyloučen ze zadávacího řízení dle § 48 odst. 2 písm. a) Zákona.

Účastník v rámci své nabídky nacenil a doplnil tabulku uvedenou v příloze č. 5 zadávací dokumentace, přičemž komise ustanovená pro posouzení a hodnocení nabídek konstatovala na svém jednání, že Účastník nesplnil stanovené technické parametry u následujících položek:

U položek č. 9 a 10 Účastník nedodržel požadovaný parametr teplotního rozsahu, kdy zadavatel požadoval teplotní rozsah -196°C až $+121^{\circ}\text{C}$, Účastníkem nabízené položky katalog. Číslo 525-1049 a 525-1052 však mají teplotní rozsah pouze -86°C až $+100^{\circ}\text{C}$. Z předložené nabídky je tak zřejmé, že Účastník nedodržel stanovené technické parametry, tak jak jsou uvedeny v příloze č. 5 zadávací dokumentace – technické specifikaci.

Zadavatel proto na základě těchto skutečností vyloučil Účastníka v souladu s ust. § 48 odst. 2 písm. a) Zákona pro nesplnění zadávacích podmínek z veřejné zakázky.

§ 217 odst. 2 písm. e) Zákona
označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru

Smlouva nebyla uzavřena.

§ 217 odst. 2 písm. f) Zákona
označení poddodavatelů dodavatele, jsou-li známi

Není relevantní.

§ 217 odst. 2 písm. g) Zákona
odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Jednací řízení s uveřejněním nebylo použito, soutěžní dialog nebyl použit.

§ 217 odst. 2 písm. h) Zákona
odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito.

§ 217 odst. 2 písm. i) Zákona
odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Zjednodušený režim nebyl použit.

§ 217 odst. 2 písm. j) Zákona
odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému

Zadavatel zrušil zadávací řízení na výše uvedenou 5. část veřejné zakázky v souladu s ust. § 127 odst. 1 Zákona, neboť po vyloučení obou účastníků zadávacího řízení není již v zadávacím řízení žádný účastník.

§ 217 odst. 2 písm. k) Zákona
odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Nabídky byly podány pouze elektronicky.

§ 217 odst. 2 písm. l) Zákona
soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn

Nebyly zjištěny žádné osoby se střetem zájmů.

§ 217 odst. 2 písm. m) Zákona
odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části

Veřejná zakázka je rozdělena v souladu s § 35 Zákona na sedm samostatných částí podle oborového členění.



**§ 217 odst. 2 písm. n) Zákona
odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3**

Zadavatel nepostupoval podle § 78 odst. 3 Zákona.

V Olomouci dne 12. 02. 2021

UNIVERZITA PALACKÉHO v OLOMOUCI
rektorát
Křížkovského 3, 771 47 Olomouc

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor UP v Olomouci

flusne