



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Univerzita Palackého
v Olomouci

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 4. část veřejné zakázky

zpracovaná v rozsahu ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“)

veřejná zakázka na dodávky

Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2021-041712
Číslo oznámení TED: 2021/S 220-576851
Datum zahájení zadávacího řízení: 08. 11. 2021
Datum zveřejnění zadávacího řízení: 11. 11. 2021
Název veřejné zakázky:

„CATRIN/CRH – Laboratorní plasty“

ZADAVATEL: **Univerzita Palackého v Olomouci**
zastoupená osobou oprávněnou jednat jménem Zadavatele:
prof. MUDr. Martinem Procházkou, Ph.D., rektorem UP v Olomouci
se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
IČO: 619 89 592

(dále jen „Zadavatel“)



**§ 217 odst. 2 písm. a) Zákona
označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě na
veřejnou zakázku**

OZNAČENÍ ZADAVATELE

Univerzita Palackého v Olomouci

zastoupená osobou oprávněnou jednat jménem Zadavatele:
prof. MUDr. Martinem Procházkou, Ph.D., rektorem UP v Olomouci
se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
IČO: 619 89 592

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejichž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků Zadavatele.

Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona rozdělen na čtyři samostatné části, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na všechny části veřejné zakázky.

Název 4. části veřejné zakázky: „Laboratorní plasty IV“

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název	CPV
Výrobky z plastů	19520000-7
Hroty pipet	38437110-1

CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ na 4. část veřejné zakázky

Smlouva nebyla uzavřena.

**§ 217 odst. 2 písm. b) Zákona
použitý druh zadávacího řízení**

Veřejná zakázka v nadlimitním režimu zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 Zákona.

**§ 217 odst. 2 písm. c) Zákona
označení účastníků zadávacího řízení**

Poř. č.	Účastník	Datum a čas doručení nabídky
1.	VWR International s.r.o. Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice IČO: 63073242 Právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným	27.01.2022 09:46:09

**§ 217 odst. 2 písm. d) Zákona
označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení**

Zadavatel vyloučil účastníka zadávacího řízení **VWR International s.r.o.**, se sídlem Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice, IČO: 63073242 (dále jen „Účastník“) ze zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky.

Odůvodnění:

Dle čl. 2 odst. 2.1 zadávací dokumentace je dodavatel povinen dodržet technické požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, pokud je nedodrží, bude vyloučen ze zadávacího řízení dle § 48 odst. 2 písm. a) Zákona.

Údaje předložené Účastníkem v jeho nabídce pro 4. část veřejné zakázky nesplňují zadávací podmínky stanovené Zadavatelem v zadávací dokumentaci k 4. části výše uvedené veřejné zakázky:

*Zadavatel požadoval v technické specifikaci v příloze č. 5 zadávací dokumentace pro 4. část veřejné zakázky u pol. č. 4 „Dávkovací špička pro opakovací pipetu; 0,5 mL, **sterilní**“.*
*Účastník ve své nabídce uvádí u pol. č. 4 nabízené plnění pod katalogovým číslem „613-2060“. Účastníkem uvedené katalogové číslo však dle technické specifikace obsahuje dávkovací špičku **nesterilní**, a tedy nesplňuje požadavek Zadavatele na sterilitu.*

*Zadavatel požadoval v technické specifikaci v příloze č. 5 zadávací dokumentace pro 4. část veřejné zakázky u pol. č. 5 „Dávkovací špička pro opakovací pipetu; 2,5 mL, **sterilní**“.*
*Účastník ve své nabídce uvádí u pol. č. 5 nabízené plnění pod katalogovým číslem „613-2062“. Účastníkem uvedené katalogové číslo však dle technické specifikace obsahuje dávkovací špičku **nesterilní**, a tedy nesplňuje požadavek Zadavatele na sterilitu.*

Zadavatel konstatoval, že výše uvedené nelze zhojit, jelikož změna nabídky (v tomto případě záměna nabízeného plnění, které nesplňuje technické parametry stanovené Zadavatelem, za plnění jiné, tedy materiální změna nabídky) není dle § 46 odst. 2 Zákona přípustná.

Zadavatel proto na základě výše uvedené skutečnosti vyloučil Účastníka ze zadávacího řízení 4. části veřejné zakázky v souladu s ust. § 48 odst. 2 písm. a) Zákona pro nesplnění zadávacích podmínek stanovených Zadavatelem v zadávací dokumentaci k 4. části výše uvedené veřejné zakázky.

§ 217 odst. 2 písm. e) Zákona
označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru

Smlouva nebyla uzavřena

§ 217 odst. 2 písm. f) Zákona
označení poddodavatelů dodavatele, jsou-li známi

Není relevantní.

§ 217 odst. 2 písm. g) Zákona
odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Jednací řízení s uveřejněním nebylo použito, soutěžní dialog nebyl použit.

§ 217 odst. 2 písm. h) Zákona
odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito.

§ 217 odst. 2 písm. i) Zákona
odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Zjednodušený režim nebyl použit.

§ 217 odst. 2 písm. j) Zákona
odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému

Zadavatel zrušil zadávací řízení na výše uvedenou 4. část veřejné zakázky v souladu s ust. § 127 odst. 1 Zákona, neboť po vyloučení účastníka zadávacího řízení nebyl již v zadávacím řízení žádný účastník.



§ 217 odst. 2 písm. k) Zákona
odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Zadavatel umožnil podání nabídek pouze elektronicky.

§ 217 odst. 2 písm. l) Zákona
soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn

Nebyly zjištěny žádné osoby se střetem zájmů.

§ 217 odst. 2 písm. m) Zákona
odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části

Veřejná zakázka je rozdělena v souladu s § 35 Zákona na čtyři samostatné části podle oborového členění.

§ 217 odst. 2 písm. n) Zákona
odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 Zákona

Zadavatel nepostupoval podle § 78 odst. 3 Zákona.

V Olomouci dne -9. 02. 2022

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
rektoriát
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
rektor UP v Olomouci