




Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Univerzita Palackého
v Olomouci

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

zpracovaná v rozsahu ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“)

veřejná zakázka na dodávky

Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2023-019501

Číslo oznámení TED: 2023/S 092-281615

Datum zahájení zadávacího řízení: 09. 05. 2023

Datum zveřejnění zadávacího řízení: 12. 05. 2023

Název veřejné zakázky:

„LF/UPOL/ÚMTM – zobrazovací zařízení SPECT/CT“

ZADAVATEL:

Univerzita Palackého v Olomouci

zastoupená osobou oprávněnou jednat jménem Zadavatele:

prof. MUDr. Martinem Procházkou, Ph.D., rektorem UP v Olomouci

se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

IČO: 619 89 592

(dále jen „Zadavatel“)



§ 217 odst. 2 písm. a) Zákona
označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku

OZNAČENÍ ZADAVATELE

Univerzita Palackého v Olomouci

zastoupená osobou oprávněnou jednat jménem Zadavatele:
prof. MUDr. Martinem Procházkou, Ph.D., rektorem UP v Olomouci
se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
IČO: 619 89 592

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zobrazovacího zařízení SPECT/CT určeného pro malá laboratorní zvířata. Zobrazovací zařízení musí být založeno na kombinaci funkčního (reprezentované jednofotonovou emisní výpočetní tomografií (SPECT)) a anatomického (výpočetní tomografií (CT)) zobrazování určeného pro malá laboratorní zvířata (myši a potkany).

Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního a pozáručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena v odst. 2.2 zadávací dokumentace.

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název	CPV
Spektroskopické přístroje	33114000-2
Diagnostické přístroje	33124100-6
Radiodiagnostické přístroje	33124200-7
Zobrazovací přístroje pro lékařské, stomatologické nebo veterinární účely	33110000-4
Gama kamery	33111620-3
Diagnostický rentgenový systém	33111800-9
CT skener	33115100-0
Tomografické přístroje	33115000-9

CENA SJEDNANÁ VE SMLouvĚ

Cena celkem bez DPH	12.227.736,00 Kč
DPH 21%	2.567.824,56 Kč
Cena včetně DPH	14.795.560,56 Kč

§ 217 odst. 2 písm. b) Zákona
použitý druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka v nadlimitním režimu zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 Zákona.



**§ 217 odst. 2 písm. c) Zákona
označení účastníků zadávacího řízení**

Poř. č.	Dodavatel	Datum a čas doručení nabídky	Nabídková cena v Kč bez DPH
1.	BANK.SYS s.r.o. Jedlová 1353/2 182 00 Praha 8 - Kobylisy IČO: 25609076 Právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným	05.06.2023 14:53:17	12.227.736,00

**§ 217 odst. 2 písm. d) Zákona
označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení**

Zadavatel nevyloučil žádného účastníka zadávacího řízení.

**§ 217 odst. 2 písm. e) Zákona
označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru**

Obchodní jméno dodavatele:	Sídlo / adresa:
BANK.SYS s.r.o.	Jedlová 1353/2
IČO: 25609076	182 00 Praha 8 - Kobylisy
	DIČ: CZ25609076

Kupní smlouva s vybraným dodavatelem byla v souladu se zadávacími podmínkami uzavřena dne 29. 06. 2023.

ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU DODAVATELE:

Pro zadání veřejné zakázky Zadavatel stanovil v rámci hodnocení dle ekonomické výhodnosti nabídky tato dílčí hodnotící kritéria:

	Kritérium hodnocení	Váha v %
1.	Výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH	65%
2.	Technická úroveň	35%

Komise dle ust. § 122 odst. 2 Zákona **neprováděla hodnocení nabídek**, neboť v zadávacím řízení byl jediný účastník.

Komise konstatovala, že nabídková cena dodavatele je v místě a čase obvyklá a nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky.

Výsledek hodnocení nabídek:

Pořadí	DODAVATEL	Nabídková cena v Kč bez DPH
1.	BANK.SYS s.r.o. Jedlová 1353/2 182 00 Praha 8 - Kobylisy IČO: 25609076 Právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným	12.227.736,00

Nabídka vybraného dodavatele splňuje veškeré požadavky Zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.

- Nabídková cena 12.227.736,00 Kč bez DPH, tj. 14.795.560,56 Kč včetně DPH

§ 217 odst. 2 písm. f) Zákona
označení poddodavatelů dodavatele, jsou-li známi

Mediso Medical Imaging Systems Korlátolt Felelősségű Társaság
1037 Budapest, Laborc utca 3., Maďarsko
IČO: 01-09-065375
Právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným

§ 217 odst. 2 písm. g) Zákona
odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Jednací řízení s uveřejněním nebylo použito, soutěžní dialog nebyl použit.

§ 217 odst. 2 písm. h) Zákona
odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito.

§ 217 odst. 2 písm. i) Zákona
odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Zjednodušený režim nebyl použit.

§ 217 odst. 2 písm. j) Zákona
odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému

Zadávací řízení nebylo zrušeno.



**§ 217 odst. 2 písm. k) Zákona
odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků**

Nabídky bylo umožněno podat pouze elektronicky.

**§ 217 odst. 2 písm. l) Zákona
soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li
střet zájmů zjištěn**

Nebyly zjištěny žádné osoby se střetem zájmů.

**§ 217 odst. 2 písm. m) Zákona
odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části**

Veřejná zakázka není dělena na části, neboť předmět veřejné zakázky tvoří multimodální zobrazovací systém pro malá laboratorní zvířata. Z podstaty věci a z důvodu zajištění plné funkčnosti, vzájemné technické kompatibility vedoucí k co nejkvalitnějším obrazovým záznamům a dosažení co nejkratších skenovacích časů snižujících diskomfort vyšetřovaných laboratorních zvířat, tak není možné rozdělit veřejnou zakázku na části. Jedná se o vysoce sofistikované zobrazovací techniky, přičemž není možné oddělit jednotlivé součásti, aniž by došlo k navýšení prostorových požadavků na umístění zobrazovacích systémů, riziku nekompatibility získaných obrazových dat z jednotlivých zobrazovacích technik, případně výraznému snížení kvality obrazových dat a významnému prodloužení doby vyšetření vedoucí ke zvýšenému riziku úmrtí vyšetřovaných laboratorních zvířat a k navýšení provozních nákladů.

**§ 217 odst. 2 písm. n) Zákona
odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3 Zákona**

Zadavatel nepostupoval podle § 78 odst. 3 Zákona.

V Olomouci dne - 3. 07. 2023

UNIVERZITA PALACKÉHO v OLOMOUCI

Rektorát
Křížkovského 8/771 47 Olomouc

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
rektor UP v Olomouci